

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงออกกำลังกายและฝึกกิจกรรมปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบไฟฟ้า
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑. ความต้องการ เตียงออกกำลังกายและฝึกกิจกรรมปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบไฟฟ้า

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้ในการรักษาทางกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคระบบประสาทและผู้ป่วยทั่วไป

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นเตียงสำหรับออกกำลังกายและฝึกกิจกรรมสำหรับรักษาผู้ป่วย ทั้งวิธีออกกำลังกายแบบ Bobath และ Vojta

๓.๒ ใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต

๓.๓ โครงสร้างเตียงแข็งแรงมั่นคง ขากลมมน ๔ ขา ให้ความปลอดภัย ลดการบาดเจ็บจากการเตะหรือชน

๓.๔ มี ๔ ล้อ สามารถล็อกได้ พร้อมชุดยก โดยมีล้อ ๔ ล้อ มาแทนที่ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

๓.๕ ฐานเตียงด้านล่าง ๒ ข้าง มีแผ่นปิดกันยาวตลอด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะปรับความสูงต่ำของตัวเตียง

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ตัวเตียงมีขนาด (กว้างxยาว) ไม่น้อยกว่า ๑๐๐x๒๐๐ ซม.

๔.๒ สามารถปรับระดับต่ำสุด-สูงสุดได้ระหว่าง ๔๓-๙๖ ซม. โดยใช้ Foot Switch หรือคานสวิทช์ (Optional)

๔.๓ ขาทรงกระบอก ๔ ขา ลักษณะเอียงออกด้านนอก เพื่อความมั่นคงในการใช้งานและยึดเตียงให้อยู่กับที่

๔.๔ เบาะทำจากหนังเทียมคุณภาพดี (ได้รับมาตรฐาน BS EN ISO ๑๐๙๙๓-๕ และ BS EN ISO ๑๐๙๙๓-๑๐) มีความทนทานต่อน้ำลาย เหงื่อ ปัสสาวะ เลือด และสารทำความสะอาด

๔.๕ สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดไม่มากกว่า ๒๕๐ kg.

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย ๒ ปี นับถัดจากวันรับมอบสินค้าครบเป็นต้นไป ในระยะประกัน หากเกิดการขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไข ๓ ครั้งแล้วยังใช้งานได้ไม่เต็มตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใน ๓๐ วัน

๕.๒ มีหลักฐานการนำเข้าและการรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ออกโดยองค์การอาหารและยาประเทศไทย มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕.๓ มีช่างบำรุงรักษา ซ่อมแซม ที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตและมีใบรับรองการผ่านการอบรมมา แสดงในวันยื่นเสนอราคา อย่างน้อย ๑ คน

๕.๔ บริษัทผู้จำหน่าย จะต้องจัดอบรมการใช้เครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๕.๕ มีการบำรุงรักษาตรวจสอบสภาพทุก ๔ เดือน ในระยะประกันพร้อมจัดส่งรายงานให้แผนกที่ใช้เครื่อง และศูนย์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

- ๕.๖ มีการสอบเทียบเครื่องมือ ปีละ ๑ ครั้ง ตลอดอายุรับประกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 - ๕.๗ มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ เล่ม
 - ๕.๘ ตัวเตียงได้รับมาตรฐานความปลอดภัยตาม IEC ๖๐๖๐๑-๑
 - ๕.๙ บริษัทผู้ให้บริการด้านการซ่อมบำรุงได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘
 - ๕.๘ บริษัทผู้ขายจะต้องแสดงรายละเอียดและลงหมายเลขข้อในแคตตาล็อกให้ตรงตามรายละเอียด
คุณลักษณะที่ทางราชการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา
-

(ลงชื่อ).....๙-1.....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....*สมิทธิ์ สาน*.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....*สมิทธิ์ สาน*.....กรรมการ