

รายละเอียดและคุณลักษณะ
งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบดิจิตอล
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

๑. ความต้องการ การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบดิจิตอล
๒. วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับการให้บริการตรวจสุขภาพผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพทันทั่วถึง
๓. คุณลักษณะรายละเอียด
 - ๓.๑ คุณลักษณะรายละเอียดทั่วไป
 - ๓.๑.๑ ผู้รับจ้างต้องเสนอราคาค่าบริการซ่อมเครื่องเอกซเรย์เต้านมพร้อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบดิจิตอลแบบไม่รวมอะไหล่เป็นระยะเวลา ๑ ปีรวมถึงทำการเปลี่ยนตัวรับภาพเอกซเรย์เต้านม (Detector) ใหม่
 - ๓.๑.๒ ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจเช็คและทำการปรับแต่งระบบให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานทุกๆเดือนภายในระยะเวลา ๑ ปี (Maintenance ๑๒ ครั้ง ต่อปี) โดยปฏิบัติตามตารางวางแผนการปฏิบัติ (Planning works Schedule)
 - ๓.๑.๓ ถ้าเครื่องเกิดเสียหายหรือขัดข้องจากการใช้งานผู้รับจ้างจะส่งวิศวกรมาตรวจสอบให้บริการเครื่องภายใน ๒ วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งซ่อม
 - ๓.๑.๔ ในกรณีที่เครื่องเสียหายผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมให้เสร็จภายใน ๓ วันทำการ (ยกเว้น กรณีต้องสั่งอะไหล่มาจากต่างประเทศหากพันกำหนดนี้ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับวันละไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑๐ ของงานจ้างทั้งหมด
 - ๓.๑.๕ ผู้ว่าจ้างสามารถโทรแจ้งอาการเสียหรือขอคำแนะนำในการใช้งานได้ตลอดเวลา (๒๔ ชม. x ๗ วัน) หรือโทรสายตรง (On Call) โดยผู้รับจ้างต้องแจ้งเบอร์ดังกล่าวไว้แก่ผู้ว่าจ้าง
 - ๓.๒ คุณลักษณะรายละเอียดเฉพาะ
 - ๓.๒.๑ ตรวจสอบการทำงานด้านอิเล็กทรอนิกส์
 - ๓.๒.๒ ตรวจสอบปรับระบบการจ่ายไฟภายในเครื่องทั้งหมด
 - ๓.๒.๓ ให้การตรวจสอบระบบจักรกลต่างๆ ของเครื่อง
 - ๓.๒.๔ ให้การหล่อลื่นระบบขับเคลื่อน, เฟือง, โซ่ และแกนหมุนต่างๆ
 - ๓.๒.๕ ทำความสะอาดภายในตัวเครื่อง
 - ๓.๒.๖ ตรวจสอบ Plug, Socket, สายไฟต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี
 - ๓.๒.๗ ทำความสะอาดแผงวงจรต่างๆ Plug และ Socket
 - ๓.๒.๘ ตรวจสอบสายไฟแรงสูง
 - ๓.๒.๙ ตรวจสอบระบบสายดิน
 - ๓.๒.๑๐ ตรวจสอบจุดยึดต่างๆ รวมถึง น็อต, สกรู ป้องกันการหลวมหรือหลุด
 - ๓.๒.๑๑ ทดสอบการทำงานของ Motor, การขับเคลื่อน พร้อมเช็คการทำงานของเบรคต่างๆ
 - ๓.๒.๑๒ ทดสอบ Function ต่างๆ ให้ทำงานถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันตัวรับภาพเอกซเรย์เต้านม (Detector) ที่เปลี่ยนใหม่ไม่ต่ำกว่า ๑ ปี นับแต่วันตรวจรับการส่งมอบเป็นต้นไปและเป็นตัวรับภาพใหม่ (Detector) ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตและมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องแสดงหนังสือรับรองว่ามีวิศวกรที่ได้รับการอบรมจากโรงงานผู้ผลิต มีความรู้ในการดูแล และซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ