

รายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยความถี่สูง
(แบบรวมอะไหล่)

๑. วัตถุประสงค์

มีความประสงค์จะจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยความถี่สูง (แบบรวมอะไหล่) จำนวน ๓ เครื่อง ให้อยู่ในสภาพปกติสามารถใช้งานได้อย่างดีและปลอดภัย

๒. ข้อกำหนดการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยความถี่สูง
(แบบรวมอะไหล่)

๒.๑ ดำเนินการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ เพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้ตามปกติ และจะต้องมีรายละเอียดของการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน

๒.๒ ระยะเวลาดำเนินการ การจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องทุกๆ ๔ เดือน
จำนวน ๓ ครั้ง

๒.๒.๑ ตรวจสอบการทำงานของเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ

๒.๒.๒ ตรวจสอบการวิเคราะห์วินิจฉัยระบบการประมวลผลข้อมูลทาง Service Menu

๒.๒.๓ ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ การรั่วของกระแสไฟ

๒.๓ ทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่อง เช่น Air filter Cooling fan และอื่นๆ

๒.๔ กรณีเครื่องชำรุด และไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทฯ จะส่งวิศวกรไปตรวจสอบและแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘ ชั่วโมง และจะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการและมีเครื่องทดแทนในการใช้งาน และบริษัทฯ จะนำเครื่องที่ทำการซ่อมมาส่งมอบให้ภายใน ๕ วัน

๒.๕ บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจเช็คสภาพการทำงานทั้งหมดของเครื่อง ทุกๆ ๖ เดือน เป็นจำนวน ๒ ครั้ง/ ปี

๒.๖ การให้บริการด้าน Upgrade Software Version โดยไม่คิดมูลค่าตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต กำหนด ทั้งนี้ยกเว้นการ Upgrade /Update อุปกรณ์เสริมพิเศษ ที่ไม่มีผลต่อการใช้งานตามปกติ

๒.๗ ไม่เสียค่าอะไหล่ทั้งหมดในตัวเครื่อง ในกรณีที่เครื่องชำรุดอันเกิดจากการใช้งานปกติ ทั้งนี้ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เช่น เครื่องพิมพ์ ,Vedio Tape Recorder และหัวตรวจ Ultrasound Probe

๒.๘ หากอะไหล่ที่ยกเว้นตามข้อ ๘ ชำรุด บริษัทฯ จะทำการเสนอราคาโดยลดราคาอะไหล่ ๑๐% ทั้งนี้เป็นราคาแลกเปลี่ยนอะไหล่

๒.๙ ไม่รวมแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับโหมด Stand by ของตัวเครื่อง

๒.๑๐ กรณีเคลมอะไหล่ที่เสียกรณีอื่นๆ เมื่อได้รับอะไหล่แล้วจะต้องส่งคืนอะไหล่เก่าที่เสียให้กับบริษัทฯ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

๓. เงื่อนไขอื่นๆ

๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องให้ช่างที่มีความรู้ ความชำนาญด้านวิศวกรรมเป็นผู้ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ดังกล่าว

๓.๒ หากเครื่องขัดข้อง ผู้ว่าจ้างสามารถเรียกให้ผู้รับจ้างเข้าทำการตรวจเช็คและซ่อมได้ทันที โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นค่าอะไหล่ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขสัญญาจ้าง

๓.๓ กรณีตรวจพบว่ารายการอะไหล่ชำรุด ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำใบเสนอราคาให้แก่ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติ สั่งซื้อส่งจ้างก่อนดำเนินการ โดยผู้รับจ้างจะต้องละค่าอะไหล่ให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

๓.๔ เมื่อดำเนินการตรวจเช็คบำรุงรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วในแต่ละครั้ง ให้ผู้รับจ้างจัดทำการรายงานผลการตรวจเช็คดังกล่าวให้แก่ช่างของโรงพยาบาล จำนวน ๑ ชุด และงานพัสดุ จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ประกอบการทำรายงานตรวจรับและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างต่อไป

๓.๕ เมื่อเครื่องมีปัญหาทางบริษัทฯ จะเข้ามาทำการแก้ไขภายใน ๔๘ ชั่วโมง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ