



Performance ชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดง

คุณลักษณะใช้งาน		% weight	.....	.....	คำจำกัดความ	วัตถุประสงค์
1	มาตรฐานผลิตภัณฑ์					
1.1	สามารถกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดง ให้เหลือค่าเม็ดเลือดขาวหลังกรอง น้อยกว่า $1.0 \times 10^6$ เซลล์/ยูนิต	20%			มี Leukocyte filter กรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดงเข้มข้น (Pack red cell) หลังการกรองผ่าน Leukocyte filter แล้ว มีเม็ดเลือดขาวน้อยกว่า $1 \times 10^6$ เซลล์/ยูนิต	เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาแพ้เลือดและเพื่อป้องกันการกระตุ้นการสร้างแอนติบอดี
1.2	เปอร์เซ็นต์ Red cell recovery ที่ได้จากชุดกรอง ไม่น้อยกว่า 85%	10%			ได้จากการคำนวณหลังการกรอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ (ร้อยละจำนวนเม็ดเลือดแดงที่เหลือหลังกรอง)	
1.3	ถุงบรรจุผลิตจากสารสังเคราะห์ PVC (polyvinylchloride) Medical grade	10%			กระเปาะกรองมีลักษณะใส เพื่อสามารถมองเห็นเลือดภายในกระเปาะได้	
1.4	มีระบบไล่อากาศภายในเซตกรอง	10%			มีระบบ air-venting เพื่อลดการสูญเสียปริมาณเม็ดเลือดแดงเข้มข้นหลังการกรอง	
1.5	พลาสติก Clamp สายไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง	10%			เอกสารแสดง	เพื่อป้องกันการไหลย้อนของเลือดภายในสายไปยังถุงเลือดอื่นๆ
1.6	เวลาที่ใช้ในการกรองไม่เกิน 25 นาที /ครั้ง	10%			มีคุณสมบัติการกรองที่สม่ำเสมอทุกยูนิต	
1.7	มีหมายเลขแสดง No. เดียวกันตลอดสาย	10%			ชุดกรอง สายถุงเลือด มีการระบุ ตัวเลขแสดง No. เดียวกันตลอดสาย สำหรับทวนสอบ	
1.8	เป็นชุดกรองฯที่เคยใช้ในโรงพยาบาล ขนาดไม่น้อยกว่า 500 เตียงหรือโรงเรียนแพทย์ที่น่าเชื่อถือ ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นเสนอราคา	5%			แนบสำเนาสัญญา หรือ สำเนาใบสั่งซื้อ หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานข้างต้น	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ผู้ประเมิน ..... วันที่ ...../...../.....



Performance ชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดง

คุณลักษณะใช้งาน			% weight	.....	.....	คำจำกัดความ	วัตถุประสงค์
1.9	ผลิตภัณฑ์ได้รับใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานอาหารและยา		5%			เอกสารแสดง	
2	บริการหลังการขาย						
2.1	บริษัทขนส่งของผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ GSDP จัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากวันรับของ		10%			GDP (Good Delivery Practice) และGSP (Good Storage Practice)	

คะแนนรวม

100.0%

หมายเหตุ หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (performance) ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 90 % ขึ้นไป ถึงจะมีสิทธิเข้าร่วมประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

ผู้ประเมิน ..... วันที่ ...../...../.....