

รายละเอียดคุณลักษณะ
ชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดง
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๑. ความต้องการ

ชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดง จำนวน ๑,๔๔๐ ชุด

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑. เป็นชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดงเข้มข้น ชนิดที่ใช้สำหรับงานธนาคารเลือด
- ๒.๒. สามารถกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดงเข้มข้น ให้เหลือค่าเม็ดเลือดขาวหลังกรอง น้อยกว่า 1.0×10^6 เซลล์/ยูนิต
- ๒.๓. เปอร์เซ็นต์ Red cell recovery ที่ได้จากชุดกรอง ไม่น้อยกว่า ๘๕%
- ๒.๔. มีระบบไล่อากาศภายในเซตกรอง (air-venting) เพื่อลดการสูญเสียปริมาณเม็ดเลือดแดงหลังการกรอง
- ๒.๕. มีคุณสมบัติการกรองที่สม่ำเสมอทุกยูนิต เวลาที่ใช้ในการกรองไม่เกิน ๒๕ นาที /รอบ
- ๒.๖. มีถุงบรรจุเปล่าที่ปราศจากเชื้อ สามารถบรรจุส่วนประกอบของเลือดได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิลิตร
- ๒.๗. คุณสมบัติถุงบรรจุผลิตจากสารสังเคราะห์ PVC (polyvinylchloride) Medical grade กระเปาะกรอง มีลักษณะใส สามารถมองเห็นเลือดภายในได้
- ๒.๘. ชุดกรอง สายถุงเลือด มีการระบุ ตัวเลขแสดง No. เดียวกันตลอดสาย สำหรับทวนสอบ
- ๒.๙. ผลิตภัณฑ์ได้รับใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานอาหารและยา
- ๒.๑๐. ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นชุดกรองฯที่เคยใช้ในโรงพยาบาลขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เตียง หรือโรงเรียนแพทย์ที่นำเข้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันยื่นเสนอราคา พร้อมแนบสำเนาสัญญาหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานข้างต้น

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๓.๑. ผู้ซื้อจะสั่งชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดง เป็นงวด การสั่งแต่ละครั้งมีจำนวนตามปริมาณการใช้งานจริง
- ๓.๒. บริษัทส่งวัสดุวิทยาศาสตร์จะต้องผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ของ GSP-GDP และผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดงเป็นเวลา ๑ ปีหากมีการเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งาน ผู้ขายต้องนำชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดง มาเปลี่ยนใหม่ให้ทันที ที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

(.....) นางพัชรินทร์ ญาติริรักษ์
(.....) น.ส.ศิริประภา สารานพคุณ
(.....) น.ส.ปณัฏฐา เตชชีวงศ์

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

- ๓.๓. ผู้จะขายจะต้องรับผิดชอบในการชดเชยผลิตภัณฑ์ เมื่อมีการจำหน่ายเลือดทิ้งภายหลังการตรวจคัดกรอง
- ๓.๔. ผู้จะซื้อใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาประสิทธิภาพต่อราคา (Price /Performances)
- ๓.๕. ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีสิทธิ์ ยกเลิกสัญญาในกรณีที่วัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้เกิดปัญหา และทางผู้จะขายแก้ไขให้ไม่ได้ หรือแก้ไขแล้วแต่ยังไม่ดี เช่น คุณภาพของส่วนประกอบโลหิตไม่ได้ตามเกณฑ์ ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะชำระเงินเฉพาะชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดง ที่ใช้ไปแล้วเท่านั้น ส่วนที่เหลือผู้จะขายจะต้องชดเชยด้วยจำนวนเงินเท่ากับมูลค่าชุดกรองที่เหลือ
- ๓.๖. หากผู้จะขาย ผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที และห้ามมิให้เสนอราคากับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ๓ ปี นับจากวันที่ยกเลิกสัญญา

(.....) นางพัชรินทร์ ญาศิริรักษ์
(.....) น.ส.ศิริประภา สารานพคุณ
(.....) น.ส.ปณัญฐา เตชชีวะวงศ์

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ