

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๘ รายการ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑. ความเป็นมา

ด้วยงานห้องผ่าตัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๘ รายการ ด้วยเงินนอกงบประมาณงบเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลให้มีใช้อย่างต่อเนื่อง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีการ

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ายรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้ายทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(ลงชื่อ).....*นิธิพัทธ์*.....ประธานกรรมการ

(นายนิธิพัทธ์ วทัญญูตา)

(ลงชื่อ).....*ปริญญ์ณัฐ จันทรสิริกรม*.....กรรมการ

(นางสาวปริญญ์ณัฐ จันทรสิริกรม)

(ลงชื่อ).....*ศศิธร กิ่งศิริ*.....กรรมการ

(นางศศิธร กิ่งศิริ)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างเป็นสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงสถานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นเสนอ ในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และการประกอบธุรกิจการค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีผู้ยื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๑. สายดุตเลือดและสารคัดหลั่งชนิดปราศจากเชื้อ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. สายดุตเลือดและสารคัดหลั่งชนิดปราศจากเชื้อ

คุณลักษณะทางเทคนิค

๑. ตัวสายผลิตจาก Polyvinyl Chloride อย่างหนา จึงไม่ลื่นแบน และ มีความใส สามารถมองเห็นเลือดและสารคัดหลั่งที่อยู่ภายใน

๒. ผิวบริเวณด้านนอกของสายมีลักษณะขรุขระ ทำให้สะดวกในการจับมากขึ้น

(ลงชื่อ).....นิธิพัทธ์.....ประธานกรรมการ

(นายนิธิพัทธ์ วาัญญุตตา)

(ลงชื่อ).....ศิริลักษณ์ จันทร์ศิริกมล.....กรรมการ

(นางสาวปริชญ์ณัฐ จันทร์ศิริกมล)

(ลงชื่อ).....ศศิธร จุงศิริ.....กรรมการ

(นางศศิธร จุงศิริ)

๓. ผิวด้านในของสายถูกเคลือบด้วยสารหล่อลื่น ทำให้มีลักษณะเป็น non-conductive จึงทำให้เลือดและสารคัดหลั่งไม่ติดอยู่ภายใน

๔. ตัวสายมีความยาว ๓.๐ เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ๖ มิลลิเมตร

๕. ส่วนปลายสุดของสายทั้ง ๒ ด้านมีลักษณะ universal adapter เรียกว่า Maxigrip ซึ่งมีลักษณะยึดหยุ่น และสามารถต่อเข้ากับเครื่องมือได้หลากหลาย

๖. ทำให้ปราศจากเชื้อแบบ Ethylene Oxide (EO)

๒. ภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่ง ขนาด ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นถุงรองรับเลือดและสารคัดหลั่งชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

คุณลักษณะทางเทคนิค

๑. เป็นถุงทำจากโพลีเอทิลีน (Polyethylene) และไม่มีส่วนประกอบของโลหะ เป็นแบบชนิดใช้แล้วทิ้งสามารถใช้ได้จนเต็ม

๒. ทำจาก โพลีโพรไพลีน (Polypropylene) และมีช่องเอนกประสงค์สำหรับใช้งาน จำนวน ๔ ช่อง

๓. ฝาและตัวถุงเป็นวัสดุชิ้นเดียวกันจากกระบวนการผลิต โดยผ่านกรรมวิธีการเชื่อมต่อด้วยความร้อนไม่เป็นตะเข็บและไม่ใช้ท่วงรัด (Construction with no seams)

๔. ถุงมีความยืดหยุ่นสูงเมื่อสารคัดหลั่งเต็มถุงไม่รั่วหรือแตกสามารถทนต่อแรงกระแทกเมื่อตกลงพื้น

๕. ถุงใต้วามีลักษณะคอกหยักคล้ายสปริงและดั่งขึ้นเมื่อสารคัดหลั่งเต็มถุง หรือ เมื่อมีการดึงสาย Vacuum ออกจากตัวถุงหลังจากสารคัดหลั่งเต็มถุง โดยถุงต้องมีขนาดความจุ ๓ ลิตร

๖. มีระบบป้องกันการล้นของสารคัดหลั่งเข้าระบบ Pipeline ของโรงพยาบาล (Mechanical Shut off Valve แบบ Float Type) โดยติดอยู่ด้านล่างของ vacuum port และใช้การเชื่อมต่อด้วยความร้อน ไม่ใช้การยึดด้วยโลหะ

๗. มีแผ่นกรองแบคทีเรียเป็นชนิด Two Stage Hydroscopic มีขนาดในการกรองไม่เกิน ๐.๕๕-micron และมีประสิทธิภาพในการกรองไม่น้อยกว่า ๙๙.๕ % ทำให้ลดการเกิด cross contamination

๘. มีระบบป้องกันเลือดและสารคัดหลั่งไหลย้อนกลับไปหาผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติงานภายในช่อง Patient (Internal one - way valve) เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรครภายในถุงรองรับสารคัดหลั่ง

๙. มีระบบควบคุมการเปิด-ปิดแรงดูดสุญญากาศที่ตัวกระบอกภายนอก ตรงบริเวณตัวเกี่ยวกับรถ โมบาย Suction และ Colum PipeLine ได้สนิท

๑๐. กระบอกด้านนอกผลิตจาก polycarbonate สามารถบอกปริมาตรของสารคัดหลั่งที่ดูดจากผู้ป่วย

(ลงชื่อ).....นิธิพัทธ์.....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....ปริศนา.....กรรมการ

(นางสาวปริชญ์ณัฐ จันทรศิริกรม)

(ลงชื่อ).....ศศิธร.....กรรมการ

(นางศศิธร จุงศิริ)

๓.กระบอกฉีดสารละลาย ขนาด ๖๐ ซีซี

คุณลักษณะทั่วไป

๑. กระบอกผลิตจากพลาสติกใสที่มีความแข็งแรงสูง

คุณลักษณะทางเทคนิค

๑. กระบอกผลิตจากพลาสติกใส ที่มีความแข็งแรงสูง สามารถมองเห็นปริมาตรของเหลวที่ดูดได้จากภายนอกและมีตัวเลขบอกปริมาตรอย่างชัดเจน

๒. ลูกลูกยางมีลักษณะใสทำให้สามารถมองเห็นของเหลวภายในได้ ผลิตจากยางคุณภาพดีทำให้เกิดความยืดหยุ่นสูงให้แรงในการดูดหรือปล่อยน้ำได้มากและควบคุมแรงดูดได้ง่าย

๓. ส่วนบนของลูกลูกยางมีรอยบวมทำให้จับถนัดมือขณะใช้งาน

๔. ปลายลูกลูกยางแนบสนิทกับด้านในของกระบอกทำให้เกิดสุญญากาศตลอดเวลาขณะใช้งาน ไม่มีการรั่วของอากาศปลายกระบอกมีจุกปิด

๕. ด้านหัวกระบอกมีที่ล็อคนิ้วเพื่อความกระชับในการจับกระบอก

๔.ขวดรองรับเลือด ขนาด ๔๐๐ ซีซี

คุณลักษณะทั่วไป

๑.เป็นอุปกรณ์สำหรับรองรับเลือดและสารคัดหลั่งออกจากบริเวณผ่าตัดโดยใช้ระบบ

สุญญากาศ

คุณลักษณะทางเทคนิค

๑. ชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังขนาด ๒๓ Gauge ในชุดมีส่วนประกอบอย่างน้อยดังนี้

๑.๑ ชุดหัวตัดขนาด ๒๓Gauge

๑.๒ สายนำแสงขนาด ๒๓Gauge

๑.๓ ชุดเปิดแผลและสร้างช่องสำหรับใส่เครื่องมือผ่าตัดผ่านลงไปยังตาส่วนหลัง (Entry

Side Alignment – ESA) ขนาด ๒๓Gauge

๑.๔ จุกปิดช่องแผลที่เยื่อหุ้มลูกตาขนาด ๒๓ Gauge (Scleral Plugs)

๑.๕ กล่องใส่น้ำทิ้งแบบ AFI (Cassette with AFI Tube Assembly)

๑.๖ สายดูดน้ำทิ้งเส้นที่ ๒ (Second Aspiration Line)

๑.๗ สายพร้อมเข็มปลายตัดสำหรับให้น้ำผ่าน (Infusion Cannula)

๑.๘ ถุงพลาสติกสำหรับคลุมถาด Mayo, หน้าจอเครื่อง และ ตัวรีโมทคอนโทรล

๑.๙ ไชริงค์ขนาด ๑๐ ซีซี

๒.๐ ตัวปิดกล่องน้ำทิ้ง (Cassette Stopper)

๒.๑ ถาดสำหรับรองน้ำสำหรับล้างสายก่อนใช้งาน (Priming)

๒.๒ ด้ามต่อหัวตัด (Vitreotomy Cutter Handle Extension)

๒.๓ หัวต่อสายแบบปลายเปิดสองทาง (Male Luer Coupler)

๒.๔ Pre-piercing Spike Assembly

(ลงชื่อ).....ธีรพันธ์.....ประธานกรรมการ

(นายนิธิพัทธ์ วทัญญูตา)

(ลงชื่อ).....ปรีชัชวรินทร์ จันทร์ศิริกุล.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ศศิธร จุงศิริ.....กรรมการ

(นางสาวปรีชัชวรินทร์ จันทร์ศิริกุล)

(นางศศิธร จุงศิริ)

๕.สายรองรับเลือดโดยระบบสุญญากาศ ขนาด ๑๐ มิลลิเมตร

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นสายต่อเพื่อรองรับเลือดและสารคัดหลั่งออกจากบริเวณผ่าตัดโดยใช้ระบบสุญญากาศ เป็นอุปกรณ์ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

คุณลักษณะทางเทคนิค

๑. เป็นสายต่อเพื่อรองรับเลือดและสารคัดหลั่งออกจากบริเวณผ่าตัดทั่วไปโดยใช้ระบบสุญญากาศ ชนิดแรงดันต่ำโดยมีแรงดูดแบบต่อเนื่องไม่รบกวนหรือทำลายเนื้อเยื่อโดยรอบอวัยวะที่ได้รับแรงดูด
๒. รูระบายเลือดและสารคัดหลั่งเจาะแบบหลီอ้อมกัน
๓. ผลิตภัณฑ์ผลิตจากซิลิโคนชนิดใช้ทางการแพทย์ทั้งหมด
๔. เป็นวัสดุทึบแสงมองเห็นจากภาพเอกซเรย์ได้
๕. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๑๐ มิลลิเมตร
๖. สายต่อลงอุปกรณ์รองรับใสมองเห็นสิ่งคัดหลั่งภายในได้ชัดเจน
๗. เป็นวัสดุทางการแพทย์ชนิดใช้แล้วทิ้ง

๖.ท่อระบายของเหลวออกจากแผลหลังผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นท่อระบายของเหลวชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

คุณลักษณะทางเทคนิค

๑. ผลิตจาก Silicone elastomer medical grade ที่มีความอ่อนนุ่ม และยืดหยุ่นสูง ช่วยให้เกิด Trauma ต่อผู้ป่วยน้อยและไม่เจ็บปวด ขณะถอดออกจากร่างกายผู้ป่วย
๒. ขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์ (Injection Molded) ทำให้สายมีความคงทนและมีคุณสมบัติในการระบายของเหลวได้ดีเหมือนกันทุกเส้น
๓. รูระบายเลือดและสารคัดหลั่งเจาะแบบหลီอ้อมกัน ช่วยให้การไหลของเลือดและสารคัดหลั่งไหลระบายได้ดีขึ้น

๔. ท่อระบายของเหลวเป็นชนิด Radiopaque เพราะมีการฝังแถบแบเรียม (Barium Impregnated) สามารถ X-ray เห็นตำแหน่งที่ฝังท่อระบายของเหลวไว้ในร่างกายผู้ป่วยได้

๕. ท่อระบายของเหลวและสายคัดหลั่ง เป็นท่อระบายแบบเส้นเดียว (one-piece design) โดยไม่มีรอยต่อช่วยให้ท่อไม่ขาดง่ายขณะใช้งานรวมทั้งมี Indicator dot ช่วยให้แพทย์เห็นระยะของท่อในการใช้งานที่เหมาะสม มีขนาด ๗Fr, ๑๐Fr และ ๑๕F

๗.ชุดเก็บเสมหะและสารคัดหลั่ง

คุณลักษณะทั่วไป

๑. อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเก็บเสมหะหรือสารคัดหลั่งเพื่อส่งตรวจ
๒. เป็นวัสดุทางการแพทย์ชนิดใช้แล้วทิ้ง

(ลงชื่อ).....**นิธิพันธ์**.....ประธานกรรมการ

(นายนิธิพันธ์ วทัญญูตา)

(ลงชื่อ).....**ปริชญ์ งาม**.....กรรมการ

(นางสาวปริชญ์ณัฐ จันทร์สิริกรมล)

(ลงชื่อ).....**ศศิธร**.....กรรมการ

(นางศศิธร จุงศิริ)

คุณลักษณะทางเทคนิค

๑. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเสมหะในเด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่เพื่อใช้ในการส่งตรวจหรือเพาะเชื้อสามารถต่อเข้ากับกล้องส่องหลอดลมคอได้

๒. มีหลอดใส่เสมหะ (Mucous trap) ขนาดบรรจุ ๕๐ มิลลิลิตร พร้อมสเกลบอกปริมาตร

๓. ฝาหลอดสามารถเปิดออกได้ พร้อมมีฝาปิดเพิ่มเพื่อส่งตรวจหรือเพาะเชื้อ

๔. หลอดและสายมีความใสสามารถมองเห็นเสมหะที่อยู่ภายในได้ชัดเจน

๘. อุปกรณ์สำหรับจับบริเวณก้านโคมไฟชนิดใช้แล้วทิ้ง

คุณลักษณะทั่วไป

๑. อุปกรณ์สำหรับจับบริเวณก้านโคมไฟชนิดใช้แล้วทิ้ง

คุณลักษณะทางเทคนิค

๑. เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นถุง ผลิตจากพลาสติก

๒. ถุงมีความหนาและเหนียว เพื่อลดการฉีกขาด หรือทะลุในระหว่างผ่าตัด

๓. ช่องใส่ สามารถปรับให้แนบเข้ากับก้านของโคมไฟได้ โดยขนาดของก้านโคมไฟผ่าตัดที่สามารถใส่เข้ากับอุปกรณ์ได้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕ - ๕ เซนติเมตร

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือของเก่าเก็บ

๒. บริษัทผู้ขายจะต้องแสดงรายละเอียดและลงหมายเลขข้อในแคตตาล็อกให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะที่ทางราชการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา

๓. ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย ๑ ปี นับตั้งแต่วันรับมอบสินค้าครบเป็นต้นไปในระยะรับประกัน หากเกิดการชำรุดด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานผิดปกติผู้ขายจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใน ๓๐ วัน

๔. การบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องปราศจากเชื้อและกันความชื้น โดยบรรจุในกล่องที่ห่อหุ้มด้วยวัสดุที่มิดชิด ไม่มีรอยฉีกขาด ผลิตภัณฑ์ไม่เปลี่ยนสภาพ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๗.๑ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๔,๕๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๗.๒ ราคากลาง ๔,๕๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....นิธิพัทธ์.....ประธานกรรมการ

(นายนิธิพัทธ์ วทัญญูตา)

(ลงชื่อ).....ปริญญ์ณัฐ จันทร์ศิริภม.....กรรมการ

(นางสาวปริญญ์ณัฐ จันทร์ศิริภม)

(ลงชื่อ).....ศศิธร จุงศิริ.....กรรมการ

(นางศศิธร จุงศิริ)

๘. งวดงานและการเบิกจ่าย

ผู้ขายต้องดำเนินการภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายฯ และส่งมอบพัสดุตามใบสั่งซื้อแต่ละคราว ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของครบ

(ลงชื่อ)..... นิธิพัทธ์ประธานกรรมการ

(นายนิธิพัทธ์ วทัญญูตา)

(ลงชื่อ)..... ศิริลักษณ์ จันทศิริกมลกรรมการ

(นางสาวปริญญาณัฐ จันทศิริกมล)

(ลงชื่อ)..... ศศิธร จุงศิริกรรมการ

(นางศศิธร จุงศิริ)