

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

๑. **ความเป็นมา** โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๑ เตียง ด้วยเงินจากโครงการสลากการกุศล โครงการพัฒนาศักยภาพการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ มะเร็ง และอุบัติเหตุ (เหลือจ่าย)

๒. **วัตถุประสงค์** เพื่อใช้ในการบริการรักษาผู้ป่วย

๓. **คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดภูเก็ต ณ วันประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือ มูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการ ร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุก รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวกนกวรรณ สวนแย้ม)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปรารณา ตุลยภณิก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวันดี ลิ้มชนะกุล)

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเตียงสำหรับผ่าตัดผู้ป่วยทางจักษุวิทยา ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒.๑ เตียงผ่าตัดทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลด้วยมือกด และเท้าเหยียบ มีปุ่มกดหยุดการทำงานในกรณีฉุกเฉิน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวกนกวรรณ สวนรัมย์)

(ลงชื่อ).....ปลัด

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางสาวปรารถนา ตุลยนิษฐ์)

(นางวันดี ลิ้มชนะกุล)

๔.๒.๒ เตียงมีล้อ ๔ ล้อ แบบวงล้อคู่ เพื่อการเคลื่อนย้าย มีระบบเบรกเบรกให้หยุดเคลื่อนได้

๔.๒.๓ พื้นเตียงแบ่งส่วนรองรับผู้ป่วยออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่ ศีรษะ, หลัง, สะโพก, ขา, มีเบาะรองรับแบบไร้ตะเข็บ และกันน้ำ ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย สามารถถอดออกจากตัวเตียงได้

๔.๒.๔ เบาะส่วนรองรับศีรษะ รูปทรงโค้งมน ผิวด้านบนโค้งเว้าตามรูปศีรษะ สามารถปรับเลื่อนเข้าออกได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร ปรับศีรษะเอียงขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ องศา ปรับลงได้ไม่น้อยกว่า -๑๕ องศาด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๒.๕ มีที่รองรับแขน หมุนเหวี่ยงขึ้นลงตามการปรับท่าเตียง สามารถถอดออกจากตัวเตียงได้

๔.๒.๖ สามารถปรับเตียงขึ้นลง ไม่น้อยกว่า ๕๕-๘๕ เซนติเมตร

๔.๒.๖.๑ สามารถปรับส่วนหลังขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา ลงได้ไม่น้อยกว่า ๐ องศา

๔.๒.๖.๒ สามารถปรับส่วนขาขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา

๔.๒.๖.๓ สามารถปรับเตียงท่า Trendelenburg ที่ -๑๒ องศาได้

๔.๒.๗ มีที่เสียบเสาน้ำเกลือที่เตียง ถอดเก็บได้

๔.๒.๘ ใช้แบตเตอรี่สำรองไฟ ซึ่งสามารถถอดออกได้หรือเปลี่ยนได้ สะดวก ง่ายตาย

๔.๒.๙ เตียงผ่าตัดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตรและยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๕ เซนติเมตร

๔.๒.๑๐ รองรับน้ำหนักผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัม

๔.๒.๑๑ สามารถบันทึกข้อมูลจัดตำแหน่งของเตียงได้ไม่น้อยกว่า ๔ โปรแกรม และมีปุ่ม Reset ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนเป็นท่านั่งได้

๔.๓ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๔.๓.๑ FLEXIBLE DRAPE SUPPORT

จำนวน ๑ ชุด

๔.๓.๒ VisionBlue (๐.๐๖%trypan blue ophthalmic solution)

จำนวน ๓ กล่อง

สีย้อมแคปซูลเพื่อแสดงภาพแคปซูลในการผ่าตัดต้อกระจก

for anterior use approved by the FDA

๔.๓.๓ ADJUSTABLE WRIST WREST

จำนวน ๑ อัน

๔.๓.๔ EMERGENCY BACKUP BATTERY

จำนวน ๑ อัน

๔.๓.๕ SLIDE PARTS (ที่กั้นเตียงคนไข้)

จำนวน ๑ ชุด

๔.๓.๖ PADDED ARM BOARD ที่วางแขนคนไข้

จำนวน ๑ ชุด

๔.๓.๗ MONITOR ARM STAINLESS STEEL

จำนวน ๑ อัน

๔.๓.๘ I.V. POLE STAINSTEEL (เสาน้ำเกลือ)

จำนวน ๑ อัน

๔.๓.๙ เข็มฉีดยาได้จ่อประสาทตาแบบยึดได้ ๔๑ G (๒๓ gauge / ๐.๖ mm) จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๔ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีประวัติการละทิ้งงานต่อหน่วยงานราชการ

๔.๔.๒ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า ๕ ปี (ยื่นในวันเสนอราคา)

๔.๔.๓ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล ISO ๙๐๐๑ และ CE MARK

๔.๔.๔ ผู้ขายต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย(ทุกอุปกรณ์ที่อยู่ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้ และทุกอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน) จากโรงงานผู้ผลิต อย่างน้อย ๓ ปี (ยื่นในวันเสนอราคา)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวกนกวรรณ สอนแย้ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปรารถนา ตุลยนิษฐ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวันดี ลิ้มชนะกุล)

๔.๔.๕ บริษัทผู้จำหน่ายจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๑๓๔๘๕

๔.๔.๖ ทุกอุปกรณ์ที่อยู่ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้ และทุกอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ต้องมีหลักฐานการนำเข้าและการรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ออกโดยองค์การอาหารและยาประเทศไทย ยื่นในวันเสนอราคา

๔.๔.๗ มีช่างบำรุงรักษา ซ่อมแซม ที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตและมีใบรับรองการผ่านการอบรมอย่างน้อย ๑ คน ยื่นในวันเสนอราคา

๔.๔.๘ บริษัทผู้จำหน่าย จะต้องจัดอบรมการใช้เครื่องมือแพทย์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และอบรมการซ่อม/บำรุงรักษา/การสอบเทียบ ให้แก่ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๔.๔.๙ มีการบำรุงรักษาตรวจสอบสภาพทุก ๓ เดือน ในระยะรับประกัน พร้อมจัดส่งรายงานให้แผนกที่ใช้เครื่องมือและศูนย์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๔.๔.๑๐ มีการสอบเทียบเครื่องมือปีละ ๑ ครั้ง ตลอดอายุรับประกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๔.๔.๑๑ บริษัทต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง

๔.๔.๑๒ บริษัทผู้ขายจะต้องแสดงรายละเอียดและลงหมายเลขข้อในแคตตาล็อกให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะที่ทางราชการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตจะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) และพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุด น้ำหนักการให้คะแนน รวมร้อยละ ๑๐๐ แบ่งออกเป็น

๖.๑ ราคาที่เสนอ ร้อยละ ๒๐

๖.๒ การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ร้อยละ ๘๐

๖.๒.๑ ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ร้อยละ ๔๐

๖.๒.๒ บริการหลังการขาย ร้อยละ ๔๐

โดยเกณฑ์การพิจารณาด้านคุณภาพ รายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอทางด้านเทคนิค

ลำดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	เตียงผ่าตัดตาควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า - มีแผงควบคุมการทำงานด้วยรีโมทอย่างเดียว - ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล และแผงควบคุมการทำงานด้วยเท้าเหยียบ	๓๐ ๑๐ ๓๐	
๒	เตียงมี ๔ ล้อ แบบวงล้อคู่ - ไม่มีระบบเบรคให้หยุดเคลื่อนได้ - มีระบบเบรคให้หยุดเคลื่อนได้	๕ ๐ ๕	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวกนกวรรณ สอนแย้ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปรารถนา ตุลยนิษฐ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวันดี ลิ้มธนะกุล)

ลำดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓	พื้นเตียงแบ่งส่วนรองรับผู้ป่วยออกเป็นส่วนที่สำคัญ - น้อยกว่า ๔ ส่วน - ๔ ส่วน ได้แก่ ศีรษะ, หลัง, สะโพก, ขา	๕ ๓ ๕	
๔	เตียงมีเบาะรองรับทันทันต่อการสีกหรือได้เป็นอย่างดี ไร้ตะเข็บ สามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป และแอลกอฮอล์ในการเช็ด ทำความสะอาดเบาะได้ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะคือ - ไม่กั้นน้ำ - กั้นน้ำ	๓ ๐ ๓	
๕	เบาะสามารถถอดออกจากเตียงได้ - ถอดไม่ได้ - ถอดได้	๓ ๐ ๓	
๖	เบาะส่วนรองรับศีรษะ รูปทรงโค้งมน - ผิวด้านบนเป็นแนวราบ ไม่สามารถปรับระดับได้ - ผิวด้านบนโค้งเว้าตามรูปศีรษะ สามารถปรับระดับได้	๕ ๑ ๕	
๗	เบาะรองรับศีรษะ สามารถปรับเลื่อนเข้าออกได้ - น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร - ไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร	๓ ๑ ๓	
๘	เบาะรองศีรษะ สามารถปรับเอียงขึ้นได้ - น้อยกว่า ๓๐ องศา - ไม่น้อยกว่า ๓๐ องศา	๓ ๑ ๓	
๙	เบาะรองศีรษะ ปรับลงได้ - น้อยกว่า -๑๕ องศา ด้วยระบบไฟฟ้า - ไม่น้อยกว่า -๑๕ องศา ด้วยระบบไฟฟ้า	๓ ๑ ๓	
๑๐	มีที่รองแขน - หมุนเหวี่ยงขึ้นลงตามการปรับท่าเตียง ไม่สามารถถอดออกได้ - หมุนเหวี่ยงขึ้นลงตามการปรับท่าเตียง สามารถถอดออกได้	๓ ๑ ๓	
๑๑	ปรับเตียงขึ้นลงได้ - ระดับความสูงเตียงเมื่อปรับแล้ว ความสูงอยู่ระหว่าง ๕๕-๘๕ เซนติเมตร จากพื้น - ระดับความสูงเตียงเมื่อปรับแล้ว สามารถปรับได้ต่ำกว่า ๕๕ เซนติเมตร หรือสูงกว่า ๘๕ เซนติเมตร จากพื้น	๕ ๓ ๕	
๑๒	ปรับส่วนหลังของเตียงได้ - ขึ้นได้น้อยกว่า ๘๐ องศา และลงได้ที่ ๐ องศา - ขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา และลงได้ไม่น้อยกว่า ๐ องศา	๓ ๑ ๓	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวกนกวรรณ สอนแย้ม)

(ลงชื่อ).....

ปากก

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

วิมล

กรรมการ

(นางสาวปรารถนา ตุลยนิษฐ์)

(นางวันดี ลิ้มธนะกุล)

ลำดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑๓	ปรับส่วนขาของเตียงได้ - ปรับส่วนขาได้ น้อยกว่า ๗๐ องศา - ปรับส่วนขาได้ ไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา	๓ ๑ ๓	
๑๔	ปรับเตียงท่า Trendelenburg ได้ - ได้น้อยกว่า -๑๒ องศา - ได้ -๑๒ องศา	๓ ๑ ๓	
๑๕	มีที่เสียบเสาน้ำเกลือ - พับเก็บได้ แต่ถอดไม่ได้ - ถอดเก็บได้	๓ ๑ ๓	
๑๖	มีแบตเตอรี่สำรองไฟ - ไม่สามารถถอดออก หรือเปลี่ยนได้สะดวก - สามารถถอดออกได้ หรือเปลี่ยนได้สะดวก	๓ ๐ ๓	
๑๗	เตียงผ่าตัดมีความกว้าง และยาวที่เหมาะสม - กว้างน้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และยาวน้อยกว่า ๑๘๕ เซนติเมตร - กว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๕ เซนติเมตร	๕ ๓ ๕	
๑๘	สามารถรองรับน้ำหนักของผู้ป่วยได้ ดังนี้ - น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัม แต่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม - ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัม	๕ ๓ ๕	
๑๙	สามารถบันทึกข้อมูลจัดตำแหน่งของเตียงได้ - น้อยกว่า ๒ โปรแกรม - ๒ - ๓ โปรแกรม - ไม่น้อยกว่า ๔ โปรแกรม	๔ ๒ ๓ ๔	
๒๐	สามารถ reset ทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อเปลี่ยนเป็นท่านั่งได้ - ไม่มีปุ่มควบคุม - มีปุ่มควบคุม	๓ ๐ ๓	
		๑๐๐	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวกนกวรรณ สอนแย้ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปรารถนา ตุลยนิษฐ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวันดี ลิ้มธนะกุล)

บริการหลังการขาย

ลำดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การบำรุงรักษาตรวจสอบสภาพในระยะรับประกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมจัดส่งรายงานให้แผนกที่ใช้เครื่องมือ และศูนย์เครื่องมือ แพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต - ทุก ๔ เดือน/ปี (๓ ครั้ง) - ทุก ๓ เดือน/ปี (๔ ครั้ง)	๕๐ ๒๐ ๕๐	
๒	มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุง - น้อยกว่า ๕ ปี - ไม่น้อยกว่า ๕ ปี	๕ ๓ ๕	
๓	มีการสอบเทียบเครื่องมือ - ไม่มีการสอบเทียบประจำปี - ปีละ ๑ ครั้ง ตลอดอายุรับประกัน	๕ ๐ ๕	
๔	การรับประกันผลิตภัณฑ์ - มากกว่า ๓ ปี - ๓ ปี - น้อยกว่า ๓ ปี	๕๐ ๕๐ ๕๐ ๓๐	
		๑๐๐	

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ด้วยเงินจากโครงการสลาการกุศล โครงการพัฒนาศักยภาพการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ มะเร็ง และอุบัติเหตุ (เหลือจ่าย) วงเงินงบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

๘. งานตรวจและการจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยส่งมอบงานจำนวน ๑ งาน ให้ครบถ้วน และเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับแล้ว ปรากฏว่า ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๓ ปี นับถัดจากวันรับมอบสินค้าครบเป็นต้นไป ในระยะรับประกัน หากเกิดขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดี ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไข ๓ ครั้งแล้วยังไม่ดีขึ้นตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใน ๓๐ วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวกนกวรรณ สวนรัมย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปรารถนา ตุลยนิษฐ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวันดี ลิ้มธนะกุล)