

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
งานเวชภัณฑ์มีไข้ยา กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีไข้ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้มีเวชภัณฑ์มีไข้ยา เพียงพอต่อการให้บริการ และเพื่อใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์มีไข้ยา มีคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และมีแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีไข้ยาดังนี้

๑.๑ ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ ใช้ครั้งเดียวแบบมีแป้ง	ประมาณการจะซื้อ ๕๐,๐๐๐ กล่อง
๑.๒ ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ ใช้ครั้งเดียวแบบไม่มีแป้ง	ประมาณการจะซื้อ ๖,๕๐๐ กล่อง
๑.๓ ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดปราศจากเชื้อ ใช้ครั้งเดียวแบบมีแป้ง	ประมาณการจะซื้อ ๒๓๐,๐๐๐ คู่


๒. วัตถุประสงค์


ใช้สวมมือสำหรับการตรวจวินิจฉัย หรือรักษาทางการแพทย์ที่มีไข้การผ่าตัด เพื่อป้องกันการสัมผัสและปนเปื้อนโดยตรงระหว่างผู้ใช้และผู้ป่วยรวมถึงการใช้สำหรับการจับต้องวัสดุทางการแพทย์ที่ปนเปื้อนด้วย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา


นางอัญญา เสมอภาค
ประธานกรรมการฯ


นางชุลพร เชตนิมิตร
กรรมการ


นางพิชญามณชน์ มุขแมนเหมื่อน
กรรมการ

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะของเวชภัณฑ์มีไข้ยาที่จะดำเนินการจัดซื้อ


๑. งบประมาณสำหรับการตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ ใช้ครั้งเดียวแบบมีแบ่ง ประมาณการจะซื้อ ๕๐,๐๐๐ กล่อง

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ภูมิ้อทำจากยางธรรมชาติ
๒. ภูมิ้อย่างไม่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ
๓. ภูมิ้อมีผิวไม่เรียบบางส่วนหรือทั้งหมด
๔. ภูมิ้อมีลักษณะนิ้วมือตรง
๕. ภูมิ้อย่างมีแบ่งเคลือบ
๖. ปลายภูมิ้อของภูมิ้อเป็นลักษณะมนขอบ ขอบภูมิ้อไม่ม้วนกลับขณะใช้งาน
๗. ไม่มีรอยฉีกขาด ไม่รั่วซึม สีสม่ำเสมอ เนื้อบางและเหนียว สวมใส่กระชับมือ
๘. ภูมิ้อย่างบรรจุ ๑๐๐ ข้าง ต่อ ๑ กล่อง สามารถใส่ได้ทั้งมือขวาและมือซ้าย
๙. ภูมิ้อมีลักษณะหยาบที่ปลายนิ้ว เพื่อป้องกันการหยิบจับที่อาจหลุดลื่นง่าย


นางอัญชนา เสมอภาค
ประธานกรรมการฯ


นางชฎาพร เชตนิมิตร
กรรมการ


นางพิชญามณชน์ मुखแมนเหมื่อน
กรรมการ

ขนาด	ความกว้างฝ่ามือต่ำสุด (มิลลิเมตร)	ความกว้างฝ่ามือสูงสุด (มิลลิเมตร)	ความยาวของถุงมือ (มิลลิเมตร)	ความหนา(ชั้นเดียว)ต่ำสุด ชนิดผิวหยาบที่ปลายนิ้ว (มิลลิเมตร)
XS	ไม่น้อยกว่า ๖๐ มม.	ไม่เกิน ๘๐ มม.	ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ มม.	ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๔ มิลลิเมตร
S	ไม่น้อยกว่า ๗๐ มม.	ไม่เกิน ๙๐ มม.	ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ มม.	
M	ไม่น้อยกว่า ๘๕ มม.	ไม่เกิน ๑๐๕ มม.	ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ มม.	
L	ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มม.	ไม่เกิน ๑๒๐ มม.	ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ มม.	

คุณลักษณะเฉพาะตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพ

๑. เพื่อสะดวกในการสวมใส่ถุงมือ อาจจะต้องมีการเคลือบผิว (Surface Treatment) การใช้สารหล่อลื่น ผงแป้ง หรือ พอลิเมอร์ โดยต้องเป็นไปตาม ISO๑๐๙๙๓ สีที่ใช้ต้องไม่เป็นพิษ และสารใดๆ ที่ใช้ในกระบวนการทำผิวถุงมือ ซึ่งเป็นสารที่ถูกถ่ายโอนได้ ต้องเป็นสารที่ดูดซึมได้ทางชีวภาพ (Bio-Absorbable)

๒. ผ่านการรับรองมาตรฐานและข้อกำหนดเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม ๑: เกณฑ์กำหนดสำหรับถุงมือที่ทำจากน้ำยางหรือสารละลายยาง (มอก.๑๐๕๖-๒๕๕๖) โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๓. มีเอกสารรับรองการได้รับมาตรฐาน GMP,ISO๙๐๐๑,ISO๑๓๔๘๕ (Quality management system for medical device) และ ISO๒๒๐๐๐ (Food Safety Management System for Production of natural latex and nitrile gloves for food contact) และมีเอกสารรับรองมาตรฐานเครื่องหมายฮาลาล โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔. การแสดงเครื่องหมายและฉลาก ใช้สัญลักษณ์ตามที่กำหนด ใน ISO ๑๕๒๒๓ ให้ภาชนะบรรจุต้องมีฉลากภาษาไทยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

๔.๑ ชื่อการค้า

๔.๒ ข้อความว่า “ถุงมือสำหรับการตรวจโรค”

๔.๓ ข้อความว่า “ไม่ปราศจากเชื้อ”

๔.๔ ข้อความว่า “ผิวไม่เรียบ”

๔.๕ ข้อความว่า “มีแป้ง”

๔.๖ ขนาดของถุงมือ

๔.๗ วัสดุที่ใช้

๔.๘ ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือสถานที่นำเข้าแล้วแต่กรณี ในกรณีเป็นผู้นำเข้า ให้แสดงชื่อสถานที่ผลิต เมืองและประเทศที่ผลิตถุงมือสำหรับตรวจโรคนั้นด้วย

๔.๙ จำนวนถุงมือที่บรรจุ

๔.๑๐ เลขที่ หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต

นางอัญญา เสมอภาค
ประธานกรรมการฯ

นางชฎาพร เขตนิมิตร
กรรมการ

นางพิชญมณณ์ มุขแมนเหมือน
กรรมการ

๔.๑๑ เดือนปี หรือ ปี เดือนที่ผลิต ให้แสดงปีด้วยเลข ๔ ตัว

๔.๑๒ เดือนปี หรือ ปี เดือนที่หมดอายุ ให้แสดงปีด้วยเลข ๔ ตัว

๔.๑๓ คำแนะนำการใช้ และวิธีการเก็บรักษา

๔.๑๔ คำเตือนให้ทราบว่า ผลิตภัณฑ์ทำจากน้ำยาธรรมชาติ อาจทำให้เกิดอาการแพ้ หรือ ข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน กรณีถุงมือทำจากน้ำยาธรรมชาติ

๔.๑๕ ข้อความว่า “ใช้ได้ครั้งเดียว” แสดงด้วยตัวอักษรที่เห็นชัดเจน

๕. การตรวจสอบถุงมือ ต้องเป็นไปตาม ASTM D ๕๑๕๑ ผ่านการทดสอบการรั่วซึม ระดับคุณภาพที่ยอมรับ ไม่ควรเกิน ๒.๕ และต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

๖. ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์จะต้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพ (CoA Certificate of Analysis) ในเรื่องความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด โดยแสดงเอกสารการทดสอบ และการตรวจวิเคราะห์โดยให้แสดงเอกสารใบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ (CoA Certificate of Analysis) ในวันที่ยื่นเสนอราคา

ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด โดยแสดงเอกสารรับรองการทดสอบ

ก่อนการบ่มแรง		หลังการบ่มแรง	
ความต้านแรงดึง (เมกะพาสคัล)	ความยืดเมื่อขาด (ร้อยละ)	ความต้านแรงดึง (เมกะพาสคัล)	ความยืดเมื่อขาด (ร้อยละ)
ไม่น้อยกว่า ๒๑	ไม่น้อยกว่า ๖๕๐	ไม่น้อยกว่า ๑๖	ไม่น้อยกว่า ๕๐๐

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่าง ถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียว ขนาด Size XS จำนวน ๒ กล่อง ขนาด Size S จำนวน ๒ กล่อง ขนาด Size M จำนวน ๒ กล่อง ขนาด Size L จำนวน ๒ กล่อง นำมาเพื่อให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณา ให้คะแนนการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ตามที่ได้กำหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. ผู้เสนอราคา ต้องได้รับคะแนนจาก ผลการประเมิน ค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ไม่ต่ำกว่า ๗๐ คะแนน กรณีผู้เสนอราคาได้รับผลการประเมินได้คะแนนต่ำกว่า ๗๐ คะแนน คณะกรรมการไม่รับพิจารณา และไม่ให้ผ่านเงื่อนไขข้อนี้

๓. โรงพยาบาลจะพิจารณาประเมินประสิทธิภาพราคา (Price Performance) ตามเกณฑ์สัดส่วนราคา ร้อยละ ๓๐ และด้านประสิทธิภาพ ร้อยละ ๗๐

๔. ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

๕. ภาชนะบรรจุรวมต้องมีความปลอดภัยในการขนส่ง และการเก็บรักษา

๖. สามารถแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ได้ก่อนหมดอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘๐ วัน


นางอัญชนา เสมอภาค
ประธานกรรมการฯ


นางชฎาพร เชตนิมิตร
กรรมการ


นางพิชญามณณ์ มุขแมนเหมือน
กรรมการ

๗. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งาน ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
๘. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผู้จำหน่าย หากพบความบกพร่อง และบริการ ซึ่งมีผลต่อการทำงาน และการให้บริการผู้ป่วย จะทำการยกเลิกสัญญา หากผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแก้ไขความบกพร่องที่เกิดขึ้นได้
๙. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำเครื่องหมายในแต่ละหัวข้อของคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงกับรายละเอียดและคุณลักษณะของทางราชการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ

๒. ถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ ใช้ครั้งเดียวแบบไม่มีแบ่ง
ประมาณการจะซื้อ ๖,๕๐๐ กล่อง

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ถุงมือทำจากยางธรรมชาติ
๒. ถุงมืออย่าไม่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ
๓. ถุงมือมีผิวไม่เรียบบางส่วน (นิ้วมือ)
๔. ถุงมือมีลักษณะนิ้วมือตรง
๕. ปลายข้อมือของถุงมือเป็นลักษณะม้วนขอบ ขอบถุงมือไม่ม้วนกลับขณะใช้งาน
๖. ไม่มีรอยฉีกขาด ไม่รั่วซึม สีสม่ำเสมอ เนื้อบางและเหนียว สวมใส่กระชับมือ
๗. ถุงมืออย่างบรรจุ ๑๐๐ ข้าง ต่อ ๑ กล่อง สามารถใส่ได้ทั้งมือขวาและมือซ้าย
๘. ถุงมือมีลักษณะหยาบที่ปลายนิ้ว เพื่อป้องกันการหยิบจับที่อาจหลุดลื่นง่าย

ขนาด มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน โดยมีหนังสือแสดงรายละเอียดดังนี้

ขนาด	ความกว้างฝ่ามือต่ำสุด (มิลลิเมตร)	ความกว้างฝ่ามือสูงสุด (มิลลิเมตร)	ความยาวของถุงมือ (มิลลิเมตร)	ความหนา(ชั้นเดียว) ไม่น้อยกว่า (มิลลิเมตร)
XS	ไม่น้อยกว่า ๖๐ มม.	ไม่เกิน ๘๐ มม.	ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ มม.	สำหรับทุกขนาด บริเวณผิวไม่เรียบ : ๐.๑๔ บริเวณผิวเรียบ : ๐.๑๒
S	ไม่น้อยกว่า ๗๐ มม.	ไม่เกิน ๙๐ มม.	ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ มม.	
M	ไม่น้อยกว่า ๘๕ มม.	ไม่เกิน ๑๐๕ มม.	ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ มม.	
L	ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มม.	ไม่เกิน ๑๒๐ มม.	ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ มม.	

ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด โดยแสดงเอกสารรับรองการทดสอบ

ก่อนการบ่มแรง		หลังการบ่มแรง	
ความต้านแรงดึง	ความยืดเมื่อขาด (ร้อยละ) ต่ำสุด	ความต้านแรงดึง	ความยืดเมื่อขาด (ร้อยละ) ต่ำสุด
ไม่น้อยกว่า ๗ นิวตัน หรือไม่น้อยกว่า ๒๑ เมกะ พาสคัล	ไม่น้อยกว่า ๖๕๐	ไม่น้อยกว่า ๖ นิวตัน หรือไม่น้อยกว่า ๑๖ เมกะ พาสคัล	ไม่น้อยกว่า ๕๐๐

นางอัญญา เสมอภาค
ประธานกรรมการฯ

นางชฎาพร เขตนิมิตร
กรรมการ

นางพิชญมณณ์ มุขม้วนเหมือน
กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพ

๑. ผ่านการรับรองมาตรฐานและข้อกำหนดเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม ๑: เกณฑ์กำหนดสำหรับถุงมือที่ทำจากน้ำยางหรือสารละลายยาง (มอก.๑๐๕๖-๒๕๕๖) โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒. มีเอกสารรับรองการได้รับมาตรฐาน GMP, ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๓๔๘๕ (Quality management system for medical device), ISO ๒๒๐๐๐ (Food Safety Management System for Production of natural latex and nitrile gloves for food contact) และมีเอกสารรับรองมาตรฐานเครื่องหมายฮาลาล โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๓. การแสดงเครื่องหมายและฉลากให้เป็นไปตาม มอก.๑๐๕๖ ใช้สัญลักษณ์ตามที่กำหนด ใน ISO ๑๕๒๒๓ ให้ภาชนะบรรจุต้องมีฉลากภาษาไทยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ๓.๑ ชื่อการค้า
- ๓.๒ ข้อความว่า “ถุงมือสำหรับการตรวจโรค”
- ๓.๓ ข้อความว่า “ไม่ปราศจากเชื้อ”
- ๓.๔ ข้อความว่า “ผิวไม่เรียบ”
- ๓.๕ ข้อความว่า “ไม่มีแป้ง”
- ๓.๖ ขนาดของถุงมือ
- ๓.๗ วัสดุที่ใช้
- ๓.๘ ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือสถานที่นำเข้าแล้วแต่กรณี ในกรณีเป็นผู้นำเข้า ให้แสดงชื่อสถานที่ผลิต เมืองและประเทศที่ผลิตถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดด้วย
- ๓.๙ จำนวนถุงมือที่บรรจุ
- ๓.๑๐ เลขที่ หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
- ๓.๑๑ เดือนปี หรือ ปี เดือนที่ผลิต ให้แสดงปีด้วยเลข ๔ ตัว
- ๓.๑๒ เดือนปี หรือ ปี เดือนที่หมดอายุ ให้แสดงปีด้วยเลข ๔ ตัว
- ๓.๑๓ คำแนะนำการใช้ และวิธีการเก็บรักษา
- ๓.๑๔ คำเตือนให้ทราบว่า ผลิตภัณฑ์ทำจากน้ำยางธรรมชาติ อาจทำให้เกิดอาการแพ้ หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน กรณีถุงมือทำจากน้ำยางธรรมชาติ
- ๓.๑๕ ข้อความว่า “ใช้ได้ครั้งเดียว” แสดงด้วยตัวอักษรที่เห็นชัดเจน

๔. การตรวจสอบถุงมือ ต้องเป็นไปตาม ASTM D ๕๑๕๑ ผ่านการทดสอบการรั่วซึม ระดับคุณภาพที่ยอมรับ ไม่ควรเกิน ๒.๕ และต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

๕. ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์จะต้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพ (CoA Certificate of Analysis) ในเรื่องความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด โดยแสดงเอกสารการทดสอบ และการตรวจวิเคราะห์โดยให้แสดงเอกสารใบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ (CoA Certificate of Analysis) ในวันที่ยื่นเสนอราคา


นางอัญชนา เสมอภาค
ประธานกรรมการฯ


นางชฎาพร เชตนิมิตร
กรรมการ


นางพิชญามณณ์ มุขแมนเหมือน
กรรมการ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่าง ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคไม่ปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียว แบบไม่มีแบ่ง ขนาด Size S จำนวน ๒ กล่อง ขนาด Size M จำนวน ๒ กล่อง นำมาเพื่อให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณา ให้คะแนนการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ตามที่ได้กำหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

๒. ผู้เสนอราคา ต้องได้รับคะแนนจาก ผลการประเมิน ค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ไม่ต่ำกว่า ๗๐ คะแนน กรณีผู้เสนอราคาได้รับผลการประเมินได้คะแนนต่ำกว่า ๗๐ คะแนน คณะกรรมการไม่รับพิจารณา และไม่ให้ผ่านเงื่อนไขข้อนี้

๓. โรงพยาบาลจะพิจารณาประเมินประสิทธิภาพราคา (Price Performance) ตามเกณฑ์สัดส่วนราคาร้อยละ ๓๐ และด้านประสิทธิภาพ ร้อยละ ๗๐

๔. ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

๕. ภาชนะบรรจุรวมต้องมีความปลอดภัยในการขนส่ง และการเก็บรักษา

๖. สามารถแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ได้ก่อนหมดอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘๐ วัน

๗. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งาน ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบ

๘. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผู้จำหน่าย หากพบความบกพร่องและบริการ ซึ่งมีผลต่อการทำงาน และการให้บริการผู้ป่วย จะทำการยกเลิกสัญญา หากผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแก้ไขความบกพร่องที่เกิดขึ้นได้

๙. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำเครื่องหมายในแต่ละหัวข้อของคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน ว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงกับรายละเอียดและคุณลักษณะของทางราชการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ

๓. ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดปราศจากเชื้อ ใช้ครั้งเดียวแบบมีแบ่ง
ประมาณการจะซื้อ ๒๓๐,๐๐๐ คู่

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ถุงมือทำจากยางธรรมชาติ
๒. แบบนิ้วมือตรง
๓. ผิวถุงมือยางมีแบ่งเคลือบ
๔. ผิวถุงมือไม่เรียบบางส่วนหรือทั้งหมด
๕. ปลายข้อมือของถุงมือเป็นแบบม้วนขอบ
๖. ไม่มีรอยฉีกขาด ไม่รั่วซึม สีสม่ำเสมอ เนื้อบางและเหนียว สวมใส่กระชับมือ
๗. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ บรรจุในซองปลอดเชื้อปิดผนึกสนิท ของกระดาดที่ใช้เป็นวัสดุที่ใช้ในทางการแพทย์ (Medical grade)
๘. ถุงมือยางบรรจุเป็น ๒ ข้าง มีข้างซ้ายและข้างขวา ในซองบรรจุผลิตภัณฑ์ เดียวกัน ๑ ซอง


.....
นางอัญญา เสมอภาค
ประธานกรรมการฯ


.....
นางชฎาพร เชตนิมิตร
กรรมการ


.....
นางพิชญามณณ์ มุขแมนเหมื่อน
กรรมการ

๙. ถุงมือตรวจโรคทั่วไปชนิดใช้ครั้งเดียว มีขนาด ๒ ขนาด คือ

๙.๑ ขนาดกลาง (M) มีความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๙๕ มิลลิเมตร ไม่ควรเกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๐ มิลลิเมตร

๙.๒ ขนาดเล็ก (S) มีความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๘๕ มิลลิเมตร ไม่ควรเกิน ๙๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๐ มิลลิเมตร

๙.๓ ความหนาสูงสุดที่ประมาณจุดกึ่งกลางฝ่ามือ ไม่ควรเกิน ๒.๐๓ มิลลิเมตร

คุณลักษณะเฉพาะตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพ

๑. เพื่อสะดวกในการสวมใส่ถุงมือ อาจจะต้องมีการเคลือบผิว (Surface Treatment) การใช้สารหล่อลื่น ผงแป้ง หรือ พอลิเมอร์ โดยต้องเป็นไปตาม ISO ๑๐๙๙๓ สีที่ใช้ต้องไม่เป็นพิษ และสารใดๆ ที่ใช้ในกระบวนการทำผิวถุงมือ ซึ่งเป็นสารที่ถูกถ่ายโอนได้ ต้องเป็นสารที่ดูดซึมได้ทางชีวภาพ (Bio-Absorbable)

๒. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๑๐๕๖-๒๕๕๖ และนำไปรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๓. เครื่องหมายและฉลาก อาจใช้สัญลักษณ์ตามที่กำหนด ใน ISO ๑๕๒๒๓

๔. ผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ ระบบบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์ ซึ่งรับรองการทำให้ปลอดเชื้อด้วยรังสี Gamma ตามมาตรฐาน ENISO ๑๑๑๓๗-๑ (Gamma radiation from Cobalt-๖๐)

๕. มีเอกสารแสดงรายละเอียดการทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization) และผลการทดสอบการทดสอบการตกค้าง และนำเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๖. ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์จะต้องแสดงเอกสารใบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ (CoA Certificate of Analysis) ในวันที่ยื่นเสนอราคา

๗. มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ความปลอดภัย จากหน่วยงานหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา

๘. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานได้มาตรฐาน ISO:๒๒๐๐๐ และมีเอกสารรับรองมาตรฐานเครื่องหมายฮาลาล โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่าง ถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียว ขนาด Size S จำนวน ๕๐ คู่ ขนาด Size M จำนวน ๕๐ คู่ นำมาเพื่อให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณา ให้คะแนนการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ตามที่ได้กำหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. ผู้เสนอราคา ต้องได้รับคะแนนจาก ผลการประเมิน ค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ไม่ต่ำกว่า ๗๐ คะแนน กรณีผู้เสนอราคาได้รับผลการประเมินได้คะแนนต่ำกว่า ๗๐ คะแนน คณะกรรมการไม่รับพิจารณา และไม่ให้ผ่านเงื่อนไขข้อนี้

.....
นางอัญชนา เสมอภาค
ประธานกรรมการฯ

.....
นางชฎาพร เขตนิมิตร
กรรมการ

.....
นางพิชญามณชน์ मुखแมนเหมือน
กรรมการ

๓. โรงพยาบาลจะพิจารณาประเมินประสิทธิภาพราคา (Price Performance) ตามเกณฑ์สัดส่วนราคาร้อยละ ๓๐ และด้านประสิทธิภาพ ร้อยละ ๗๐

๔. ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

๕. ภาชนะบรรจุรวมต้องมีความปลอดภัยในการขนส่ง และการเก็บรักษา

๖. สามารถแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ได้ก่อนหมดอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘๐ วัน

๗. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งาน ๓ ปี นับจากวันที่ได้รับมอบผลิตภัณฑ์

๘. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผู้จำหน่าย หากพบความบกพร่องและบริการ ซึ่งมีผลต่อการทำงาน และการให้บริการผู้ป่วย จะทำการยกเลิกสัญญา หากผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแก้ไขความบกพร่องที่เกิดขึ้นได้

๙. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำเครื่องหมายในแต่ละหัวข้อของคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน ว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงกับรายละเอียดและคุณลักษณะของทางราชการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายฯ และส่งมอบตามใบสั่งซื้อแต่ละคราว ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) และจะพิจารณาจากคะแนนรวม

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๗,๙๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๘. งานงานและการเบิกจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับสั่งซื้อ ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖๐ วัน นับจากวันส่งมอบของครบ โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุด บกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

นางอัญชนา เสมอภาค
ประธานกรรมการฯ

นางชฎาพร เขตนิมิตร
กรรมการ

นางพิชญามณชน์ मुखเม้นเหมือน
กรรมการ