

เกณฑ์การพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพ (Performances) หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ จำนวน ๕ รายการ

คุณลักษณะใช้งาน.	กำหนดคะแนน	ผู้เข้าร่วมประกวดราคา			คำจำกัดความ	วัตถุประสงค์
		๑	๒	๓		
๑ มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ						
๑.๑	๒.๑ ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ,ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ หนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข	๕๐			หนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ เอกสารรับรองสินค้าเพื่อจำหน่าย	เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ มีระบบการประกันคุณภาพ ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ
๑.๒	บริษัทบริหารด้วยมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System)	๕๐			มาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงาน	
	รวมคะแนน	๑๐๐				
	กำหนดน้ำหนักร้อยละ	๕				
๒ บริการหลังการขาย						
๒.๑	มาตรฐานการส่งของ	๕๐			GDP (Good Delivery Practice) และGSP (Good Storage Practice)	เพื่อประกันคุณภาพสินค้า จนถึงมือผู้ตรวจรับในเวลาที่กำหนด อย่างมีคุณภาพ
๒.๒	มาตรฐานการจัดเก็บ ระบบคลัง	๓๐			มีระบบจัดเก็บ คลังสินค้า ที่ได้มาตรฐาน ควบคุมคุณภาพ ก่อนจัดส่ง แสดงเอกสาร	
๒.๓	สนับสนุนฝึกอบรมการเจาะเลือด	๒๐			แสดงโครงการการฝึกอบรม มีรายละเอียด ระยะเวลาที่ชัดเจน รูปแบบการฝึกอบรม	
	รวมคะแนน	๑๐๐				
	กำหนดน้ำหนักร้อยละ	๑๕				
๓ ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ						
๓.๑	มาตรฐานการรับรองคุณภาพของหลอด	๒๐			หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตของสินค้า	
๓.๒	การชี้บ่งลักษณะหลอดเลือดชัดเจน	๒๐			ลักษณะของหลอดเลือดตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

เกณฑ์การพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพ (Performances) หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ จำนวน ๕ รายการ

คุณลักษณะใช้งาน	กำหนดคะแนน	ผู้เข้าร่วมประกวดราคา			คำจำกัดความ	วัตถุประสงค์
		๑	๒	๓		
๓.๓ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจากการใช้เครื่องมือ	๓๐				หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ มีคุณสมบัติสามารถป้องกัน การสัมผัสเลือด หรือละอองของเลือด (Aerosols) ช่วยลดอุบัติเหตุ การติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติงาน	
๓.๔ การใช้งานกับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ	๑๐				สามารถใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ที่โรงพยาบาลใซ้อยู่ โดยไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนใด	
๓.๕ การใช้งานกับเครื่องติดบาร์โค้ดอัตโนมัติ	๒๐				สามารถใช้กับเครื่องติดฉลากเพื่อจาแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ ที่โรงพยาบาลใซ้อยู่ โดยไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนใด	
รวมคะแนน	๑๐๐					
กำหนดน้ำหนักร้อยละ	๓๐					

หมายเหตุ: หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพ (Performances) ต้องผ่านเกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ มากกว่าหรือเท่ากับ ๘๕ % ถึงจะมีสิทธิเข้าร่วมประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบท้ายเกณฑ์การพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพ (Performances) เกณฑ์การพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพ (Performances) หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๓ หน้า

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

เกณฑ์การพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพ (Performances) ตลอดเก็บเลือกระบบสัญญาภาค จำนวน ๕ รายการ

หัวข้อประเมิน		กำหนด น้ำหนักย่อย ละ	คะแนนเต็ม	เกณฑ์พิจารณาคะแนน	
				เกณฑ์พิจารณา	น้ำหนักคะแนน
๑	ราคาที่เสนอ	๕๐	๑๐๐	คำนวณคะแนนจากราคาที่เสนอโดยระบบ	
๒	มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ	๕	๑๐๐		
	๒.๑ ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์, ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ หนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข		๕๐	มีใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และ ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ โดยสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ครบถ้วน ไม่หมดอายุ	๕๐
				มีใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และ ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ โดยสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ไม่ครบถ้วน หรือหมดอายุ	๐
	๒.๒ บริษัทบริหารด้วยมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System)		๕๐	แสดงใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ISO TQM	๕๐
				ไม่แสดงใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System)	๐
๓	บริการหลังการขาย	๑๕	๑๐๐		
	๓.๑. มาตรฐานการส่งของ		๕๐	แสดงชื่อบริษัทส่งของ และมาตรฐาน GDP (Good Delivery Practice)	๕๐
				แสดงชื่อบริษัทส่งของ หรือมาตรฐาน GDP (Good Delivery Practice)	๒๕
				ไม่แสดงทั้งชื่อบริษัทส่งของ และมาตรฐาน GDP (Good Delivery Practice)	๐
	๓.๒. มาตรฐานการจัดเก็บ ระบบคลัง		๓๐	มีระบบจัดเก็บ คลังสินค้า ที่ได้มาตรฐาน GSP (Good Storage Practice) ควบคุมคุณภาพ ก่อนจัดส่ง แสดงเอกสาร	๓๐
				ไม่แสดงเอกสารระบบจัดเก็บ คลัง GSP (Good Storage Practice) การควบคุมคุณภาพ	๐
	๓.๓. สำนัสนุนฝึกอบรมการเจาะเลือด		๒๐	แสดงโครงการฝึกอบรม มีรายละเอียด รูปแบบการฝึกอบรม ช่วงระยะเวลา จำนวนรุ่น วิทยากร งบประมาณ ที่ชัดเจน	๒๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

เกณฑ์การพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพ (Performances) หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ จำนวน ๕ รายการ

หัวข้อประเมิน		กำหนดน้ำหนักร้อยละ	คะแนนเต็ม	เกณฑ์พิจารณาคะแนน	
				เกณฑ์พิจารณา	น้ำหนักคะแนน
				แสดงโครงการการฝึกอบรม แต่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน	๑๐
				ไม่แสดงเอกสาร	๐
๔	ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ	๓๐	๑๐๐		
	๔.๑. มาตรฐานการรับรองคุณภาพของหลอด		๒๐	มีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตของสินค้าทุก LOT.	๒๐
				ไม่มีเอกสารรับรอง	๐
	๔.๒. การชี้บ่งลักษณะหลอดเลือดชัดเจน		๒๐	๑. ฝาจุกมีสี ตาม International Color-Code ๒. มีฉลากแบบพลาสติกใสติดข้างหลอด สีเดียวกับฝาจุก ๓. มีขีดแสดง ระดับ ของ Fill Guide Line ชัดเจน ๔. หลอด Sodium Citrate มีขีดบอกปริมาตร ±๑๐%	๒๐
				๑. ฝาจุกมีสี ตาม International Color-Code ๒. มีฉลากแบบพลาสติกใสติดข้างหลอด สีเดียวกับฝาจุก ๓. มีขีดแสดง ระดับ ของ Fill Guide Line ชัดเจน	๑๐
				๑. ฝาจุกมีสี ตาม International Color-Code ๒. มีฉลากแบบพลาสติกใสติดข้างหลอด สีเดียวกับฝาจุก ๓. มีขีดแสดง ระดับ ของ Fill Guide Line ไม่ชัดเจน	๕
๔.๓. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจากการใช้เครื่องมือ		๓๐	๑. หลอดเก็บเลือดสุญญากาศที่ทำจากพลาสติก ชนิด Poly-ethylen-therephthalate (PET) ตกไม่แตก ๒. ฝาจุกหลอดชนิดเกลียว Safety cap แบบ ๒ ชั้น และมีสุญญากาศในปริมาณที่แน่นอนภายในหลอด ๓. จุกยางในฝาหลอด ใช้เข็มเจาะใส่เลือด และดึงเข็มออกได้ง่าย	๓๐	
			มีคุณสมบัติความปลอดภัย ๒ ใน ๓ ข้อ	๑๕	
			มีคุณสมบัติความปลอดภัยน้อยกว่า ๒ ข้อ	๐	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

เกณฑ์การพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพ (Performances) หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ จำนวน ๕ รายการ

หัวข้อประเมิน		กำหนด น้ำหนักร้อยละ	คะแนนเต็ม	เกณฑ์พิจารณาคะแนน	
				เกณฑ์พิจารณา	น้ำหนักคะแนน
	๔.๔. การใช้งานกับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ		๑๐	มีเอกสารรับรองการ validate หลอดเก็บเลือดสุญญากาศกับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติที่ โรงพยาบาลใข้อยู่	๑๐
				มีเอกสารรับรองการใช้งานจริงจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย	๕
				ไม่มีเอกสารรับรอง	๐
	๔.๕. การใช้งานกับเครื่องติดบาร์โค้ดอัตโนมัติ		๒๐	๑. สามารถใช้กับเครื่องติดฉลากเพื่อฉาแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติที่มีระบบตรวจสอบสีฝาหลอดเลือด (Cap Color Check) เพื่อป้องกันการใช้หลอดผิดประเภท	๒๐
				๒. มีเอกสารรับรองการ validate หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ กับเครื่องติดฉลากแบบอัตโนมัติที่โรงพยาบาลใข้อยู่	
				มีเอกสารรับรองการใช้งานจริงจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย	๑๐
				ไม่มีเอกสารรับรองครบถ้วน	๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ