

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๑๐ รายการ  
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

**๑. ความเป็นมา**

ด้วยงานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อใช้ในการทำหัตถการผ่าตัด ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุดังกล่าว

**๒. วัตถุประสงค์**

๑. เป็นชุดระบายน้ำหล่อสมองและไขสันหลัง (CSF) จากช่องสมองออกสู่ตัวสุรรองรับภายนอกร่างกายเพื่อตรวจวัดค่าแรงดันในช่องสมองและระบายของเหลวออก

๒. เป็นวัสดุทดแทนใช้สำหรับกรณีที่เยื่อหุ้มสมองของคนไข้บริเวณศีรษะหรือกระดูกสันหลังได้รับความเสียหายและไม่สามารถเย็บซ่อมได้ หรือไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดการรั่วของน้ำสมองและไขสันหลัง ซึ่งจะนำมาสู่การติดเชื้อ หรือความซับซ้อนในการรักษา (Complication)

**๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีการ

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่า ผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้งและหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑)-(๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

๔.รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๑.ชุดท่อต่อจากโพรงสมองออกสู่ภายนอกเพื่อตรวจวัดระดับน้ำหล่อสมองและไขสันหลัง จำนวนประมาณการจะซื้อ ๑๒๐ ชิ้น

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นชุดระบายน้ำหล่อสมองและไขสันหลัง (CSF) จากช่องสมองออกสู่ตัวศูรรองรับภายนอกร่างกายเพื่อตรวจวัดค่าแรงดันในช่องสมองและระบายของเหลวออก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑.สายต่อเข้าช่องสมอง (Ventricular Catheter) ทำจากวัสดุซิลิโคนที่ใช้ในทางการแพทย์แบบใส มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗.๕ Fr (๒.๕ มิลลิเมตร), ๑๐.๕ Fr (๓.๕ มิลลิเมตร) และ ๑๒ Fr (๔ มิลลิเมตร) ให้เลือกตามความต้องการของแพทย์ผู้ใช้ ขนาดความยาว ๓๕๐ มิลลิเมตร มีแถบบนสายต่อตลอดทั้งเส้นเพื่อสามารถเอกซเรย์เห็นได้ (Radiolucent)

๒.ลวดนำ (Stylet) สำหรับสอดสายต่อเข้าไปในช่องสมอง

๓.เข็มนำ (Trocarr) ใช้แทงผ่านได้ชั้นผิวหนังบริเวณศีรษะ ขณะนำสายต่อเพื่อวางได้ชั้นผิวหนัง

๔.ที่จับยึด (Holding Clamp) สายต่อกับหนังศีรษะ ไม่ให้เลื่อนหลุดได้โดยใช้ไหมเย็บแผลเย็บผูกยึดไว้

๕.มีกระเปาะใส (Chamber) รองรับของเหลว เพื่อวัดระดับปริมาณของเหลว พร้อมทั้งเปิดปิดแบบสามทาง (๓ way stopcock)

๖.ถุงรองรับ (Collection bag) ซึ่งต่อกับกระเปาะใสในข้อ ๕ มีขนาดบรรจุ ๖๐๐ มิลลิลิตร ที่ส่วนล่างสุดมีจุกสามารถเปิดเพื่อให้ระบายของเหลวออกสู่ภาชนะรองรับอื่นได้

๗.มีไม้บรรทัด สำหรับตั้งและปรับระดับความดัน

๒.เยื่อหุ้มสมองเทียม แบบแปะบาง (รายการที่ ๒ - รายการที่ ๔)

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นวัสดุทดแทนใช้สำหรับกรณีเยื่อหุ้มสมองของคนไข้บริเวณศีรษะหรือกระดูกสันหลังได้รับความเสียหายและไม่สามารถเย็บซ่อมได้ หรือไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดการรั่วของน้ำสมองและไขสันหลัง ซึ่งจะนำมาสู่การติดเชื้อ หรือความซับซ้อนในการรักษา (Complication)

คุณลักษณะเฉพาะ

๑.ผลิตจาก Bovine Achilles Tendon ซึ่งเป็นคอลลาเจน (Collagen Type I) ที่มีความบริสุทธิ์ มีลักษณะเป็นแผ่นสีขาว ผิวเรียบ

๒.มีขนาดให้เลือกหลากหลาย ได้แก่ ๒.๕ x ๒.๕ เซนติเมตร, ๒.๕ x ๗.๕ เซนติเมตร, ๕ x ๕ เซนติเมตร

๓.สามารถป้องกันการรั่วซึมของ CSF (Cerebrospinal Fluid) ได้

๔.ระยะเวลาในการดูดซึมและสลายตัว (Resorption) ๖ ถึง ๙ เดือน ซึ่งเพียงพอต่อ กระบวนการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ โดยไม่หลงเหลือสิ่งแปลกปลอมใดๆ ในร่างกาย

๕.สามารถวางยึดติดกับเยื่อหุ้มสมองเดิมได้โดยไม่ต้องเย็บ และสามารถเย็บเพื่อยึดตำแหน่งบางส่วนเพื่อป้องกันการเลื่อน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

- ๖.สามารถจัดแต่งให้เข้ารูปทรงกับพื้นที่ที่ต้องการใช้
- ๗.ปริมาณบรรจุ ๑ ชั้น/แพ็ค
- ๘.บรรจุในซองปราศจากเชื้อ สามารถนำมาใช้งานได้ทันที
- ๙.ซองบรรจุมีรายละเอียด ชนิด ขนาด รวมถึงวันหมดอายุ อย่างชัดเจน

### ๓.เยื่อหุ้มสมองเทียม แบบแปะหนา (รายการที่ ๕ - รายการที่ ๗)

#### คุณลักษณะทั่วไป

เป็นวัสดุทดแทนใช้สำหรับกรณีที่ยื่อหุ้มสมองของคนไข้บริเวณศีรษะหรือกระดูกสันหลังได้รับความเสียหาย และไม่สามารถเย็บซ่อมได้ หรือไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดการรั่วของน้ำสมองและไขสันหลัง ซึ่งจะนำมาสู่การติดเชื้อ หรือ ความซับซ้อนในการรักษา (Complication)

#### คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑.ผลิตจาก Bovine Achilles Tendon ซึ่งเป็นคอลลาเจน (Collagen Type I) ที่มีความบริสุทธิ์ มีลักษณะ เป็นแผ่นสีขาว ผิวเรียบ
- ๒.มีขนาดให้เลือกหลากหลาย ได้แก่ ๒.๕ x ๒.๕ เซนติเมตร, ๒.๕ x ๗.๕ เซนติเมตร, ๕ x ๕ เซนติเมตร
- ๓.ภายในเยื่อหุ้มสมองเทียมมีลักษณะเป็นชั้น (Layer) เพื่อให้เซลล์ เข้ามาเรียงตัวเพื่อให้เกิดกระบวนการ สร้างเนื้อเยื่อใหม่ (Regeneration)
- ๔.มีแผ่นชั้นฟิล์มคอลลาเจน เพื่อให้ป้องกันการรั่วซึมของ CSF (Cerebrospinal Fluid) ได้ดียิ่งขึ้น
- ๕.ระยะเวลาในการดูดซึมและสลายตัว (Resorption) ๘ สัปดาห์ ซึ่งเพียงพอต่อกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อ ใหม่ โดยไม่หลงเหลือสิ่งแปลกปลอมใดๆ ในร่างกาย
- ๖.สามารถวางยึดติดกับเยื่อหุ้มสมองเดิมได้โดยไม่ต้องเย็บ และสามารถเย็บเพื่อยึดตำแหน่งบางส่วนเพื่อ ป้องกันการเลื่อน
- ๗.สามารถจัดแต่งให้เข้ารูปทรงกับพื้นที่ที่ต้องการใช้
- ๘.ปริมาณบรรจุ ๑ ชั้น/แพ็ค
- ๙.บรรจุในซองปราศจากเชื้อ สามารถนำมาใช้งานได้ทันที
- ๑๐.ซองบรรจุมีรายละเอียด ชนิด ขนาด รวมถึงวันหมดอายุ อย่างชัดเจน

### ๔.เยื่อหุ้มสมองเทียม แบบเย็บ (รายการที่ ๘ - รายการที่ ๑๐)

#### คุณลักษณะทั่วไป

เป็นวัสดุทดแทนใช้สำหรับกรณีที่ยื่อหุ้มสมองของคนไข้บริเวณศีรษะหรือกระดูกสันหลังได้รับความเสียหาย และไม่สามารถเย็บซ่อมได้ หรือไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดการรั่วของน้ำสมองและไขสันหลัง ซึ่งจะนำมาสู่การติดเชื้อ หรือ ความซับซ้อนในการรักษา (Complication)

#### คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑.ผลิตจาก Bovine Intact Dermis ซึ่งเป็นคอลลาเจน (Collagen Type I) ที่มีความบริสุทธิ์ มีลักษณะ เป็นแผ่นสีขาว ผิวเรียบ
- ๒.มีขนาดให้เลือกหลากหลาย ได้แก่ ๒.๕ x ๒.๕ เซนติเมตร, ๒.๕ x ๗.๕ เซนติเมตร, ๕ x ๕ เซนติเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

- ๓.สามารถป้องกันการรั่วซึมของ CSF (Cerebrospinal Fluid) ได้
- ๔.ระยะเวลาในการดูดซึมและสลายตัว (Resorption) ๙ เดือน ซึ่งเพียงพอต่อกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ โดยไม่หลงเหลือสิ่งแปลกปลอมใดๆ ในร่างกาย
- ๕.สามารถเย็บเพื่อยึดตำแหน่งเพื่อป้องกันการเลื่อน
- ๖.มีความแข็งแรง ทนแรงดึงได้ดี เพื่อความสะดวกในการจัดวางและเข้ากับพื้นที่ที่ต้องการได้
- ๗.ปริมาณบรรจุ ๑ ชิ้น/แพ็คเกจ
- ๘.บรรจุในซองปราศจากเชื้อ สามารถนำมาใช้งานได้ทันที
- ๙.ซองบรรจุมีรายละเอียด ชนิด ขนาด รวมถึงวันหมดอายุ อย่างชัดเจน

### เงื่อนไขเฉพาะ

- ๑.เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๒.ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีการรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๒ ปี นับตั้งแต่วันตรวจรับพัสดุ
- ๓.ผู้จะขายจะต้องทำเครื่องหมายในแคตตาล็อกตามหัวข้อในรายละเอียดที่โรงพยาบาลกำหนด
- ๔.เมื่อได้มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว หากพบมีการชำรุดเสียหายจากการผลิตหรือระหว่างการผ่าตัดยังไม่เสร็จสิ้น ทางบริษัทผู้จำหน่ายต้องยินยอมให้มีการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ได้
- ๕.ถ้ามีการพบว่าผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพ เกิดความเสียหายของผลิตภัณฑ์บ่อยครั้ง โรงพยาบาลขอสิทธิในการบอกเลิกสัญญาจัดซื้อจัดจ้างระหว่างโรงพยาบาลและคู่สัญญา
- ๖.ต้องมีเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตสินค้า และเอกสารไม่หมดอายุในวันยื่นเอกสารประกวดราคา
- ๗.ต้องมีใบอนุญาตการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากองค์การอาหารและยาประเทศไทย เอกสารไม่หมดอายุในวันยื่นเอกสารประกวดราคา
- ๘.บริษัทยินยอมให้ยืมเครื่องมือสำหรับผ่าตัดและเป็นผู้รับผิดชอบในการขนส่งมาโรงพยาบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และส่งผู้ชำนาญการในการใช้เครื่องมือเข้าร่วมและช่วยเหลือในการผ่าตัดอย่างน้อย ๑ คน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- ๙.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางโรงพยาบาลขอใช้เคยใช้มาก่อน หรือผ่านการทดลองประเมินว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

### ๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อแต่ละคราว

### ๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

### ๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๗.๑ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๔,๕๓๔,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ด้วยเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๗.๒ ราคากลางเป็นเงิน ๔,๕๓๔,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

๘. งดงานและการเบิกจ่ายเงิน

ผู้จะขายต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายฯ และส่งมอบพัสดุตามใบสั่งซื้อแต่ละคราวให้กับผู้จะซื้อภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบสั่งซื้อ โดยให้ส่งมอบให้ครบถ้วนแต่ละงวด และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้จะขายให้ครบถ้วนภายใน ๓๐ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาสินค้าของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้จะขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้จะขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของครบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ