

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องช่วยผ่าตัดนำวิถี
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

๑. ความเป็นมา ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรวงเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๗,๒๐๔,๙๖๗.๕๙ บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนสี่พันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ทั้งนี้ ให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อการสาธารณสุข กรณีค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๖ และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังมีรายละเอียดตามบันทึกข้อความ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๓๓/ว๓๖๑๕ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยผ่าตัดนำวิถี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม ๗๐%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๒. วัตถุประสงค์ เพื่อติดตาม ตำแหน่งของเครื่องมือโดยสัมพันธ์กับกายวิภาคของการผ่าตัด และระบุตำแหน่งบนภาพของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดหรือระหว่างผ่าตัด ช่วยนำทางศัลยแพทย์ระหว่างการทำหัตถการหูดอกจมูก เช่น การผ่าตัดโตนสอดคลองผ่านฐานกะโหลกศีรษะ ผ่านฐานกะโหลกด้านข้าง การผ่าตัดไซนัสในโพรงจมูกผ่านกล้องเอนโดสโคป (Functional Endoscopic Sinus Surgery, FESS) เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนสำคัญระหว่างการผ่าตัดและช่วยให้ศัลยแพทย์ทำงานภายในกายวิภาคโพรงจมูกที่ซับซ้อนได้ และทำให้ใช้วิธีการทางศัลยกรรมที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยได้

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นางสาวปรีชญา จันทร์ศักดิ์สูง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางคณกฤษ กาญจนไพศิษฐ์) (นางสาวภรภัทร จิงโชติภัทร์)

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดภูเก็ต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมที่มิได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑)กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒)กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓)สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวปรีชญา จันทร์ศักดิ์สูง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางคงกฤษ กาญจนไพศิษฐ์)

(นางสาวภรภัทร จิงโชติภัทร์)

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ รายละเอียดทั่วไป

๔.๑.๑ ชุดเครื่องมือนำวิถีเป็นระบบการนำทางด้วยภาพ (Image Guided System, IGS) ประกอบด้วย แพลตฟอรม์ ซอฟต์แวร์ทางคลินิก เครื่องมือผ่าตัด และระบบการอ้างอิง

๔.๑.๒ ชุดเครื่องมือนำวิถี ใช้ระบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EM) ในการ สร้างแผนที่ระหว่างจุดทั้งหมด ในภาพถ่ายรังสีผู้ป่วยกับจุดที่ตรงกันในกายวิภาคของผู้ป่วยโดยสัมพันธ์กับกายวิภาคของการผ่าตัด และติดตามตำแหน่งของเครื่องมือพร้อมระบุตำแหน่งของกายวิภาคที่ต้องการ

๔.๑.๓ สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ (Instrument) ในการนำวิถีที่โรงพยาบาลมีอยู่ได้

๔.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค

ชุดเครื่องมือนำวิถีช่วยกำหนดตำแหน่งในการผ่าตัด ประกอบไปด้วย

๔.๒.๑ คอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมและแสดงผลระบบการนำทางด้วยภาพ

๔.๒.๑.๑ หน้าจอแสดงผลแบบจอแบน ขนาดไม่น้อยกว่า สูง ๑๔.๕ นิ้ว x กว้าง ๒๓.๕ นิ้ว x ลึก ๓.๕ นิ้ว

๔.๒.๑.๒ หน้าจอมีความละเอียดของภาพสูง โดยมีความความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๕๖๐ x ๑๔๔๐ พิกเซล, ๖๐ เฮิร์ต

๔.๒.๑.๓ หน้าจอรระบบสัมผัส (Touchscreen) ง่ายในการใช้งาน โดย มีอินเทอร์เฟซหน้าจอ สัมผัสแบบคาปาซิทีฟสามารถควบคุมได้ด้วยนิ้ว นิ้วที่สวมถุงมือ หรือปากกาใช้กับหน้าจอแบบคาปาซิทีฟ

๔.๒.๑.๔ มีไดรฟ์ สำหรับ DVD/CDROM และ แผงนำเข้า/ส่งออกที่ด้านล่างของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีพอร์ตเพื่อใช้สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์นำเข้าและส่งออกต่าง ๆ

๔.๒.๒ รถเข็นมาตรฐานสำหรับชุดเครื่องมือนำวิถี

๔.๒.๒.๑ แผงสำหรับติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับควบคุมระบบการนำทางด้วยภาพ

๔.๒.๒.๒ มีหม้อแปลงแยกไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ - ๒๔๐ โวลต์ พร้อมสายไฟ

๔.๒.๒.๓ มีเสาเพื่อใช้ติดตั้งส่วนประกอบเพิ่มเติม และมีชั้นสำหรับวางอุปกรณ์และเก็บอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

๔.๒.๒.๔ มีราวสำหรับติดตั้งอยู่แต่ละข้างของรถเข็น สำหรับติดตั้งแขนพับและกล่องเชื่อมต่ออุปกรณ์นำวิถีด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวปริญญ์ จันทร์ศักดิ์สูง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางคณกฤษ กาญจนไพศิษฐ์)

(นางสาวภรภัทร จิงโชติภัทร์)

๔.๒.๓ กล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์นำวิถีด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า

- ๔.๒.๓.๑ ทำหน้าที่เป็น อินเทอร์เฟซสำหรับเครื่องมือแม่เหล็กไฟฟ้า
- ๔.๒.๓.๒ สามารถเชื่อมต่อเครื่องมือแม่เหล็กไฟฟ้า ได้สูงสุด ๖ อุปกรณ์
- ๔.๒.๓.๓ มี ไฟ LED บ่งชี้สถานะกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์นำวิถีด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า
- ๔.๒.๓.๔ มีไฟ LED บ่งชี้เครื่องมือแม่เหล็กไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๖ ดวง

๔.๒.๔ ตัวปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (สามารถเลือกแบบตัวปล่อยคลื่นได้ตามต้องการ ๑ แบบ)

๔.๒.๔.๑ ตัวปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แบบติดตั้งด้านข้าง (Side Mount Emitter)

- ๔.๒.๔.๑.๑ เป็นตัวปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับติดบริเวณข้างเตียงผู้ป่วย
- ๔.๒.๔.๑.๒ ความถี่ในการส่งสัญญาณ ๓ - ๓๐ KHz แถบความถี่ต่ำมาก (Very Low Frequency ,VLF)
- ๔.๒.๔.๑.๓ ตัวปล่อยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบติดตั้งด้านข้าง สร้างปริมาตรสนามแม่เหล็กพลังงานต่ำ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. x ๔๕ ซม. X ๔๕ ซม. บริเวณด้านหน้าของผิวหน้าตัวปล่อยคลื่นและบริเวณข้างเคียงโดยรอบในระยะห่างจากผิวหน้าไม่น้อยกว่า ๘.๐ ซม.
- ๔.๒.๔.๑.๔ ความแรงสนาม อยู่ในกำหนดตามมาตรฐาน IEEE C๙๕.๑ - ๒๐๐๕ หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
- ๔.๒.๔.๑.๕ ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าได้ผ่านการทดสอบความปลอดภัยสำหรับภาวะแวดล้อมในการผ่าตัดตามข้อกำหนดของ IEC ๖๐๖๐๑-๑

๔.๓ อุปกรณ์ประกอบการใช้งานมีดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| ๔.๓.๑ แป้นรองรับตัวปล่อยคลื่น
(สำหรับตัวปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แบบติดตั้งด้านข้าง) | จำนวน ๑ ชิ้น |
| ๔.๓.๒ แขนพับ (สำหรับตัวปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แบบติดตั้งด้านข้าง) | จำนวน ๑ ชิ้น |
| ๔.๓.๓ ที่ยึดจับอุปกรณ์เข้ากับเตียงผ่าตัด
(สำหรับ ตัวปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แบบติดตั้งด้านข้าง) | จำนวน ๑ ชิ้น |
| ๔.๓.๔ แป้นพิมพ์ สำหรับใช้ควบคุมการทำงานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ | จำนวน ๑ ชิ้น |
| ๔.๓.๕ เมาส์ สำหรับใช้ควบคุมการทำงานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ | จำนวน ๑ ชิ้น |
| ๔.๓.๖ โปรแกรมสำหรับผ่าตัดนำวิถี ซึ่งใช้ในการทำหัตถการหูดองมูก | จำนวน ๑ ระบบ |

๔.๔ เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๔.๑ มีหลักฐานการนำเข้าและการรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ออกโดยองค์การอาหารและยา ประเทศไทย ยื่นในวันเสนอราคา
- ๔.๔.๒ มีช่างบำรุงรักษา ซ่อมแซม ที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตและมีใบรับรองการผ่านการอบรมอย่างน้อย ๑ คน ยื่นในวันเสนอราคา
- ๔.๔.๓ บริษัทผู้จำหน่าย จะต้องจัดอบรมการใช้เครื่องมือแพทย์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และอบรมการซ่อม/บำรุงรักษา/การสอบเทียบ ให้แก่ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
- ๔.๔.๔ มีการบำรุงรักษาตรวจสอบสภาพทุก ๓ เดือน ในระยะรับประกัน พร้อมจัดส่งรายงานให้แผนกที่ใช้เครื่องมือและศูนย์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
- ๔.๔.๕ มีการสอบเทียบเครื่องมือปีละ ๑ ครั้ง ตลอดอายุรับประกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวปรีชญา จันทร์ศักดิ์สูง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางคณกฤช กาญจนไพศิษฐ์)

(นางสาวภรภัทร จิงโชติภัทร์)

๔.๔.๖ โรงงานผลิตได้รับมาตรฐานระดับสากล ISO ๑๓๔๘๕ หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

๔.๔.๗ บริษัทผู้ขายจะต้องแสดงรายละเอียดและลงหมายเลขข้อในแคตตาล็อกให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะที่ทางราชการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา

๕ กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่ำสุด

๗ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ด้วยเงินงบประมาณ/บริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม ๗๐%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๘. งานงานและการจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยส่งมอบงานจำนวน ๑ งาน ให้ครบถ้วน และเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับแล้ว ปรากฏว่า ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้จะขายได้นำส่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๒ ปี นับถัดจากวันรับมอบสินค้าครบเป็นต้นไป ในระยะรับประกัน หากเกิดขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไข ๓ ครั้งแล้วยังใช้การไม่ได้ดีตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆภายใน ๓๐ วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวปรีชญา จันทร์ศักดิ์สูง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางคณกฤษ กาญจนไพศิษฐ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกรภัทร จิงโชติภัทร์)