

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดเครื่องมือผ่าตัดสมองพื้นฐาน
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

๑. **ความเป็นมา** ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบให้มีการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงิน จากโครงการสลากการกุศลตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน ๑๙๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านสองแสนบาทถ้วน) นั้น

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสมองพื้นฐาน จำนวน ๓ ชุด ด้วยเงินจากโครงการสลากการกุศล โครงการพัฒนาศักยภาพการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ มะเร็ง และอุบัติเหตุ

๒. **วัตถุประสงค์** เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการผ่าตัดสมองของแผนกศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดภูเก็ต ณ วันประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือ มูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการ ร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุก รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกิตติพงศ์ ทองนวล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุชาดา แสงรุ่ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวนิชฐ์ธร ขรรค์วิไลกุล)

กรณีที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอมustลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel)

๔.๑.๒ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีการนึ่งไอน้ำแรงดันสูงได้ (Autoclave) โดยไม่ทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหายหรือผิดรูป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกิตติพงศ์ ทองนวล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุชาดา แสงรุ่ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวนิชฐ์ วรรณวิไลกุล)

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒.๑ คีมหนีบผ้าคลุมผ้าตัด แบบ Backhaus ปลายแหลม ขนาดความยาว ๑๓๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๓๐ ชิ้น
๔.๒.๒ คีมหนีบห้ามเลือด แบบ Mosquito ปลายโค้ง ขนาดความยาว ๑๒๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๑๘ ชิ้น
๔.๒.๓ คีมหนีบห้ามเลือด แบบ Crile ปลายโค้ง ขนาดความยาว ๑๔๕ มิลลิเมตร	จำนวน ๓๐ ชิ้น
๔.๒.๔ คีมจับเนื้อเยื่อ แบบ Allis ชนิดมีเขี้ยว ๕:๖ เขี้ยว ขนาดความยาว ๑๕๕ มิลลิเมตร	จำนวน ๑๒ ชิ้น
๔.๒.๕ คีมจับเข็มเย็บแผลชนิดด้ามทอง แบบ Halsey ขนาดความยาว ๑๓๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๖ ชิ้น
๔.๒.๖ คีมจับเข็มเย็บแผลชนิดด้ามทอง แบบ Crile-Wood ขนาดความยาว ๑๕๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๗ คีมจับเข็มเย็บแผลชนิดด้ามทอง แบบ Mayo-Hegar ขนาดความยาว ๑๖๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๘ คีมจับเข็มเย็บแผลชนิดด้ามทอง แบบ Mayo-Hegar ขนาดความยาว ๑๘๕ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๙ ปากคีบจับเนื้อเยื่อ แบบ Standard ชนิดมีเขี้ยว ๑:๒ เขี้ยว ขนาดความยาว ๑๔๕ มิลลิเมตร	จำนวน ๖ ชิ้น
๔.๒.๑๐ ปากคีบจับเนื้อเยื่อ แบบ Standard ชนิดไม่มีเขี้ยว ขนาดความยาว ๑๔๕ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๑๑ ปากคีบจับเนื้อเยื่อ แบบ Taylor รูปทรง Bayonet ชนิดไม่มีเขี้ยว ขนาดความยาว ๑๘๕ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๑๒ ปากคีบจับเนื้อเยื่อ แบบ Jansen รูปทรง Bayonet ชนิดไม่มีเขี้ยว ขนาดความยาว ๑๖๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๑๓ ปากคีบจับเนื้อเยื่อ แบบ Adson ชนิดมีเขี้ยว ๑:๒ เขี้ยว ขนาดความยาว ๑๒๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๑๔ ด้ามมีดผ่าตัดเบอร์ ๓ แบบมีมาตรวัด ขนาดความยาว ๑๒๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๑๕ ด้ามมีดผ่าตัดเบอร์ ๔ ขนาดความยาว ๑๓๕ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๑๖ ด้ามมีดผ่าตัดเบอร์ ๗ ขนาดความยาว ๑๖๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๑๗ เครื่องมือถ่างเนื้อสมอง แบบ Martin ชนิด Malleable หน้ากว้าง ๖.๕ มิลลิเมตร ขนาดความยาว ๒๐๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๑๘ เครื่องมือถ่างเนื้อสมอง แบบ Martin ชนิด Malleable หน้ากว้าง ๙.๕ มิลลิเมตรขนาดความยาว ๒๐๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๑๙ เครื่องมือถ่างเนื้อสมอง แบบ Martin ชนิด Malleable หน้ากว้าง ๑๓ มิลลิเมตร ขนาดความยาว ๒๐๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกิตติพงศ์ ทองนวล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุชาดา แสงรุ่ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวนิชฐ์สร ขรรค์วิไลกุล)

๔.๒.๒๐ เครื่องมือถ่างเนื้อสมอง แบบ Martin ชนิด Malleable หน้ากว้าง ๑๖ มิลลิเมตร ขนาดความยาว ๒๐๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๒๑ เครื่องมือถ่างเนื้อสมอง แบบ Martin ชนิด Malleable หน้ากว้าง ๑๙ มิลลิเมตร ขนาดความยาว ๒๐๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๒๒ เครื่องมือเลาะเยื่อ หุ้มกระดูก แบบ Martin-Langenbeck หน้ากว้าง ๑๖ มิลลิเมตร ขนาดความยาว ๑๙๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๒๓ เครื่องมือเลาะเยื่อ หุ้มกระดูก แบบ Adson ปลายโค้งมน หน้ากว้าง ๕ มิลลิเมตร ขนาดความยาว ๑๗๕ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๒๔ ปากคีบจับเนื้อเยื่อ แบบ Gerald ปลายตรง ชนิดไม่มีเขี้ยว ขนาดความยาว ๑๗๕ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๒๕ ปากคีบจับเนื้อเยื่อ แบบ Gerald ปลายตรง ชนิดมีเขี้ยว ๑:๒ เขี้ยว ขนาดความยาว ๑๗๕ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๒๖ ท่อดูดของเหลว แบบ Frazier ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๗ มิลลิเมตร ความยาว ๑๙๕ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๒๗ ท่อดูดของเหลว แบบ Frazier ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓.๓ มิลลิเมตร มิลลิเมตร ความยาว ๑๙๕ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๒๘ ท่อดูดของเหลว แบบ Frazier ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๐ มิลลิเมตร ความยาว ๑๙๕ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๒๙ ท่อดูดของเหลว แบบ Fukushima ขนาด ๖ Fr เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ มิลลิเมตร ความยาวส่วนการใช้งาน ๑๔๕ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๓๐ ท่อดูดของเหลว แบบ Fukushima ขนาด ๗ Fr เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๓ มิลลิเมตร ความยาวส่วนการใช้งาน ๑๔๕ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๓๑ เครื่องมือเลาะเนื้อเยื่อ แบบ Penfield เบอร์ ๑ ขนาดความยาว ๑๗๕ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๓๒ เครื่องมือเลาะเนื้อเยื่อ แบบ Penfield เบอร์ ๒ ขนาดความยาว ๑๙๕ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๓๓ เครื่องมือเลาะเนื้อเยื่อ แบบ Penfield เบอร์ ๓ ขนาดความยาว ๑๙๕ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๓๔ เครื่องมือเลาะเนื้อเยื่อ แบบ Penfield เบอร์ ๔ ขนาดความยาว ๒๐๕ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๓๕ กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ แบบ Mayo Standard ปลายตรง ขนาดความยาว ๑๗๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๖ ชิ้น
๔.๒.๓๖ กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ ชนิดด้ามทอง แบบ Metzenbaum ปลายโค้ง ขนาดความยาว ๑๔๕ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๓๗ กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ ชนิดด้ามทอง Aquila แบบ Metzenbaum ปลายโค้ง ขนาดความยาว ๑๘๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๒.๓๘ ด้ามสำหรับใส่และถอด Scalp clip แบบ Raney	จำนวน ๖ ชิ้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายกิตติพงศ์ ทองนวล)
(นางสาวสุชาดา แสงรุ่ง) (นางวนิชฐ์ ชรรค์วิไลกุล)

- ๔.๒.๓๙ คีมหนีบจับผ้าซับโลหิต แบบ Forster ปลายตรง จำนวน ๓ ชิ้น
ขนาดความยาว ๒๕๐ มิลลิเมตร
- ๔.๒.๔๐ เครื่องมือขบกระดูก แบบ Mayfield ปลายโค้ง จำนวน ๓ ชิ้น
ขนาดความยาว ๑๘๐ มิลลิเมตร
- ๔.๒.๔๑ เครื่องมือขบกระดูก แบบ Stille ปลายโค้ง ขนาดความยาว
๒๒๕ มิลลิเมตร จำนวน ๓ ชิ้น
- ๔.๒.๔๒ อุปกรณ์รื้อยเครื่องมือผ่าตัด แบบ Mayo ส่วนปลายเป็นหมุด จำนวน ๙ ชิ้น
ขนาดความยาว ๑๔๐ มิลลิเมตร
- ๔.๒.๔๓ น้ำมันหล่อลื่นสำหรับหยดบำรุงรักษาเครื่องมือผ่าตัด เป็นน้ำมันที่ จำนวน ๖ ชิ้น
สามารถใช้กับเครื่องมือผ่าตัดได้ ส่วนปลายทำด้วย Stainless Steel
มีความยาว ๗ มิลลิเมตร อุณหภูมิที่ทำให้เกิดการติดไฟไม่ต่ำกว่า
๓๔๓ องศาเซลเซียส ทำให้สามารถใช้กับเครื่องมือที่ต้องนำไป Autoclave ได้
ขนาดบรรจุไม่เกินกว่า ๑๒ มิลลิลิตร
- ๔.๒.๔๔ ถ้วยไอโอดีน ขนาด ๖ ออนซ์ จำนวน ๖ ชิ้น
- ๔.๒.๔๕ ถ้วยไอโอดีน ขนาด ๒ ออนซ์ จำนวน ๓ ชิ้น
- ๔.๒.๔๖ ขามรูปไต ขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๖ ชิ้น
- ๔.๒.๔๗ กระบอกตวง ขนาด ๑๐๐๐ ซีซี จำนวน ๓ ชิ้น
- ๔.๒.๔๘ กล่อง CONTAINER สำหรับบรรจุเครื่องมือผ่าตัดไปทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน ๓ กล่อง
สามารถเข้าทำปราศจากเชื้อด้วยการนึ่งไอน้ำ ผลิตจาก ANODIZED
ALUMINIUM ALLOY ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๔๐X๒๕๕X๑๓๐ มิลลิเมตร
- ๔.๒.๔๙ ฝากล่อง CONTAINER ชนิดทางผ่านเข้า-ออกของไอน้ำเป็นเส้นตรง จำนวน ๓ ชิ้น
สั้น-ยาว (LINE PERFORATED) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเข้าออกของ
ไอน้ำให้ดียิ่งขึ้น ขนาด ๕๕๕X๒๘๕ มิลลิเมตร
- ๔.๒.๕๐ ตะแกรงลวดสำหรับวางเครื่องมือผ่าตัด แบบมีหูหิ้ว จำนวน ๓ ชิ้น
ขนาดพอดีกับตัวกล่อง
- ๔.๒.๕๑ แผ่น SILICONE สำหรับวางรองเครื่องมือ จำนวน ๓ ชิ้น
- ๔.๒.๕๒ แท่นวางอุปกรณ์ผ่าตัดทำจาก Stainless Steel ขนาด จำนวน ๓ ชิ้น
๑๖๕ x ๖๐ x ๕๐ มิลลิเมตร

๔.๓ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๓.๑ มีหลักฐานการนำเข้าและการรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ออกโดยองค์การอาหารและยา
ประเทศไทย ยืนยันในวันเสนอราคา

๔.๓.๒ มีช่างบำรุงรักษา ซ่อมแซม ที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตและมีใบรับรองการผ่านการอบรม
อย่างน้อย ๑ คน ยืนยันในวันเสนอราคา

๔.๓.๓ บริษัทผู้จำหน่าย จะต้องจัดอบรมการใช้เครื่องมือแพทย์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และอบรม
การซ่อม/บำรุงรักษา/การสอบเทียบ ให้แก่ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกิตติพงศ์ ทองนวล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุชาดา แสงรุ่ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวนิชฐ์สร ขรรค์วิไลกุล)

๔.๓.๔ ผู้ผลิตได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์สากลโดยได้รับการรับรอง ISO ๑๓๔๘๕

๔.๓.๕ ผู้จัดจำหน่ายมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรง

๔.๓.๖ สินค้าต้องผ่านการประเมินคุณภาพสินค้าจากผู้ใช้งานอยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป

๔.๓.๗ บริษัทผู้ยื่นเสนอราคามีสินค้าตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการอย่างน้อย ๘๐% ของรายการ ภายใน ๕ วันทำการหลังจากยื่นเสนอราคา

๔.๓.๘ บริษัทผู้ขายจะต้องแสดงรายละเอียดและลงหมายเลขข้อในแคตตาล็อกให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะที่ทางราชการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา

๔ กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่ำสุด

๖ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ด้วยเงินจากโครงการสลาการกุศล โครงการพัฒนาศักยภาพการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ มะเร็ง และอุบัติเหตุ วงเงินงบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๘. งานงานและการจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยส่งมอบงานจำนวน ๑ งาน ให้ครบถ้วน และเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับแล้ว ปรากฏว่า ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๓ ปี นับถัดจากวันรับมอบสินค้าครบเป็นต้นไป ในระยะรับประกัน หากเกิดขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดี ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไข ๓ ครั้งแล้วยังใช้การไม่ได้ดีตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆภายใน ๓๐ วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกิตติพงศ์ ทองนวล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุชาดา แสงรุ่ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวนิชฐิธร ขรรค์วิไลกุล)