

เกณฑ์การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
 ถุงมือศัลยกรรมปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง จำนวน ๖ รายการ
 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ตัวแปรหลัก	น้ำหนักคะแนน
๑. ราคาที่เสนอ	๓๐
๒. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ	๗๐
รวมคะแนน	๑๐๐

ตัวแปรหลักและน้ำหนักคะแนน

ตัวแปรหลักที่ ๑ : ราคาที่เสนอ

ราคาที่เสนอพิจารณาจาก ราคารวมของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นราคา ถุงมือศัลยกรรมปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง จำนวน ๖ รายการ มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด	คะแนน
๑. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ จะดำเนินการประมวลผลคะแนนให้จากใบเสนอราคา	๑๐๐

ตัวแปรหลักที่ ๒ : มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ

ตัวแปรหลัก	น้ำหนักคะแนน	คะแนนสุทธิ
๑. มาตรฐานโรงงานผลิต	๒๐	๑๔
๒. มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการรับรอง	๒๐	๑๔
๓. คุณภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน	๕๐	๔๒
รวมคะแนน	๑๐๐	๗๐

๒.๑ มาตรฐานโรงงานผลิต (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ตัวแปรรอง	น้ำหนัก คะแนน	บริษัท ๑.....	บริษัท ๒.....	บริษัท ๓.....	บริษัท ๔.....
๑. เอกสารรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕					
มี	๔๐				
ไม่มี	๐				
๒. ได้รับมาตรฐาน EC Certificate หรือมาตรฐาน อื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้					
มี	๔๐				
ไม่มี	๐				
๓. เอกสารรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑					
มี	๒๐				
ไม่มี	๐				
รวมคะแนน	๑๐๐				
กำหนดน้ำหนักร้อยละ	๕%				

.....
 นางสาวลลิตพร อรุณรัตน์
 ประธานกรรมการฯ

.....
 นางอัญญา เสมอภาค
 กรรมการ

.....
 หักบาท นวรงค์
 นางสาวพิทยาภรณ์ นวลสีทอง
 กรรมการ

ผู้ประเมิน.....ตำแหน่ง.....วันที่...../...../.....

๒.๒ มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการรับรอง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ตัวแปรรอง	น้ำหนัก คะแนน	บริษัท ๑.....	บริษัท ๒.....	บริษัท ๓.....	บริษัท ๔.....
๑. มีเอกสารรับรองมาตรฐาน มอก. ๕๓๘-๒๕๖๐					
มี	๒๐				
ไม่มี	๐				
๒. มีเอกสารใบอนุญาตจากสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)					
มี	๒๐				
ไม่มี	๐				
๓. มีเอกสารรับรองผ่านการทดสอบรูรั่วตาม มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (ค่า AQL)	๒๐				
≤ ๐.๖๕ ให้ ๒๐ คะแนน					
>๐.๖๕ - ๑.๐ ให้ ๑๕ คะแนน					
๑.๐ - ๑.๕ ให้ ๑๐ คะแนน					
>๑.๕ ให้ ๐ คะแนน					
๔. มีเอกสารการตรวจวิเคราะห์การตกค้างของ แบงบนถุงมือทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน ASTMD ๖๑๒๔ หรือมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า					
มี	๑๐				
ไม่มี	๐				
๕. มีเอกสารรับรองว่าถุงมือยาง ด้านในเคลือบ Nitrile หรือโพลิเมอร์ ประเภท Polyacarylate หรือ Polyurethane หรือ เทียบเท่า					
มี	๒๐				
ไม่มี	๐				
๖. ผ่านการตรวจโปรตีนในน้ำยางที่ตกค้างในถุงมือ ตามมาตรฐาน ASTM D ๕๗๑๒ หรือ มาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า					
มี	๑๐				
ไม่มี	๐				
รวมคะแนน	๑๐๐				
กำหนดน้ำหนักร้อยละ	๑๐๐				

.....
นางสาวลลิตพร อรุณรัตน์
ประธานกรรมการฯ

.....
นางอัญชนา เสมอภาค
กรรมการ

.....
หัวหน้าภาค นวสิทธิ์ทอง
นางสาวพิทยาภรณ์ นวลสีทอง
กรรมการ

ผู้ประเมิน.....ตำแหน่ง.....วันที่...../...../.....

๒.๓ คุณภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ตัวแปรรอง	น้ำหนัก คะแนน	บริษัท ๑.....	บริษัท ๒.....	บริษัท ๓.....	บริษัท ๔.....
ผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์จากคณะกรรมการ พิจารณาผลฯ					
๑. บริเวณข้อมือมีขอบม้วนที่หนาและแข็งแรง ช่วยให้ดึงสวมใส่ได้ง่ายขึ้น และช่วยยึดเกาะกับ ข้อมือเสื้อกาวน์ผ่าตัดได้อย่างแน่นหนา	๑๐				
๒. ขนาดและรูปทรงของถุงมือได้มาตรฐาน กระชับเข้ากับสรีระมือและนิ้วมืออย่างเหมาะสม	๑๕				
กระชับเข้ากับสรีระมือและนิ้วมืออย่างเหมาะสม เป็นอย่างดีมาก ให้ ๑๕ คะแนน					
กระชับเข้ากับสรีระมือและนิ้วมืออย่างเหมาะสม ปานกลาง ให้ ๑๐ คะแนน					
กระชับเข้ากับสรีระมือและนิ้วมืออย่างเหมาะสม น้อย ให้ ๕ คะแนน					
กระชับเข้ากับสรีระมือและนิ้วมืออย่างเหมาะสม น้อยมาก ให้ ๐ คะแนน					
๓. ถุงมือมีความเหนียวไม่ขาดง่ายระหว่างการทำ หัตถการ	๑๕				
๔. ผิวสัมผัสด้านในลื่น สวมใส่ง่ายและรวดเร็ว	๑๐				
๕. ขณะสวมถุงมือผู้ใช้งานสามารถหยิบจับ เครื่องมือผ่าตัดที่มีความเรียบลื่น ได้อย่างกระชับ มั่นคง ไม่ลื่นหลุดมือ แม้ในขณะที่ถุงมือต้องเปียก ชุ่มไปด้วยเลือด สารคัดหลั่ง หรือน้ำเกลือ	๑๕				
หยิบจับเครื่องมือผ่าตัดที่ ได้อย่างกระชับ มั่นคง ไม่ลื่นหลุดมือ ดีมาก ให้ ๑๕ คะแนน					
หยิบจับเครื่องมือผ่าตัดที่ ได้อย่างกระชับ มั่นคง ไม่ลื่นหลุดมือ ปานกลาง ให้ ๑๐ คะแนน					
หยิบจับเครื่องมือผ่าตัดที่ ได้อย่างกระชับ มั่นคง ไม่ลื่นหลุดมือ น้อย ให้ ๕ คะแนน					
หยิบจับเครื่องมือผ่าตัดที่ ได้อย่างกระชับ มั่นคง ไม่ลื่นหลุดมือ น้อยมาก ให้ ๐ คะแนน					

.....
นางสาวลลิตพร อรุณรัตน์
ประธานกรรมการฯ

.....
นางอัญญา เสมอภาค
กรรมการ

.....
พท.นางนวลสีทอง นวลสีทอง
กรรมการ


ผู้ประเมิน.....ตำแหน่ง.....วันที่...../...../.....

ตัวแปร	น้ำหนักคะแนน	บริษัท ๑.....	บริษัท ๒.....	บริษัท ๓.....	บริษัท ๔.....
๖. ถู่มือมีความหนาที่พอดี ไม่หนาจนทำให้มือชาหรือสูญเสียความรู้สึก และไม่บางจนเสี่ยงต่อการฉีกขาด ความหนาบริเวณฝ่ามือ (Palm Thickness) คะแนน	๑๕				
๐.๑๙๕-๐.๒๐๕ mm ให้ ๑๕ คะแนน					
๐.๑๙๐- <๐.๑๙๕ หรือ > ๐.๒๐๕ -๐.๒๑๐ ให้ ๑๒ คะแนน					
๐.๑๘๕- <๐.๑๙๐ หรือ > ๐.๒๑๐ -๐.๒๑๕ ให้ ๙ คะแนน					
๐.๑๘๐- <๐.๑๘๕ หรือ > ๐.๒๑๕ -๐.๒๒๐ ให้ ๖ คะแนน					
<๐.๑๘๐ หรือ > ๐.๒๒๐ ให้ ๐ คะแนน					
๗. มีผลการทดสอบ Cytotoxicity, Skin Irritation และ Sensitization ตามมาตรฐาน ISO ๑๐๙๙๓	๑๕				
มี Cytotoxicity ให้ ๕ คะแนน					
มี Sensitization ให้ ๕ คะแนน					
มี Skin Irritation ให้ ๕ คะแนน					
ไม่มี ให้ ๐ คะแนน					
๘. ซองบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก และชั้นใน สามารถแกะหรือเปิดออกได้ง่ายตามหลักเทคนิคปราศจากเชื้อ โดยไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนหรือไม่	๕				
รวมคะแนน	๑๐๐				
กำหนดน้ำหนักร้อยละ	๙๒				

หมายเหตุ: หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพ (Price Performance) ต้องผ่านเกณฑ์ข้อเสนอด้านคุณภาพ และคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและทางราชการ มากกว่าหรือเท่ากับ ๗๐% ถึงจะมีสิทธิเข้าร่วมประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


นางสาวพลอย อรุณรัตน์
ประธานกรรมการฯ


นางอัญชญา เสมอภาค
กรรมการ


นางสาวพิทยาภรณ์ นวลสีทอง
กรรมการ

ผู้ประเมิน.....ตำแหน่ง.....วันที่...../...../.....