

รายละเอียดและคุณลักษณะ (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อหลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ จำนวน ๕ รายการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อหลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ จำนวน ๕ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๖๑๔,๑๒๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สำหรับใช้ในการเก็บเลือดผู้ป่วย เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

๒. วัตถุประสงค์

สำหรับใช้ในการเก็บเลือดผู้ป่วย เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น


๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(..... )	น.ส.พรพิไล อุดมโกษณ์	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
(..... )	น.ส.มลศิกานต์ ทิพย์กำเหนิด	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	กรรมการ
(..... )	นางณัฐกฤตา จูรัตน์	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	กรรมการ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมคำหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมคำรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมคำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมคำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมคำ การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมคำ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง


๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือไม่แต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(.....) 	น.ส.พรพิไล อุดมโภชน	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
(.....) 	น.ส.สมลศิกานต์ ทิพย์กำเหนิด	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	กรรมการ
(.....) 	นางณัฐฤดา จูรัตน์	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	กรรมการ

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดของพัสดุ

๔.๑ ความต้องการ

หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

๑) Sodium Citrate Tube ๒ ml.	จำนวน ๔๗,๐๐๐	หลอด
๒) EDTA K๓ Tube ๓ ml.	จำนวน ๓๐๐,๐๐๐	หลอด
๓) Sodium Fluoride Tube ๓ ml.	จำนวน ๑๐๐,๐๐๐	หลอด
๔) Lithium Heparin Tube ๔ ml.	จำนวน ๓๐๐,๐๐๐	หลอด
๕) Serum Clot Activator Tube ๔ ml.	จำนวน ๑๒๐,๐๐๐	หลอด

๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

- ๑) หลอดเป็นแบบสุญญากาศ (VACUUM TUBE) ที่สามารถบรรจุเลือดในปริมาณที่ได้กำหนดแน่นอน
- ๒) เป็นหลอดพลาสติกใส สะอาด ปลอดเชื้อ (STERILE) เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการเกิด BACK FLOW ขณะปลดสายรัดแขน
- ๓) หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศชนิด Sodium Citrate มีคุณสมบัติดังนี้
 ๑. เป็นหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งตัวชนิด SODIUM CITRATE ๓.๖%
 ๒. หลอดเป็นแบบสุญญากาศ ๒ ชั้น (Sandwich Tubes) ชั้นนอกเป็นพลาสติก PET เพื่อรักษาคุณภาพสุญญากาศ ส่วนหลอดชั้นในเป็นพลาสติก PP เพื่อป้องกัน Thrombocyte activation และป้องกันการระเหยของของเหลว ที่สามารถบรรจุเลือดในปริมาณที่ได้กำหนดแน่นอน
 ๓. หลอดมีขนาดมาตรฐาน คือ ๑๓x๗๕ mm. ใช้สำหรับบรรจุเลือดได้ปริมาตรรวม ๓ ml. (ประกอบด้วยน้ำยา Sodium citrate ๓.๖% ปริมาณ ๐.๓ ml รวมกับปริมาณเลือด ๒.๗ ml)
 ๔. จุกปิดเป็นแบบ ๒ ชั้น ชั้นนอกเป็นพลาสติกมีเกลียว (SAFETY SCREW CAP) หุ้มชั้นในซึ่งเป็นยางปิดได้สนิท

(..... )	น.ส.พรพิไล อุดมโกชน์	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
(..... )	น.ส.มลติกานต์ ทิพย์กำเหนิด	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	กรรมการ
(..... )	นางณัฐกฤตา จูรัตน์	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	กรรมการ

๕. ไม่มีการรั่วซึมของของเหลวและอากาศ สามารถป้องกัน การสัมผัสเลือด หรือละอองของเลือด (Aerosols) ในขณะที่เปิด-ปิดจุกหลอด
๖. หลอดเป็นพลาสติก PET มีลักษณะแข็ง ทนทานต่อการกระแทกและไม่แตกในขณะที่เข้าเครื่องปั่นหรือตกลงพื้น
๗. สีของจุกเป็นสากล คือ “จุกสีฟ้า” มีฉลากแบบพลาสติกใสติดข้างหลอดสีฟ้า, ระบุ Lot No. , REF (Item Number) และวันหมดอายุ (Expiry Date)
๘. มีขีดบอกปริมาตร $\pm 10\%$ พร้อมตัวเลขบอกปริมาตร (FILLING LINE) ติดอยู่ที่ข้างหลอด
- ๔) หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศชนิด EDTA K₃ มีคุณสมบัติดังนี้
 ๑. เป็นหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งตัวชนิด EDTA K₃ พ่นเป็นละอองฝอยทั่วหลอด
 ๒. หลอดมีขนาดมาตรฐาน คือ ๑๓x๗๕ mm. ใช้สำหรับบรรจุเลือดได้ปริมาตร ๓ ml.
 ๓. จุกปิดเป็นแบบ ๒ ชั้น ชั้นนอกเป็นพลาสติกมีเกลียว (SAFETY SCREW CAP) เพื่อให้ฝาปิดได้แน่นไม่หลุดง่าย ชั้นในซึ่งเป็นยางปิดได้สนิท ไม่มีการรั่วซึมของของเหลวและอากาศ สามารถป้องกัน การสัมผัสเลือด หรือละอองของเลือด (Aerosols) ในขณะที่เปิด-ปิดจุกหลอด
 ๔. หลอดเป็นพลาสติก PET มีลักษณะแข็งทนทานต่อการกระแทกและไม่แตกในขณะที่เข้าเครื่องปั่นหรือตกลงพื้น
 ๕. สีของจุกเป็นสากล คือ “จุกสีม่วง” มีฉลากแบบพลาสติกใสติดข้างหลอดสีม่วง, ระบุ Lot No. , REF (Item Number) และวันหมดอายุ (Expiry Date)
 ๖. มีขีดบอกปริมาตร พร้อมตัวเลขบอกปริมาตร (FILLING LINE) ติดอยู่ที่ข้างหลอด
- ๕) หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศชนิด Sodium Fluoride มีคุณสมบัติดังนี้
 ๑. เป็นหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งตัวชนิด Sodium Fluoride /Potassium Oxalate
 ๒. หลอดมีขนาดมาตรฐาน คือ ๑๓x๗๕ mm. ใช้สำหรับบรรจุเลือดได้ปริมาตร ๓ ml.
 ๓. จุกปิดเป็นแบบ ๒ ชั้น ชั้นนอกเป็นพลาสติกมีเกลียว (SAFETY SCREW CAP) เพื่อให้ฝาปิดได้แน่นไม่หลุดง่าย ชั้นในซึ่งเป็นยางปิดได้สนิท ไม่มีการรั่วซึมของของเหลวและอากาศ สามารถป้องกัน การสัมผัสเลือด หรือละอองของ เลือด (Aerosols) ในขณะที่เปิด-ปิดจุกหลอด
 ๔. หลอดเป็นพลาสติก PET มีลักษณะแข็ง ทนทานต่อการกระแทกและไม่แตกในขณะที่เข้าเครื่องปั่นหรือตกลงพื้น
 ๕. สีของจุกเป็นสากล คือ “จุกสีเทา” มีฉลากแบบพลาสติกใสติดข้างหลอดที่สีเทา, ระบุ Lot No. , REF(Item Number) และวันหมดอายุ (Expiry Date)
 ๖. มีขีดบอกปริมาตร พร้อมตัวเลขบอกปริมาตร (FILLING LINE) ติดอยู่ที่ข้างหลอด
- ๖) หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศชนิด Lithium Heparin มีคุณสมบัติดังนี้
 ๑. เป็นหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งตัวชนิด Lithium Heparin

(.....) 	น.ส.พรพิไล อุดมโกชน์	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
(.....) 	น.ส.มลคิกันต์ ทิพย์กำเหนิด	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	กรรมการ
(.....) 	นางณัฐกฤตา จุรัตน์	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	กรรมการ

๒. หลอดมีขนาดมาตรฐาน คือ ๑๓x๗๕ mm. ใช้สำหรับบรรจุเลือดได้ปริมาตร ๔ ml.
๓. จุกปิดเป็นแบบ ๒ ชั้น ชั้นนอกเป็นพลาสติกมีเกลียว (SAFETY SCREW CAP) เพื่อให้ฝาปิดได้แน่นไม่หลุดง่าย ชั้นในซึ่งเป็นยางปิดได้สนิท ไม่มีการรั่วซึมของของเหลวและอากาศ สามารถป้องกัน การสัมผัสเลือด หรือละอองของเลือด (Aerosols) ในขณะที่เปิด-ปิดจุกหลอด
๔. หลอดเป็นพลาสติก PET มีลักษณะแข็ง ทนทานต่อการกระแทกและไม่แตกในขณะที่เข้าเครื่องปั่นหรือตกลงพื้น
๕. สีของจุกเป็นสากล คือ “จุกสีเขียว” มีฉลากแบบพลาสติกใสติดข้างหลอดสีเขียว, ระบุ Lot No. , REF(Item Number) และวันหมดอายุ (Expiry Date)
๖. มีขีดบอกปริมาตร พร้อมตัวเลขบอกปริมาตร (FILLING LINE) ติดอยู่ที่ข้างหลอด
- ๗) หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศชนิด Serum Clot Activator มีคุณสมบัติดังนี้
 ๑. เป็นหลอดที่มี CLOT ACTIVATOR สำหรับเก็บ CLOTTED BLOOD
 ๒. หลอดมีขนาดมาตรฐาน คือ ๑๓x๗๕ mm. ใช้สำหรับบรรจุเลือดได้ปริมาตร ๔ ml.
 ๓. จุกปิดเป็นแบบ ๒ ชั้น ชั้นนอกเป็นพลาสติกมีเกลียว (SAFETY SCREW CAP) เพื่อให้ฝาปิดได้แน่นไม่หลุดง่าย ชั้นในซึ่งเป็นยางปิดได้สนิท ไม่มีการรั่วซึมของของเหลวและอากาศ สามารถป้องกัน การสัมผัสเลือด หรือละอองของเลือด (Aerosols) ในขณะที่เปิด-ปิดจุกหลอด
 ๔. หลอดเป็นพลาสติก PET มีลักษณะแข็ง ทนทานต่อการกระแทกและไม่แตกในขณะที่เข้าเครื่องปั่นหรือตกลงพื้น
 ๕. สีของจุกเป็นสากล คือ “จุกสีแดง” มีฉลากแบบพลาสติกใสติดข้างหลอดสีแดง, ระบุ Lot No. , REF(Item Number) และวันหมดอายุ (Expiry Date)
 ๖. มีขีดบอกปริมาตร พร้อมตัวเลขบอกปริมาตร (FILLING LINE) ติดอยู่ที่ข้างหลอด
- ๘) มีหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตของสินค้าทุก LOT. ที่ส่งมอบ ทั้ง ๕ รายการ
- ๙) เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๓๔๘๕ และ CE mark ได้รับมาตรฐานรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ๑๐) บริษัทฯ ผู้จัดจำหน่ายได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕
- ๑๑) บริษัทฯ ผู้จัดจำหน่ายได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้ง ๕ รายการ

๔.๓ เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผู้จะขายต้องส่งสินค้าที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถัดจากวันส่งมอบ
๒. ผู้จะขายต้องจัดหาสายรัดแขน และหมอนรองที่ได้มาตรฐานอย่างน้อย ๖ ชุด ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

(..... )	น.ส.พรพิไล อุดมโกษณ์	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
(..... )	น.ส.มลคิกานต์ ทิพย์กำเหนิด	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	กรรมการ
(..... )	นางณัฐกฤตา จูรัตน์	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	กรรมการ

๓. ผู้ขายต้องจัดการฝึกอบรมเจาะเลือดและแนะนำการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ และจัดฝึกอบรมดังกล่าวเพื่อทบทวนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือ ตามที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตร้องขอ
๔. ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ภายใน ๑๕ วัน ในกรณีที่สินค้าเสื่อมคุณภาพ หรือไม่ได้คุณภาพตามที่กำหนด
๕. ผู้ขายต้องส่งตัวอย่างหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ รายการละ ๑๐๐ หลอด ไปที่โรงพยาบาลสำหรับการประเมินคุณภาพสินค้า ก่อนวันพิจารณาราคา อย่างน้อย ๑๐ วัน ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ไม่รับราคาต่ำสุด และจะพิจารณาราคาเฉพาะบริษัทที่ผ่านการประเมินคุณภาพ (Performance) จากผู้ประเมินเท่านั้น
๖. หากผู้ขายผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ซื้อสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที และห้ามมิให้ผู้ขายยื่นเสนอราคากับผู้ซื้อ ๓ ปี นับจากวันที่ยกเลิกสัญญา

๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่นโดยคะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่หน่วยงาน กำหนด

๕.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นโดยคะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่หน่วยงาน กำหนด โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| ๑. ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลัก) | กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐ |
| ๒. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ | กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕ |
| ๓. บริการหลังการขาย | กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๕ |
| ๔. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ | กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ |

ทั้งนี้ผู้เสนอราคาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ ๘๕% ขึ้นไป

๑. วงเงินในการจัดซื้อ

เงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ วงเงินงบประมาณ ๒,๖๑๔,๑๒๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

(.....) 	น.ส.พรพิไล อุดมโกษณ์	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
(.....) 	น.ส.มลศิกานต์ ทิพย์กำเหนิด	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	กรรมการ
(.....) 	นางณัฐกฤตา จูรัตน์	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	กรรมการ

