

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ**  
**เวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ**  
**งานเวชภัณฑ์มีโซ่ยา กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต**

**๑. ความเป็นมา**

เนื่องด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซ่ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้มีเวชภัณฑ์มีโซ่ยา เพียงพอต่อการให้บริการ และเพื่อใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซ่ยา มีคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และมีแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อเป็นไปในแนวทางเดียวกันดังนั้นทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซ่ยาดังนี้

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| ๑.๑ ชุดผ้าสำหรับปูคนไข้แบบปลอดเชื้อใช้แล้วทิ้งในการทำหัตถการ<br>ผ่านทางหลอดเลือดบริเวณขาหนีบและข้อมือ | ประมาณการจะซื้อ ๗๔๐ ชุด |
| ๑.๒ ชุดผ้าปูบนตัวคนไข้ขณะทำหัตถการผ่านทางหลอดเลือด<br>บริเวณขาหนีบและอุปกรณ์ปลอดเชื้อแบบใช้แล้วทิ้ง   | ประมาณการจะซื้อ ๑๘๐ ชุด |

**๒. วัตถุประสงค์**

- ๒.๑ เป็นชุดผ้าสำหรับปูบนตัวคนไข้แบบปลอดเชื้อใช้แล้วทิ้งในการทำหัตถการผ่านทางหลอดเลือดบริเวณขาหนีบและข้อมือ
- ๒.๒ เป็นชุดผ้าสำหรับปูบนตัวคนไข้แบบปลอดเชื้อใช้แล้วทิ้งในการทำหัตถการผ่านทางหลอดเลือดบริเวณขาหนีบ พร้อมชุดอุปกรณ์ปลอดเชื้อ

**๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้



นายเมธี ลีลาพฤทธิ  
ประธานกรรมการฯ



นางสาวนงนุช วีระภรณ์  
กรรมการ



นางสาวปัทมา ขาวสม  
กรรมการ

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะของเวชภัณฑ์มีไซยาที่ จะดำเนินการจัดซื้อ

##### ๑. ผ้าสำหรับปูคนไข้แบบปลอดเชื้อใช้แล้วทิ้งในการทำหัตถการ

##### ผ่านทางหลอดเลือดบริเวณขาหนีบและข้อมือ ประมาณการจะซื้อ ๗๔๐ ชุด

##### คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ผ้าปู Radial + Femoral Angiography Drape O๓ ๑ ผืน

๑.๑ วัตถุประสงค์หลักที่นำมาใช้ในการผลิตผ้าปูนั้นทำมาจากผ้า Absorbent Nonwoven ซึ่งมีคุณสมบัติเบา ซึมซับเลือด/น้ำ/ของเหลวได้ดีและรวดเร็วในปริมาณมาก, ไม่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต ยาวตลอดทั้ง ผืนผ้า Drape มีความกว้าง ๑๐๐ cm ยาว ๓๗๐ cm ประกอบด้วย Cellulose และใช้เทคโนโลยี Latex free, Low linting, และ Absorbable มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำได้สูง, นุ่ม, เบา, และน้ำไม่ไหลย้อนกลับทำให้ ผิวสัมผัสแห้งตลอดเวลาจึงทำให้ Radial + Femoral Angiography Drape นี้สามารถซึมซับและป้องกันสาร คัดหลัง/โลหิตจากตัวผู้ป่วยขณะทำหัตถการมิให้ไปสัมผัสกับบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในห้องที่ทำหัตถการ


๑.๒ Radial + Femoral Angiography Drape ยังช่วยป้องกันเชื้อโรคและลดการติดเชื้อภายนอก อันอาจเกิดจากการทำหัตถการเข้าสู่ตัวผู้ป่วยเองเพราะ Radial + Femoral Angiography Drape นี้มี คุณสมบัติ viral barrier, water & alcohol, and fluid repellency

๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะของผ้า Drape นี้เป็นผ้าปูผืนเดียวยาวครอบคลุมเตียงทำหัตถการทั้งผืน ประหยัดเวลาในการปูผ้าโดยเฉพาะใน Emergency Case

๑.๔ มี Access channel พร้อม Incise film โดยรอบช่องเจาะทั้ง ๓ ตำแหน่งจึงสามารถทำ หัตถการโดยทำ Puncher access ได้ทั้ง Femoral และ Radial

๑.๕ นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งของ Access channel ขึ้นมาบริเวณอกเพื่อใช้ในการ ทำหัตถการ Pacemaker ได้อีกด้วยโดยที่ตำแหน่งและความยาวของผ้ายังครอบคลุมเตียงทำหัตถการ จึงช่วย ลดการ Contaminate ขณะทำหัตถการได้

  
นายเมธี ลีลาพฤทธิ์  
ประธานกรรมการฯ

  
นางสาวนงนุช วีริปกรณ์  
กรรมการ

  
นางสาวปัทมา ขาวสม  
กรรมการ

๑.๖ ขนาดความกว้างและยาวของผ้าออกแบบมาได้เหมาะสมกับการใช้งานโดยมีบริเวณซิมซ์บเล็ดและของเหลวกว้าง-ยาวตลอดทั้งผืน (๑๐๐ x ๓๗๐ cm) และด้านข้างของผ้า Drape ทั้งสองข้างใช้วัสดุโปร่งใสง่ายต่อการมองเห็นแป้น Control ข้างเตียงทำหัตถการ จึงช่วยลดการ Contaminate ขณะทำหัตถการได้ดียิ่งขึ้น

๒. ผ้าปูโต๊ะ Table cover with absorbent (๑๕๐ cm x ๒๑๐ cm)

ผ้าปูโต๊ะมีขนาดกว้าง ๑๕๐ cm ยาว ๒๑๐ cm ผลิตจากวัสดุ Reinforced bilayer เป็นพลาสติกกันน้ำด้านล่างที่สัมผัสกับโต๊ะวางเครื่องมือพร้อมเทพกาวติดกับโต๊ะเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการหลุดเลื่อนของผ้า

๓. พลาสติกคลุม Tube แบบปากรัดยางยืด (Banded bag MS Ø ๕๕)

ผลิตจากพลาสติก PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๕ cm พร้อมยางยืดรัดปาก ผ่านการ Sterilized มาเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้เพื่อให้ง่าย-สะดวกต่อการใช้งานซึ่งมีมาให้พร้อมอยู่ใน Set โดยไม่ต้องเปิดหรือซื้อแยก

๔. พลาสติกคลุมฉากแบบปากรัดยางยืด (Screen Cover ๙๐ (w) cm x ๙๕ (l) cm)

ผลิตจากพลาสติก PE ขนาดความกว้าง ๙๐ cm ความยาว ๙๕ cm พร้อมยางยืดรัดปากผ่านการ Sterilized มาเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้เพื่อให้ง่าย-สะดวกต่อการใช้งาน ใช้คลุมฉากป้องกันรังสีซึ่งมีมาให้พร้อมอยู่ใน Set โดยไม่ต้องเปิดหรือซื้อแยก

๕. พลาสติกใสอเนกประสงค์ Utility Drape ใช้คลุมอุปกรณ์อื่นๆ

๕.๑ พลาสติกใสอเนกประสงค์ ใช้คลุมอุปกรณ์อื่นๆ ขนาด ๑๔๐ cm x ๑๕๐ cm ตรงกลางมีเทพกาว ๒ หน้าเพื่อให้ยึดติดแน่นไม่เลื่อนหลุดง่าย

๕.๒ ผ่านการฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยแล้วสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน บรรจุพร้อมให้อยู่ใน Set

๖. พลาสติกใสคลุม Remote Control

ผลิตจากพลาสติก PE ขนาด ๑๐x๒๖ cm ผ่านการ Sterilized มาเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้เพื่อให้ง่าย-สะดวกต่อการใช้งาน ใช้คลุม Remote Control ซึ่งมีมาให้พร้อมอยู่ใน Set โดยไม่ต้องเปิดหรือซื้อแยก

๗. เสื้อกาวน์ปลอดเชื้อใช้ใส่ขณะทำหัตถการทางการแพทย์

ผลิตจากผ้า SMMMS Nonwoven ๔๓ gms ซึ่งมีคุณสมบัติเบา, น้ำและแอลกอฮอล์ ไม่ซึมผ่าน, ไม่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต, นุ่ม-เบา, และระบายอากาศได้ดีขณะใส่ทำหัตถการ โดยมีขนาด L (๑๕๐W x ๑๓๐H) จำนวน ๑ ตัว และ XL (๑๖๐W x ๑๔๐H)

๘. ใน ๑ ชุดของ Femoral Angiography Pack ประกอบด้วย

๘.๑ Radial + Femoral Angiography Drape O๓ ขนาด ๒๔๐ x ๓๗๐ cm (ผ้าสำหรับปูบนตัวคนไข้ในหัตถการรักษาผ่านทางหลอดเลือดผ่านทางหลอดเลือดบริเวณขาหนีบและข้อมือ) จำนวน ๑ ชิ้น

๘.๒ Table cover reinforce with absorbent ขนาด ๑๕๐ x ๒๑๐ cm (ผ้าปูโต๊ะปลอดเชื้อไว้วางอุปกรณ์ที่ใช้ทำหัตถการ) จำนวน ๑ ชิ้น

๘.๓ Utility Drape ขนาด ๑๔๐x๑๕๐ cm (พลาสติกใสอเนกประสงค์ใช้คลุมอุปกรณ์อื่นๆ) จำนวน ๑ ชิ้น

๘.๔ Banded bags ขนาด Ø ๕๕ cm (พลาสติกแบบปากรัดคลุม tube เครื่อง Angiography) จำนวน ๑ ชิ้น

๘.๕ Screen Cover ขนาด ๙๐ x ๙๕ cm (พลาสติกแบบปากรัดใช้คลุมฉากป้องกันรังสี) จำนวน ๑ ชิ้น

นายเมธี สีสภาพุทธิ์  
ประธานกรรมการฯ

นางสาวนงนุช วีระปรกรณ์  
กรรมการ

นางสาวปัทมา ขาวสม  
กรรมการ

๘.๖ Remote Control Cover ขนาด ๑๐x๒๖ cm (พลาสติกแบบปากรัดใช้คลุม Remote Control) จำนวน ๑ ชิ้น

๘.๗ Standard Gown L ขนาด ๑๕๐x๑๓๐ cm จำนวน ๑ ตัว

๘.๘ Standard Gown XL ขนาด ๑๖๐x๑๔๐ cm จำนวน ๑ ตัว

### เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ EC Certificate (เทียบเท่า CE Mark) โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา

๒. ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบ EO โดยผ่านการรับรองมาตรฐาน EC Certification Product Quality Assurance system: Directive ๙๓/๔๒/EEC (MDSS: Medical Device Safety Services: GmbH, Schiffgraben ๔๑, ๓๐๑๗๕ Hannover, Germany) โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา

๓. มีหลักฐานแสดงรายละเอียดการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา

๔. ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายต้องแสดงหนังสือที่ได้รับการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา

๕. หากผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทส่งมอบแล้ว ทางหน่วยงานที่ใช้ไม่หมด สามารถแลกเปลี่ยนคืนบริษัท โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

### ๒. ชุดผ้าปูบนตัวคนไข้ขณะทำการผ่านทางหลอดเลือด

บริเวณขาหนีบและอุปกรณ์ปลอดเชื้อแบบใช้แล้วทิ้ง ประมาณการจะซื้อ ๑๘๐ ชุด


#### คุณลักษณะเฉพาะ

๑. วัสดุหลักที่นำมาใช้ในการผลิตผ้าสำหรับปูบนตัวคนไข้ในการทำหัตถการรักษาผ่านทางหลอดเลือดบริเวณขาหนีบนั้นทำมาจากผ้า Superabsorbent ๑๓๐ gsm (SMPE ๑๓๐ gsm) ซึ่งมีคุณสมบัติเบา, ไม่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต และยังมีส่วนประกอบย่อยซึ่งเน้นตรงบริเวณที่ทำหัตถการด้วย ผ้า Superabsorbent ๑๓๐ gsm ยาวเต็มผืน ประกอบด้วย Cellulose ทำจาก Polypropylene ๑๐๐% ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำสูง นุ่ม เบา และไม่ซึมทะลุลงสู่ตัวคนไข้

๒. ด้วยวัสดุเป็น Super Absorbable จึงทำให้ Femoral Angiography Drape สามารถซึมซับและป้องกันสารคัดหลั่ง/โลหิตจากตัวผู้ป่วยขณะทำการหัตถการมิให้ไปสัมผัสกับบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในห้องที่ทำหัตถการ ในขณะเดียวกัน Femoral Angiography Drape ยังช่วยป้องกันเชื้อโรคและลดการติดเชื้อภายนอกอันอาจเกิดจากการทำการเข้าสู่ตัวผู้ป่วยเองเพราะ Femoral Angiography Drape นี้มีคุณสมบัติของ Super Absorbent อยู่ใน Class ๑ Of ๑๖ CFR PART ๑๖๑๐ ไม่มีการเผาไหม้ที่ผิดปกติ ซึ่งสามารถยอมรับได้เหมือนผ้าทั่วไป

๓. ชายผ้า Drape ทั้ง ๒ ข้าง (ด้านซ้ายและด้านขวา) ทำจากพลาสติกใส (PE) ไม่ก่อให้เกิด Cytotoxic ความยาวตลอดผืนเพื่อสามารถทำการหัตถการได้สะดวก เพราะด้านซ้าย สามารถมองเห็นแป้น control panel ได้ชัดเจน ด้านขวาใส คลุม Injector Projector ช่วยลด Contaminate สะดวกต่อการทำการหัตถการ

  
นายเมธี สิตาพทธี  
ประธานกรรมการ

  
นางสาวนงนุช วีระปรกรณ์  
กรรมการ

  
นางสาวปัทมา ชาวสม  
กรรมการ

๔. ใน ๑ ชุดของ Angiography Pack AU๔ ประกอบด้วย


- ผ้าปูโต๊ะวางอุปกรณ์ที่ใช้ทำหัตถการ ขนาด ๑๔๐ x ๒๗๐ จำนวน ๑ ผืน
- ผ้าสำหรับปูบนตัวคนไข้ในหัตถการรักษาผ่านทางหลอดเลือดบริเวณขาหนีบ (เจาะรู เส้นผ่าศูนย์กลาง Ø ๑๓ cm / Ø ๗ cm พร้อม incise film ทั้ง ๒ ข้างบริเวณขาหนีบ ขนาด ๒๒๐ x ๓๗๐ cm จำนวน ๑ ผืน
- พลาสติกใสรีโมทคอนโทรล ขนาด ๑๐x๒๖ cm จำนวน ๑ ชิ้น
- เสื้อกาวน์ XL ขนาด ๑๔๐x๑๖๐ cm จำนวน ๑ ชุด
- เสื้อกาวน์ L ขนาด ๑๓๐x๑๕๐ cm จำนวน ๑ ชุด
- ผ้าเช็ดมือ ขนาด ๔๐ x ๖๐ cm จำนวน ๘ ผืน
- ฟองน้ำใช้เพื่อพันท์คนไข้ ขนาด ๑๙ cm จำนวน ๖ อัน
- ถาดพลาสติกใส่ขยะที่ติดเชื้อขณะทำหัตถการ ขนาด ๒๔ x ๑๖ x ๖ cm จำนวน ๑ ใบ
- อ่างน้ำใช้แช่ Guide Wire & Catheter ขนาด ๓๕ x ๔๓ x ๑๑ cm จำนวน ๑ ใบ
- พลาสติกปากรัดยางยึดใช้หลอดรับภาพเอกซเรย์ ขนาด ๔๐ x ๗๐ cm จำนวน ๑ ชิ้น
- พลาสติกปากรัดยางยึดใช้คลุมฉากกันรังสี ขนาด ๙๐ x ๙๕ cm จำนวน ๑ ชิ้น
- ผ้าก๊อช ขนาด ๑๐x๑๐ cm ๑๒ ply, ๔๐s จำนวน ๓๐ ชิ้น
- ถ้วยพลาสติก ขนาด ๕๐ ml จำนวน ๑ ใบ
- ถ้วยพลาสติก ขนาด ๑๐๐ ml จำนวน ๓ ใบ
- ถ้วยพลาสติก ขนาด ๒๕๐ ml จำนวน ๑ ใบ
- ถ้วยพลาสติก ขนาด ๑๐๐๐ ml จำนวน ๒ ใบ
- ฉลากสติ๊กเกอร์สี มี ๕ สีกันน้ำสีละ ๑ แผ่น จำนวน ๕ แผ่น
- กระจกคลุมหัว Ultrasound/Probe ขนาด ๑๕x๒๕๐ cm จำนวน ๑ ชิ้น

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผลิตภัณท์ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ EC Certificate (เทียบเท่า CE Mark) โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา
๒. ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบ EO โดยผ่านการรับรองมาตรฐาน EC Certification Product Quality Assurance system: Directive ๙๓/๔๒/ EEC (MDSS: Medical Device Safety Services: GmbH, Schiffgraben ๔๑, ๓๐๑๗๕ Hannover, Germany) โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา
๓. มีหลักฐานแสดงรายละเอียดการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา
๔. ผลิตภัณท์ที่จัดจำหน่ายต้องแสดงหนังสือที่ได้รับการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา
๕. หากผลิตภัณท์ที่ทางบริษัทส่งมอบแล้ว ทางหน่วยงานที่ใช้ไม่หมด สามารถแลกเปลี่ยนคืนบริษัท โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย



นายเมธี ลีลาพทุธิ  
ประธานกรรมการ



นางสาวนงนุช วีรปกรณ  
กรรมการ



นางสาวปัทมา ขาวสม  
กรรมการ

**๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ**

กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จะซื้อจะขายฯ และส่งมอบตามใบสั่งซื้อแต่ละคราว ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

**๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาจากราคารวม โดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

**๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร**

ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

**๘. เงื่อนไขและการเบิกจ่ายเงิน**

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับสั่งซื้อ ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วันทำการ

**๙. อัตราค่าปรับ**

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

**๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)**

ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖๐ วัน นับจากวันส่งมอบของครบ โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุด บกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น



นายเมธี สีสภาพฤทธิ์  
ประธานกรรมการฯ



นางสาวนงนุช วีรปกรณ  
กรรมการ



นางสาวปัทมา ชาวสม  
กรรมการ