

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

๑. **ความเป็นมา** โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๒ เตียง ด้วยเงินจากโครงการสละการกุศล โครงการพัฒนาศักยภาพการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ มะเร็ง และอุบัติเหตุ (เหลือจ่าย)

๒. **วัตถุประสงค์** ใช้สำหรับการทำการผ่าตัดทั่วไปควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล (Remote Control) โดยสามารถจัดทำทางของเตียงให้ทำการผ่าตัดได้หลากหลาย

๓. **คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดภูเก็ต ณ วันประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือ มูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการ ร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภชัย พันพิเชฐ) (นางพัชรี ประทีปไพศาลกุล)

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑)กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒)กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓)สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔)กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕)กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นเพียงผ้ตัดชนิดที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปรับตำแหน่งได้อย่างอิสระจากกันในทุกท่าด้วยรีโมทคอนโทรลและหากรีโมทคอนโทรลขัดข้อง สามารถควบคุมการจัดทำได้จากชุดควบคุมที่เสียบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชานินทร์ บุญตั้งใจ)
(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภชัย พันพิเชฐ) (นางพัชรี ประทีปไพศาลกุล)

๔.๑.๒ เตียงผ่าตัดสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยล้อเลื่อนทั้งหมด ๔ ล้อ โดยขนาดล้อมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร พร้อมระบบล้อคล้ออัตโนมัติด้วยรีโมทคอนโทรล เพื่อความมั่นคงในการทำการผ่าตัด

๔.๑.๓ ฐานเตียง เสาเตียง (คอลัมน์) ปิดมิดชิดด้วยวัสดุไม่มีช่องโหว่ สะดวกในการทำให้ปลอดภัย

๔.๑.๔ รางข้างเตียงสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นได้

๔.๑.๕ พื้นเตียงทำด้วยวัสดุที่สามารถให้แสง X-Ray ผ่านได้

๔.๑.๖ รับน้ำหนักคนใช้ได้ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ กิโลกรัม

๔.๑.๗ มีปุ่ม Level หรือ Zero position สำหรับปรับท่าทางของเตียงให้กลับสู่ท่าระนาบได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

๔.๑.๘ ในกรณีที่รีโมทไม่สามารถใช้งานรีโมทได้สามารถปรับการทำงานของเตียงได้จากชุดควบคุมที่เสาเตียง

๔.๑.๙ ในกรณีที่ชุดควบคุมหลักหรือระบบไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่มีปัญหา เตียงผ่าตัดสามารถควบคุมการทำงานของเตียงผ่าตัดได้ด้วยระบบ Manual Override System หรือ แผงควบคุมสำรองปรับไฟฟ้า หรือระบบเท้าเหยียบโดยการปรับหมุนเลือกฟังก์ชันที่บริเวณฐานเตียง

๔.๑.๑๐ ความสูงของฐานเตียงไม่น้อยกว่า ๑๑๐ มิลลิเมตร

๔.๑.๑๑ รีโมทคอนโทรลมีหน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว แสดงการปรับท่าต่างๆของเตียงผ่าตัดแบบ Real-time หรือมีสัญลักษณ์แสดงการปรับท่า และมีไฟ Backlit เพื่อความสะดวกในการใช้งานในที่มืด

๔.๑.๑๒ สามารถปรับเลื่อนเตียงในแนวระนาบไปทางฝั่งศีรษะได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ มิลลิเมตร และไปทางฝั่งเท้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ มิลลิเมตร (ตัดทั้ง) หรือ สามารถปรับเลื่อนพื้นเตียงในแนวระนาบได้ไม่น้อยกว่า ๓๑๐ มิลลิเมตร

๔.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๒.๑ พื้นเตียงปรับสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๒ พื้นเตียงปรับต่ำสุดไม่มากกว่า ๖๔๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๓ ปรับท่า Trendelenburg ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ องศา

๔.๒.๔ ปรับท่า Reverse Trendelenburg ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ องศา

๔.๒.๕ ปรับ Lateral Tilt ซ้ายและขวา ได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ องศา

๔.๒.๖ ปรับ back section ขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา

๔.๒.๗ ปรับ back section ลงได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ องศา

๔.๒.๘ ปรับ Leg section ขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ องศา

๔.๒.๙ ปรับ Leg section ลงได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา

๔.๒.๑๐ ความยาวของเตียงผ่าตัดไม่มากกว่า ๒๑๐๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๑๑ สามารถปรับส่วนศีรษะขึ้น ๔๕ องศา

๔.๒.๑๒ สามารถปรับส่วนศีรษะลง ๙๐ องศา

๔.๒.๑๓ มุม flex สามารถปรับได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ องศา

๔.๒.๑๔ มุม re-flex สามารถปรับได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ องศา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชานินทร์ บุญตั้งใจ)
(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางพัชรี ประทีปไพศาลกุล)
(นายศุภชัย พันพิเชฐ)

๔.๓ อุปกรณ์ประกอบเตียง

๔.๓.๑	เตียงผ่าตัด	จำนวน ๒ เตียง
๔.๓.๒	Head plate	จำนวน ๒ ชั้น
๔.๓.๓	Leg plate	จำนวน ๒ คู่
๔.๓.๔	Upper back plate	จำนวน ๒ ชั้น
๔.๓.๕	ส่วนต่อขยายเตียง (Extension plate)	จำนวน ๒ ชั้น
๔.๓.๖	Corded hand control	จำนวน ๒ ชั้น
๔.๓.๗	Anesthesia Frame	จำนวน ๒ ชั้น
๔.๓.๘	Arm board, a pair	จำนวน ๒ ชั้น
๔.๓.๙	Power cord	จำนวน ๒ ชั้น

๔.๔ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๔.๑ มีหลักฐานการนำเข้าและการรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ออกโดยองค์การอาหารและยา ประเทศไทย ยื่นในวันเสนอราคา

๔.๔.๒ มีช่างบำรุงรักษา ซ่อมแซม ที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตและมีใบรับรองการผ่านการอบรมอย่างน้อย ๑ คน ยื่นในวันเสนอราคา

๔.๔.๓ บริษัทผู้จำหน่าย จะต้องจัดอบรมการใช้เครื่องมือแพทย์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และอบรมการซ่อม/บำรุงรักษา/การสอบเทียบ ให้แก่ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๔.๔.๔ มีการบำรุงรักษาตรวจสอบสภาพทุก ๓ เดือน ในระยะรับประกัน พร้อมจัดส่งรายงานให้แผนกที่ใช้เครื่องมือและศูนย์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๔.๔.๕ มีการสอบเทียบเครื่องมือปีละ ๑ ครั้ง ตลอดอายุรับประกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๔.๔.๖ โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล CE หรือ ISO ๑๓๔๘๕

๔.๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่าย

๔.๔.๘ บริษัทผู้ขายต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ พร้อมแสดงเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

๔.๔.๙ บริษัทผู้ขายและบริษัทผู้ให้บริการดูแลหลังการขายต้องเป็นบริษัทเดียวกัน

๔.๔.๑๐ บริษัทผู้ขายจะต้องแสดงรายละเอียดและลงหมายเลขข้อในแคตตาล็อกให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะที่ทางราชการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตจะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) และพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุด น้ำหนักการให้คะแนน รวมร้อยละ ๑๐๐ แบ่งออกเป็น

๖.๑ ราคาที่เสนอ ร้อยละ ๒๐

๖.๒ การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ร้อยละ ๘๐

โดยเกณฑ์การพิจารณาด้านคุณภาพ รายละเอียดดังนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชานินทร์ บุญตั้งใจ)
(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภชัย พันพิเชฐ) (นางพัชรี ประทีปไพศาลกุล)

ลำดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	รีโมทคอนโทรลมีหน้าจอ แสดงตัวเลขของอาการปรับทำต่างๆของเตียง และแสดงระดับความสูง-ต่ำของพื้นเตียงเป็นตัวเลขแบบ Real-time เพื่อความแม่นยำในการจัดทำผ่าตัด - มีคุณสมบัติ ดังกล่าวครบถ้วน - ไม่มีคุณสมบัติ ดังกล่าว	๑๕ ๑๕ ๐	
๒	รีโมทคอนโทรล สามารถแสดงภาพจำลองการปรับเตียงแบบ Real-time โดยพื้นเตียงสามารถเปลี่ยนสีได้เพื่อเตือนให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่อมีการเอียงพื้นเตียงในองศาที่เพิ่มขึ้น - มีคุณสมบัติ ดังกล่าวครบถ้วน - ไม่มีคุณสมบัติ ดังกล่าว	๑๕ ๑๕ ๐	
๓	ปรับส่วนขาของเตียงผ่าตัด ขึ้นและลง ด้วยรีโมทคอนโทรล - มีคุณสมบัติ ดังกล่าวครบถ้วน - ไม่มีคุณสมบัติ ดังกล่าว	๑๐ ๑๐ ๐	
๔	ฐานเตียงแบนเรียบไม่มีรอยต่อ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน ร่วมกับเครื่องฟลูโอโรสโคปแบบซีอาร์เอ็ม - ฐานเตียงแบนเรียบสูงจากพื้นไม่เกิน ๑๒ เซนติเมตร - ฐานเตียงไม่แบนเรียบแต่ สูงจากพื้นไม่เกิน ๑๒ เซนติเมตร - ฐานเตียงไม่แบนเรียบและสูงจากพื้นเกิน ๑๒ เซนติเมตร	๑๐ ๑๐ ๕ ๐	
๕	พื้นเตียงมีระบบหยุดอัตโนมัติ ป้องกันการกระแทกกับฐานเตียง หรือพื้นห้อง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ - มีคุณสมบัติ ดังกล่าวครบถ้วน - ไม่มีคุณสมบัติ ดังกล่าว	๑๐ ๑๐ ๐	
๖	การปรับเลื่อนพื้นเตียงในแนวระนาบ - ปรับเลื่อนพื้นเตียงได้ตั้งแต่ ๓๕๐ มิลลิเมตรขึ้นไป - ปรับเลื่อนพื้นเตียงได้ตั้งแต่ ๓๑๑-๓๔๙ มิลลิเมตร - ปรับเลื่อนพื้นเตียงได้ต่ำกว่า ๓๑๑ มิลลิเมตร	๑๐ ๑๐ ๕ ๐	
๗	การปรับระดับพื้นเตียงสูงสุด - ปรับระดับพื้นเตียงสูงสุดได้ ๑,๐๙๐ มิลลิเมตรขึ้นไป - ปรับระดับพื้นเตียงสูงสุดได้ ๑,๐๕๑ - ๑,๐๘๙ มิลลิเมตร - ปรับระดับพื้นเตียงได้ต่ำกว่า ๑,๐๕๑ มิลลิเมตร	๑๐ ๑๐ ๕ ๐	
๘	การปรับระดับพื้นเตียงต่ำสุด - ปรับระดับพื้นเตียงต่ำสุดได้ไม่เกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร - ปรับระดับพื้นเตียงต่ำสุดได้ ๖๐๑ - ๖๓๐ มิลลิเมตร - ปรับระดับพื้นเตียงต่ำสุดได้เกินกว่า ๖๓๐ มิลลิเมตร	๑๐ ๑๐ ๕ ๐	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชานินทร์ บุญตั้งใจ)
(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุกชัย พันพิเชฐ) (นางพัชรี ประทีปไพศาลกุล)

ลำดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๙	การปรับท่า Trendelenburg และ Reverse Trendelenburg - ปรับเอียงได้ตั้งแต่ ๓๕ องศาขึ้นไป - ปรับเอียงได้ต่ำกว่า ๓๕ องศา	๑๐ ๑๐ ๐	
		๑๐๐	

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ด้วยเงินจากโครงการสลาการกุศล โครงการพัฒนาศักยภาพการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ มะเร็ง และอุบัติเหตุ (เหลือจ่าย) วงเงินงบประมาณ ๑,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๘. งานตรวจและการจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยส่งมอบงานจำนวน ๑ ชุด ให้ครบถ้วน และเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับแล้ว ปรากฏว่า ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อ โรงพยาบาล วชิระภูเก็ตจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๓ ปี นับถัดจากวันรับมอบสินค้าครบเป็นต้นไป ในระยะรับประกัน หากเกิดขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดี ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไข ๓ ครั้งแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใน ๓๐ วัน

(ลงชื่อ)..... (นางชานินทร์ บุญตั้งใจ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... (นายศุภชัย พันพิเชฐ) กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางพัชรี ประทีปไพศาลกุล)