

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับคอ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

๑. **ความเป็นมา** ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบให้มีการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากโครงการสลากการกุศลตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน ๑๙๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านบาทถ้วน) นั้น

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับคอ จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินจากโครงการสลากการกุศล โครงการพัฒนาศักยภาพการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ มะเร็ง และอุบัติเหตุ

๒. **วัตถุประสงค์** เป็นชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลังระดับคอ

๓. **คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดภูเก็ต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชานินทร์ บุญตั้งใจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมพบ รักษาสกุลวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพัชรี ประทีปไพศาลกุล)

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑)กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒)กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓)สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔)กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕)กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑.๑ เครื่องมือทำด้วยสแตนเลสคุณภาพดีปลอดภัยสูง ชนิดใช้กับร่างกายได้ สามารถนำไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วย Autoclave หรือแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้โดยไม่เสื่อมสภาพ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชานินทร์ บุญตั้งใจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมทบ รักษาสกุลวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพัชรี ประทีปไพศาลกุล)

๔.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค

ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับคอ ประกอบด้วย

- ๔.๒.๑ ตัวแฉะเนื้อเยื่อชนิด Cobb ขนาด ๑๓ มิลลิเมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๙๐ มิลลิเมตร ชนิดปลายโค้ง จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๒ ตัวแฉะเนื้อเยื่อชนิด Cobb ขนาด ๑๐ มิลลิเมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๙๐ มิลลิเมตร ชนิดปลายโค้ง จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๓ เครื่องมือสำหรับใช้ถ่างเนื้อเยื่อแบบ De Bakey ชนิดปลายโค้งแหลม มีขนาดความยาวไม่น้อย ๑๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น
- ๔.๒.๔ เครื่องมือถ่างดึงเนื้อเยื่อชนิด Kocher-Langenbeck ชนิดปลายงอมีขนาด ปลายข้าง ๖๐x๒๐ มิลลิเมตร มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น
- ๔.๒.๕ เครื่องมือขบกระดูกชนิด Beyer ปลายปากโค้ง มีขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๖ เครื่องมือขบกระดูกชนิด Leksell-Stille มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๗ ปากคีบสำหรับจับเนื้อเยื่อแบบ Taylor ชนิดไม่มีเขี้ยว มีความยาว ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๘ ปากคีบสำหรับจับเนื้อเยื่อแบบ Potts-Smith ชนิดมีเขี้ยว มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๙ ปากคีบสำหรับจับเนื้อเยื่อแบบ Potts-Smith ชนิดไม่มีเขี้ยว มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๑๐ ชุดขบชิ้นเนื้อขนาดปลายปากกว้าง ๒ มิลลิเมตร มีขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า ๑๖ เซนติเมตร ปลายปากตรง จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๑๑ ชุดขบชิ้นเนื้อขนาดปลายปากกว้าง ๒ มิลลิเมตร มีขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า ๑๖ เซนติเมตร ปลายปากชนิดมุมหงาย จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๑๒ ชุดขบชิ้นเนื้อขนาดปลายปากกว้าง ๒ มิลลิเมตร มีขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า ๑๖ เซนติเมตร ปลายปากชนิดมุมคว่ำ จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๑๓ ด้ามชุดกระดูกชนิด Bruns ปากชุดเป็นรูปวงรี มีขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร Fig.๐๐๐ ปลายหักมุม จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๑๔ ด้ามชุดกระดูกชนิด Bruns ปากชุดเป็นรูปวงรี มีขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร Fig.๐๐ ปลายหักมุม จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๑๕ ด้ามชุดกระดูกชนิด Bruns ปากชุดเป็นรูปวงรี มีขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร Fig.๐ ปลายหักมุม จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๑๖ ด้ามชุดกระดูกชนิด Bruns ปากชุดเป็นรูปวงรี มีขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร Fig.๑ ปลายหักมุม จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๑๗ ชุดขบกระดูกแบบ Kerrison ขนาดปาก ๒ มิลลิเมตร มุมหงาย ๑๓๐ องศา มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชิ้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชานินทร์ บุญตั้งใจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมพบ รักษาสกุลวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพัชรี ประทีปไพศาลกุล)

- ๔.๒.๑๘ ชุดขบกระดูกแบบ Kerrison ขนาดปาก ๓ มิลลิเมตร มุมหางย ๑๓๐ องศา มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๑๙ ชุดขบกระดูกแบบ Kerrison ขนาดปาก ๔ มิลลิเมตร มุมหางย ๑๓๐ องศา มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๒๐ ชุดขบกระดูกแบบ Kerrison ขนาดปาก ๕ มิลลิเมตร มุมหางย ๑๓๐ องศา มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๒๑ เครื่องมือตัดกระดูกชนิด Stille-Liston ปลายโค้ง มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๗๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๒๒ ตัวเกี่ยวเส้นประสาทชนิด ๒ ปลาย มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๒๓ ตัวเกี่ยวเส้นประสาทแบบ DANDY มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๒๔ ตัวเกี่ยวเส้นประสาทแบบ ADSON มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๒๕ ตัวแซะเนื้อเยื่อแบบปลายแหลม แบบ Freer มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น
- ๔.๒.๒๖ ท่อโลหะสำหรับดูดเลือดและน้ำเหลืองแบบ Frazier ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Charr.๘ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๒๗ ท่อโลหะสำหรับดูดเลือดและน้ำเหลืองแบบ Frazier ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Charr.๑๐ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๒๘ ท่อโลหะสำหรับดูดเลือดและน้ำเหลืองแบบ Frazier ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Charr.๗ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๒๙ ขอล้างเส้นประสาทชนิด Holsher ด้ามตรงปลายโค้ง ขนาดความกว้าง ส่วนปลาย ๗ มิลลิเมตร มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๓๐ ขอล้างเส้นประสาทชนิด SCOVILLE ด้ามตรงปลายโค้ง ขนาดความกว้างส่วนปลาย ๗ มิลลิเมตร มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๓๑ เครื่องมือสำหรับใช้ตอกกระดูกชนิด Hajek มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๗ มิลลิเมตร มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒ เซนติเมตร มีน้ำหนัก ๑๔๐ กรัม จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๓๒ เข็มเจาะสำหรับใช้ดูดเลือดและของเหลวแบบ Redon ปลายแหลมหักมุม มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙.๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๓๓ ถังอลูมิเนียมสำหรับใส่เครื่องมือ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๖๕x๒๘๐x๑๓๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๓๔ ตะแกรงสแตนเลสสำหรับวางเครื่องมือ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๕x๒๕๕x๑๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชานินทร์ บุญตั้งใจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมทบ รักษาสกุลวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพัชรี ประทีปไพศาลกุล)

๔.๓ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๓.๑ มีหลักฐานการนำเข้าและการรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ออกโดยองค์การอาหารและยา ประเทศไทย ยื่นในวันเสนอราคา

๔.๓.๒ มีช่างบำรุงรักษา ซ่อมแซม ที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตและมีใบรับรองการผ่านการอบรมอย่างน้อย ๑ คน ยื่นในวันเสนอราคา

๔.๓.๓ บริษัทผู้จำหน่าย จะต้องจัดอบรมการใช้เครื่องมือแพทย์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และอบรมการซ่อม/บำรุงรักษา/การสอบเทียบ ให้แก่ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๔.๓.๔ มีการบำรุงรักษาตรวจสอบสภาพทุก ๓ เดือน ในระยะรับประกัน พร้อมจัดส่งรายงานให้แผนกที่ใช้เครื่องมือและศูนย์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๔.๓.๕ ได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล ISO๑๓๔๘๕

๔.๓.๖ บริษัทต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๗ สินค้าผ่านการประเมินคุณภาพ จากผู้ใช้งานในห้องผ่าตัด โดยมีเอกสารมายืนยัน

๔.๓.๘ บริษัทผู้ขายจะต้องแสดงรายละเอียดและลงหมายเลขข้อในแคตตาล็อกให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะที่ทางราชการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา

๕ กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่ำสุด

๖ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ด้วยเงินจากโครงการสลาการกุศล โครงการพัฒนาศักยภาพการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ มะเร็ง และอุบัติเหตุ วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๘. งานงานและการจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยส่งมอบงานจำนวน ๑ งาน ให้ครบถ้วน และเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับแล้ว ปรากฏว่า ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้จะขายได้นำส่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๓ ปี นับถัดจากวันรับมอบสินค้าครบเป็นต้นไป ในระยะรับประกัน หากเกิดขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดี ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้ง หากแก้ไข ๓ ครั้งแล้วยังใช้การไม่ได้ดีตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆภายใน ๓๐ วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชานินทร์ บุญตั้งใจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมทบ รักษาสกุลวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพัชรี ประทีปไพศาลกุล)