

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
งานเวชภัณฑ์มีโซยา กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้มีเวชภัณฑ์มีโซยา เพียงพอต่อการให้บริการ และเพื่อใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา มีคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และมีแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อเป็นไปในแนวทางเดียวกันดังนั้นทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา ดังนี้

๑.๑ ชุดให้น้ำเกลือใช้กับเครื่องควบคุมการให้สารละลาย

ทางหลอดเลือดดำ

ประมาณการจะซื้อ ๑๙,๐๐๐ ชิ้น

๑.๒ หัวต่อสำหรับฉีดยา Heparin Locked Needle

ประมาณการจะซื้อ ๑,๕๐๐ กล่อง

๑.๓ Surplug Needle-Free Connector with Extension ประมาณการจะซื้อ ๑๓๕ กล่อง

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เป็นชุดสำหรับให้ยาและสารละลายต่างๆ โดยต่อเข้ากับเครื่อง Infusion pump

๒.๒ เป็นอุปกรณ์หัวต่อสำหรับฉีดยา

๒.๓ เป็นหัวต่อชนิดเดี่ยว หรือชนิดประกอบกับสาย Extension แบบ ๒ หัว เพื่อต่อกับชุดสายน้ำเกลือ IV catheter เพื่อการให้สารละลาย สารน้ำ ยา ยาเคมี หรือส่วนประกอบของเลือด เป็นระบบปิดและปราศจากการใช้เข็มฉีดยา (Needle-Free and Closed system Connector)

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

นางสาวพจนา วิภามาศ
ประธานกรรมการฯ

นางสุนันทา ระวีวรรณ
กรรมการ

นางชฎาพร เขตนิมิตร
กรรมการ

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะของเวชภัณฑ์มีโซยาที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๑. ชุดให้น้ำเกลือใช้กับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

ประมาณการจะซื้อ ๑๙,๐๐๐ ชิ้น

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวสาย (Tubing) ทำด้วยสารสังเคราะห์ พีวีซี คุณภาพสูง ใสและนิ่ม บิดงอได้โดยไม่เสียรูปร่าง มีความยาวประมาณ ๒๑๕ ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ๔.๕ มม. และเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ๓.๒ มม.

๒. ปลายสายเป็นชนิด Lock tip และมี Injection site และ Adaptor ระหว่าง Injection site และ Adaptor มี Filter ขนาด ๔๐ ไมครอน ซึ่งจะทำหน้าที่กรองน้ำเกลือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าร่างกายคนไข้

๓. จุดแทงขวดน้ำเกลือเป็นเดือยพลาสติก(Plastic spike) แหลมและแข็ง มีปลอกพลาสติกแข็งสวมอยู่อีกชั้นหนึ่ง (Plastic protector)

๔. กระเปาะสำหรับให้น้ำเกลือหยด (Drip Chamber) ทำด้วยสาร Polypropylene ใส สามารถมองเห็นน้ำเกลือหยดได้ง่าย

๕. มี Drip. Port ควบคุมการไหลของน้ำเกลือขนาด ๒๐ หยด / ซีซี

๖. ชุดให้น้ำเกลือบรรจุอยู่ในซองพลาสติกชนิดรีบบอนแพค ทำให้ปราศจากเชื้อโดยเอีชีนออกไซด์แก๊ส

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาลเคยใช้มาก่อน หรือผ่านการทดลองประเมินว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

๒. มีหลักฐานแสดงรายละเอียดการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา

๓. ผลิตภัณฑ์มีเอกสารรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา

๔. ผู้จะขายจะต้องรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หากมีการเสื่อมสภาพ หรือหมดอายุการใช้งาน ผู้จะขายจะต้องนำผลิตภัณฑ์มาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีที่ได้รับแจ้ง จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

นางสาวพจนา วิภามาศ
ประธานกรรมการฯ

นางสุนันทา ระวีวรรณ
กรรมการ

นางชฎาพร เขตนิมิตร
กรรมการ

๒. หัวต่อสำหรับฉีดยา Heparin Locked Needle ประเมินการจะซื้อ ๑,๕๐๐ กล้อง

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. บรรจุ ๑ ชิ้น แบบ Blister Packaging
๒. ตัว IN-STOPPER ทำจาก Acrylonitrile butadiene styrene มีคุณลักษณะทนต่อสารเคมี
๓. ตำแหน่ง Injection Site ใช้สำหรับฉีดยาทำจาก Polyisoprene มีคุณสมบัติ Biocompatibility ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๖.๖ มม.
๔. ส่วนปลายแบบ Luer Lock สำหรับต่อกับ I.V. Catheter
๕. ผลปริมาตรคงค้างบริเวณส่วนปลาย (Dead space) น้อยกว่า ๐.๐๕ มล.
๖. ทำให้ปราศจากเชื้อโดย Ethylene Oxide Gas
๗. บรรจุกล่องละ ๑๐๐ ชิ้น บนกล่องระบุ Lot no. และวันหมดอายุไว้

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. มีหลักฐานแสดงรายละเอียดการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา
๒. ผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา
๓. ผู้ผลิตที่มีจัดจำหน่ายต้องแสดงหนังสือที่ได้รับการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา
๔. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หากมีการเสื่อมสภาพ หรือหมดอายุการใช้งาน ผู้ขายจะต้องนำผลิตภัณฑ์มาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีที่ได้รับแจ้ง จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๓. Surplug Needle-Free Connector with Extension ประเมินการจะซื้อ ๑๓๕ กล้อง

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. วาล์วเปิด-ปิด ทำจากซิลิโคนชนิดยืดหยุ่นสูง เมื่อเสียบสายน้ำเกลือหรือกระบอกฉีดยา วาล์วจะถูกกดลงภายในตัวหัวต่อ และจะดันกลับพร้อมทั้งปิดสนิททันที เมื่อสายน้ำเกลือหรือกระบอกฉีดยาถูกดึงออก
๒. ใช้ได้กับกระบอกฉีดยาทั้งชนิดที่ปลายเป็น Slip Tip และ Lock Tip
๓. สามารถเช็ดทำความสะอาดด้วย Alcohol ได้ง่าย และไม่ตกค้าง เนื่องจากมีลักษณะวาล์วที่แบนราบและแนบกับขอบตัวหัวต่อ
๔. ตัวหัวต่อทำจาก โพลียูรีเทน มีคุณลักษณะ Bio-Compatibility ทำให้ไม่เกิดปฏิกิริยาทางเคมี และทนต่อสารต่างๆ เช่น เอทานอลไอปีด และแทกซอล
๕. สาย Extension ทำจาก Polybutadiene ไม่ก่อสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและทำปฏิกิริยากับสารละลายหรือยาที่ให้


นางสาวพนา วิภามาศ
ประธานกรรมการฯ


นางสุนันทา ระวีวรรณ
กรรมการ


นางชฎาพร เขตนิมิตร
กรรมการ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. มีหลักฐานแสดงรายละเอียดการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา

๒. ผลิตภัณฑ์มีเอกสารรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา

๓. ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายต้องแสดงหนังสือที่ได้รับการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา

๔. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หากมีการเสื่อมสภาพ หรือหมดอายุการใช้งาน ผู้ขายจะต้องนำผลิตภัณฑ์มาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีที่ได้รับแจ้ง จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จะซื้อจะขายฯ และส่งมอบตามใบสั่งซื้อแต่ละคราว ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาจากราคารวม โดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๒,๒๕๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๘. งานงานและการเบิกจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับสั่งซื้อ ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำส่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖๐ วัน นับจากวันส่งมอบของครบ โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุด บกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


นางสาวพณา วิภามาศ
ประธานกรรมการฯ


นางสุนันทา ระวีวรรณ
กรรมการ


นางชฎาพร เขตนิมิตร
กรรมการ