

**รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ**  
**ชุดเครื่องมือผ่าตัดสำหรับผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน ๒ ชุด**  
**โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข**

**๑. ความเป็นมา** งานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสำหรับผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน ๒ ชุด ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

**๒. วัตถุประสงค์** เพื่อใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรม สำหรับผู้ป่วยที่มีสาเหตุหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดหรือเส้นเลือดโดยตรงและสำหรับผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาผ่าตัดทางหลอดเลือดที่มีความซับซ้อน ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะและมีขนาดเล็ก

**๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีการ

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายฐาณกร พูนธนาวิวัฒน์กุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายชัยรัตน์ รักสงบ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายบุญยศักดิ์ ทักขิณ)

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมคำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก  
กิจกรรมร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมคำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมคำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำ  
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่น  
ข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมคำ การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วม  
คำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมคำ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government  
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่า  
สุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่  
มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงิน  
กับการพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียก  
ชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคล  
ธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชี  
ธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการ  
จัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนาม  
ในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่น  
ข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือ  
รายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ  
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม  
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงาน  
ใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง(กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่น  
ข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายธรากร พูนธนานิวัฒน์กุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายชัยรัตน์ รักสงบ)

(นายบุญศักดิ์ ทักสิน)



#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

##### ๔.๑ ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรม (MICRO SET) จำนวน ๑ ชุด

###### ๔.๑.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑.๑ เป็นชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดศัลยกรรม

๔.๑.๑.๒ ทำด้วยสแตนเลสปลอดสนิม

๔.๑.๑.๓ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้โดยการนึ่งที่อุณหภูมิ ๑๓๔ องศาเซลเซียสหรือโดยวิธีอบแก๊สหรือแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

###### ๔.๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑.๒.๑ กรรไกรไมโครตัดหลอดเลือด ปากหักมุม ๔๕ องศา จำนวน ๑ ชิ้น  
ขนาด ๑๐ มม. ความยาว ๑๖๕ มม.

๔.๑.๒.๒ ปากคิบนื้อเยื่อแบบไมโคร ชนิด Diadust ปากตรง จำนวน ๑ ชิ้น  
ขนาด ๑ มม. ความยาว ๑๘๕ มม.

๔.๑.๒.๓ ปากคิบนื้อเยื่อไมโคร ชนิด Diadust ด้ามทอง ปากเรียบตรง จำนวน ๑ ชิ้น  
ความยาว ๑๘๕ มม.

๔.๑.๒.๔ ปากคิบนื้อเยื่อไมโคร ชนิด Diadust ด้ามทอง ปากเรียบตรง จำนวน ๒ ชิ้น  
ความยาว ๑๘๐ มม.

๔.๑.๒.๕ คีมจับเข็มเย็บแผลไมโคร ชนิด Durogrip ด้ามทอง ด้ามจับกลม จำนวน ๑ ชิ้น  
ไม่มีล๊อค สำหรับไหมขนาด ๕/๐ ความยาว ๑๘๕ มม.

๔.๑.๒.๖ คีมจับเข็มไมโคร ชนิด Diadust ด้ามทอง ปากตรง จำนวน ๑ ชิ้น  
ด้ามจับกลมมีล๊อค สำหรับไหมขนาด ๗/๐ ความยาว ๑๘๕ มม.

๔.๑.๒.๗ คีมจับเข็มไมโคร ชนิด Diadust ด้ามทอง ปากตรง จำนวน ๑ ชิ้น  
ด้ามจับแบบมีล๊อค สำหรับไหมขนาด ๕/๐ ความยาว ๑๘๕ มม.

๔.๑.๒.๘ คีมจับเข็มไมโคร ชนิด Diadust ด้ามทอง ปากตรง จำนวน ๑ ชิ้น  
ด้ามจับแบบมีล๊อค สำหรับไหมขนาด ๖/๐ ความยาว ๑๘๐ มม.

๔.๑.๒.๙ ฝาปิดกล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์สำหรับทำปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ ชิ้น  
รุ่น AICON ขนาด ๑/๒

๔.๑.๒.๑๐ ตะกร้าสแตนเลสตีลแบบมีฐานรองสี่มุม จำนวน ๑ ชิ้น  
สำหรับใส่เครื่องมือผ่าตัด ขนาด ๒๔๓x๒๕๓x๕๖ มม.

๔.๑.๒.๑๑ กล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์สำหรับทำปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ ชิ้น  
รุ่น AICON ขนาด ๑/๒

๔.๑.๒.๑๒ ตัวยึดเครื่องมือขนาด ๑๖๐x๔๐ มม. จำนวน ๔ ชิ้น

###### ๔.๑.๓ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑.๓.๑ รับประกันคุณภาพสินค้า ๑ ปี (ด้ามทอง ๓ ปี) นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า

๔.๑.๓.๒ วัตถุประสงค์สำหรับการผลิตเครื่องมือผ่าตัด ได้มาตรฐาน DIN ๕๘ ๒๙๘

และ ISO ๗๑๕๑ และ ISO ๗๗๔๑

๔.๑.๓.๓ กล่องบรรจุภัณฑ์ ผ่านมาตรฐานการผลิต EN ๘๖๘-๘ และ EN ISO ๑๑๖๐๗-๑

๔.๑.๓.๔ มีหนังสือรับรองตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายฐาณกร พุณณานันต์กุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายชัยรัตน์ รักสงบ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายบุญศักดิ์ ทักสิน)

๔.๒ ชุดเครื่องมือผ่าตัดคัลยกรรม (VASCULAR SET) จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๔.๒.๑.๑ เป็นชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดคัลยกรรม

๔.๒.๑.๒ ทำตัวสเตนเลสปลอดสนิม

๔.๒.๑.๓ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้โดยการนึ่งที่อุณหภูมิ ๑๓๔ องศาเซลเซียสหรือโดยวิธีอบ  
แก๊สหรือแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

๔.๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๒.๒.๑ คีมหนีบลอดเลือดแดง แบบ Cooley

จำนวน ๑ ชิ้น

ปากหักมุม ๓๐ องศา ยาว ๓๐ มม. ความยาว ๑๖๕ มม.

๔.๒.๒.๒ คีมหนีบลอดเลือดแดง แบบ Cooley

จำนวน ๑ ชิ้น

ปากหักมุม ๖๐ องศา ยาว ๓๐ มม. ความยาว ๑๖๐ มม.

๔.๒.๒.๓ คีมหนีบลอดเลือดแดง แบบ Cooley

จำนวน ๑ ชิ้น

ปากยาว ๒๔ มม. ความยาวรวม ๑๖๐ มม.

๔.๒.๒.๔ คีมหนีบลอดเลือดแดง แบบ Cooley

จำนวน ๑ ชิ้น

ปากยาว ๔๑ มม. ความยาวรวม ๑๖๐ มม.

๔.๒.๒.๕ คีมหนีบลอดเลือดแดงใหญ่ แบบ DeBakey

จำนวน ๑ ชิ้น

ระยะความโค้งปาก ๔๘ มม. ความยาวรวม ๒๖๕ มม.

๔.๒.๒.๖ คีมหนีบลอดเลือดแดงใหญ่ แบบ DeBakey

จำนวน ๑ ชิ้น

ระยะความโค้งปาก ๓๘ มม. ความยาวรวม ๒๒๐ มม.

๔.๒.๒.๗ คีมหนีบลอดเลือดแดงใหญ่ แบบ DeBakey

จำนวน ๑ ชิ้น

ระยะความโค้งปากหักมุม ๑๕ องศา ๖๕ มม. ความยาวรวม ๒๒๕ มม.

๔.๒.๒.๘ คีมหนีบลอดเลือดแดงใหญ่แบบ DeBakey

จำนวน ๑ ชิ้น

ระยะความโค้งปากตรง ๖๕ มม. ความยาวรวม ๒๒๕ มม.

๔.๒.๒.๙ คีมหนีบลอดเลือดแดง แบบ DeBakey

จำนวน ๑ ชิ้น

ปากโค้งหักมุม ๖๐ องศา ความยาวรวม ๒๒๐ มม.

๔.๒.๒.๑๐ คีมหนีบลอดเลือดแดงใหญ่ แบบ DeBakey

จำนวน ๑ ชิ้น

ปากโค้งหักมุม ๗๐ องศา ยาว ๗๐ มม. ความยาวรวม ๒๔๐ มม.

๔.๒.๒.๑๑ คีมหนีบลอดเลือด แบบ Mini-Bulldog

จำนวน ๑ ชิ้น

ปากโค้งยาว ๒๐ มม. ความยาวรวม ๕๕ มม.

๔.๒.๒.๑๒ คีมหนีบลอดเลือดแดงแบบ Crafoord-Sellors

จำนวน ๒ ชิ้น

ชนิดโค้ง ความยาว ๒๔๐ มม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายฐากร พุณณานิวัดน์กุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายชัยรัตน์ รักสงบ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายบุญยศักดิ์ ทักขิณ)

|  |              |
|--|--------------|
| ๔.๒.๒.๑๓ คีมหนีบทอดเลือดแดง แบบ Crafoord<br>ปากโค้งมาก ความยาว ๒๔๐ มม.                           | จำนวน ๒ ชิ้น |
| ๔.๒.๒.๑๔ คีมหนีบทอดเลือด แบบ Nissen<br>ชนิดโค้ง ความยาว ๑๘๕ มม.                                  | จำนวน ๔ ชิ้น |
| ๔.๒.๒.๑๕ คีมหนีบทอดเลือด แบบ Kelly<br>ชนิดตรง ความยาว ๑๔๐ มม.                                    | จำนวน ๔ ชิ้น |
| ๔.๒.๒.๑๖ คีมหนีบทอดเลือด แบบ Baby-Crile<br>ชนิดโค้ง ความยาว ๑๔๐ มม.                              | จำนวน ๔ ชิ้น |
| ๔.๒.๒.๑๗ คีมหนีบทอดเลือด แบบ Crile<br>ชนิดโค้ง ความยาว ๑๔๐ มม.                                   | จำนวน ๔ ชิ้น |
| ๔.๒.๒.๑๘ เครื่องมือถ่างขยายแผลผ่าตัด แบบ Weitlaner<br>ชนิดเขี้ยวคู่ ๓x๔ ซี ความยาว ๑๖๕ มม.       | จำนวน ๑ ชิ้น |
| ๔.๒.๒.๑๙ เครื่องมือถ่างขยายแผล แบบ Weitlaner<br>ชนิดเขี้ยวคู่ ๓x๔ ความยาว ๑๓๐ มม.                | จำนวน ๑ ชิ้น |
| ๔.๒.๒.๒๐ คีมหนีบทอดเลือด แบบ Mixture<br>ความยาว ๒๓๐ มม.  | จำนวน ๒ ชิ้น |
| ๔.๒.๒.๒๑ คีมหนีบทอดเลือด แบบ Baby-Mixture<br>ปากโค้ง ความยาว ๑๘๐ มม.                             | จำนวน ๒ ชิ้น |
| ๔.๒.๒.๒๒ คีมหนีบทอดเลือด แบบ Halsted-Mosquito<br>ชนิดปากตรง มีเขี้ยว ๑x๒ ความยาว ๑๒๕ มม.         | จำนวน ๒ ชิ้น |
| ๔.๒.๒.๒๓ คีมหนีบทอดเลือดแบบ Providence<br>ปลายตรง ความยาว ๑๔๐ มม.                                | จำนวน ๒ ชิ้น |
| ๔.๒.๒.๒๔ คีมหนีบทอดเลือดแบบ Halsted-Mosquito<br>ชนิดตรง ความยาว ๑๒๕ มม.                          | จำนวน ๒ ชิ้น |
| ๔.๒.๒.๒๕ คีมหนีบทอดเลือด แบบ Baby Kocher<br>ปลายตรง ไม่มีเขี้ยว ความยาว ๑๔๐ มม.                  | จำนวน ๒ ชิ้น |
| ๔.๒.๒.๒๖ คีมจับเข็มแบบไมโคร ชนิด Diadust<br>ด้ามจับกลมมีลวด สำหรับไหมขนาด ๔/๐ ความยาว ๒๓๐ มม.    | จำนวน ๑ ชิ้น |
| ๔.๒.๒.๒๗ ปากคีบเนื้อเยื่อไมโคร แบบ DeBaKey ชนิด Diadust<br>ด้ามทอง ปากขนาด ๑ มม. ความยาว ๒๑๐ มม. | จำนวน ๑ ชิ้น |
| ๔.๒.๒.๒๘ ปากคีบเนื้อเยื่อไมโครชนิด Diadust<br>ด้ามทอง ปากขนาด ๑ มม. ความยาว ๒๑๐ มม.              | จำนวน ๑ ชิ้น |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....

(นายชัยรัตน์ รักสงบ)

(นายฐาณกร พุณณานิวัฒน์กุล)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญยศักดิ์ ทักชิน)



- ๔.๒.๒.๒๙ คีมจับเข็มเย็บแผล แบบ Hegar-Mayo จำนวน ๑ ชิ้น  
ชนิดด้ามทอง แบบ Durogrip ปลายปาก ๐.๕ มม. ความยาวรวม ๒๐๕ มม.
- ๔.๒.๒.๓๐ คีมจับเข็มเย็บแผล แบบ Hegar-Mayo จำนวน ๑ ชิ้น  
ชนิดด้ามทอง แบบ Durogrip ปลายปาก ๐.๕ มม. ความยาว ๒๓๕ มม.
- ๔.๒.๒.๓๑ คีมจับเข็มชนิดด้ามทองแบบ Durogrip จำนวน ๑ ชิ้น  
ปลายปากขนาด ๐.๒ มม. ความยาว ๒๓๐ มม.
- ๔.๒.๒.๓๒ คีมจับเข็มเย็บแผลแบบ DeBakey จำนวน ๑ ชิ้น  
ชนิดด้ามทอง แบบ Durogrip ปลายปาก ๐.๔ มม. ความยาวรวม ๒๓๐ มม.
- ๔.๒.๒.๓๓ คีมจับเข็มเย็บแผล แบบ DeBakey จำนวน ๒ ชิ้น  
ชนิดด้ามทอง แบบ Durogrip ปลายปาก ๐.๔ มม. ความยาวรวม ๒๖๐ มม.
- ๔.๒.๒.๓๔ กรรไกรตัดเนื้อเยื่อแบบ Metzenbaum จำนวน ๑ ชิ้น  
ชนิด Durotip ด้ามทอง ปากตรง ความยาว ๒๓๐ มม.
- ๔.๒.๒.๓๕ กรรไกรตัดเนื้อเยื่อแบบ Metzenbaum จำนวน ๑ ชิ้น  
ชนิด Durotip ด้ามทอง ปากโค้ง ความยาว ๒๓๐ มม.
- ๔.๒.๒.๓๖ กรรไกรตัดเนื้อเยื่อแบบ Metzenbaum จำนวน ๑ ชิ้น  
ชนิด Durotip ด้ามทอง ปากโค้ง ความยาว ๑๘๐ มม.
- ๔.๒.๒.๓๗ กรรไกรตัดเส้นเลือดแบบ Potts-De martel จำนวน ๑ ชิ้น  
ปากหักมุม ๔๕ องศา ความยาว ๑๘๕ มม.
- ๔.๒.๒.๓๘ กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ แบบ Mayo จำนวน ๑ ชิ้น  
ปากตรง ความยาว ๒๑๕ มม.
- ๔.๒.๒.๓๙ ปากคีบเนื้อเยื่อและหลอดเลือด แบบ DeBakey จำนวน ๒ ชิ้น  
ขนาดปลายปาก ๒.๐ มม. ความยาว ๒๔๐ มม.
- ๔.๒.๒.๔๐ ปากคีบเนื้อเยื่อและหลอดเลือด แบบ DeBakey จำนวน ๒ ชิ้น  
ขนาดปลายปาก ๒.๐ มม. ความยาว ๒๐๐ มม.
- ๔.๒.๒.๔๑ ปากคีบเนื้อเยื่อและหลอดเลือด แบบ DeBakey จำนวน ๑ ชิ้น  
ขนาดปลายปาก ๒.๐ มม. ความยาว ๓๐๐ มม.
- ๔.๒.๒.๔๒ เครื่องมือถ่างขยายหลอดเลือด แบบ Cushing จำนวน ๑ ชิ้น  
ขนาดใบถ่าง ๑๐x๑๓ มม. ความยาว ๒๐๕ มม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายฐาณกร พุฒนันท์กุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายชัยรัตน์ รักสงบ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายบุญยศักดิ์ ทักขิณ)

- ๔.๒.๒.๔๓ ท่อดูดเลือดและของเหลวแบบ Pool จำนวน ๑ ชิ้น  
ขนาดท่อ ๑๐ มม. ความยาว ๒๒๕ มม.
- ๔.๒.๒.๔๔ ท่อดูดเลือดและของเหลว แบบ Fergusson จำนวน ๑ ชิ้น  
ขนาดท่อ ๔ มม. ความยาว ๑๘๐ มม.
- ๔.๒.๒.๔๕ ฝาปิดกล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์สำหรับทำปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ ชิ้น  
รุ่น AICON ขนาด ๓/๔
- ๔.๒.๒.๔๖ ตะกร้าสแตนเลสสตีลแบบมีฐานรองสี่มุม จำนวน ๑ ชิ้น  
สำหรับใส่เครื่องมือผ่าตัด ขนาด ๔๐๖x๒๕๓x๑๐๖ มม.
- ๔.๒.๒.๔๗ กล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์สำหรับทำปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ ชิ้น  
รุ่น AICON ขนาด ๓/๔

๔.๒.๓ เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๒.๓.๑ รับประกันคุณภาพสินค้า ๑ ปี (ห้ามทอง ๓ ปี) นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า
- ๔.๒.๓.๒ วัตถุดิบสำหรับการผลิตเครื่องมือผ่าตัด ได้มาตรฐาน DIN ๕๘ ๒๙๘ และ ISO ๗๑๕๑ และ ISO ๗๗๔๑
- ๔.๒.๓.๓ กล่องบรรจุภัณฑ์ ผ่านมาตรฐานการผลิต EN๘๖๘-๘ และ EN ISO ๑๑๖๐๗-๑
- ๔.๒.๓.๔ มีหนังสือรับรองตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายและส่งมอบตามใบสั่งซื้อแต่ละคราว ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่ำสุด และพิจารณา ราคาต่อรายการ

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ วงเงินงบประมาณ ๑,๐๗๑,๑๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

๘. งานและการจ่ายเงิน

กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายและส่งมอบตามใบสั่งซื้อแต่ละคราว ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายฐาณกร พุณณานิวัฒน์กุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายชัยรัตน์ รักสงบ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายบุญยศักดิ์ ทักชิน)

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบอย่างน้อย ๑๒ เดือนนับตั้งแต่วันรับมอบสินค้าครบเป็นต้นไปและผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถัดจากวันส่งมอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายธำกูร พูนธนานิวัฒน์กุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายชัยรัตน์ รักสงบ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายบุญยศศักดิ์ ทักซิณ)