

เกณฑ์การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ตัวแปรหลัก	น้ำหนักคะแนน
๑. ราคาที่เสนอ	๓๐
๒. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและทางราชการ	๗๐
รวมคะแนน	๑๐๐

ตัวแปรหลักและน้ำหนักคะแนน

ตัวแปรหลักที่ ๑ : ราคาที่เสนอ

ราคาที่เสนอพิจารณาจาก ราคารวมของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นราคา คุ้มมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียวงานตรวจโรคทั่วไปแบบใช้ครั้งเดียวแบบมีแบ่งมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด	คะแนน
๑. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ จะดำเนินการประมวลผลคะแนนให้จากใบเสนอราคา	๑๐๐

ตัวแปรหลักที่ ๒ : คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและทางราชการ

ตัวแปรหลัก	น้ำหนักคะแนน	คะแนนสุทธิ
๑. มาตรฐานโรงงานผลิต	๒๐	๑๕
๒. มาตรฐานผลิตภัณฑ์	๒๐	๑๕
๓. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน	๖๐	๔๐
รวมคะแนน	๑๐๐	๗๐

๒.๑ มาตรฐานโรงงานผลิต (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ตัวแปรรอง	น้ำหนักคะแนน	บริษัท ๑.....	บริษัท ๒.....	บริษัท ๓.....
๑. เอกสารรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕				
มี	๕๐			
ไม่มี	๐			
๒. เอกสารรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑				
มี	๒๕			
ไม่มี	๐			
๓. เอกสารรับรองมาตรฐาน GMP				
มี	๒๕			
ไม่มี	๐			
รวมคะแนน	๑๐๐			
กำหนดน้ำหนักร้อยละ	๑๕			

นางอัญญา เสมอภาค
ประธานกรรมการฯ

นางชฎาพร เขตนิมิตร
กรรมการ

นางพิชญามณชน์ มุขม้วนเหมือน
กรรมการ

ผู้ประเมิน.....ตำแหน่ง.....วันที่...../...../.....

๒.๒ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๑. ถู่มืออย่างสำหรับการตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ ใช้ครั้งเดียวแบบมีแบ่ง ประมาณการจะซื้อ ๕๐,๐๐๐ กล่อง
 ๒. ถู่มืออย่างสำหรับการตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ ใช้ครั้งเดียวแบบไม่มีแบ่ง ประมาณการจะซื้อ ๖,๕๐๐ กล่อง

ตัวแปรรอง	น้ำหนักคะแนน	บริษัท ๑.....	บริษัท ๒.....	บริษัท ๓.....
๑. มีเอกสารรับรองมาตรฐาน มอก. ๑๐๕๖-๒๕๕๖ และ ISO ๑๓๔๘๕				
มี	๒๐			
ไม่มี	๐			
๒. มีเอกสารรับรองมาตรฐาน ISO ๒๒๐๐๐				
มี	๑๐			
ไม่มี	๐			
๓. มีเอกสารรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย ฮาลาล				
มี	๑๐			
ไม่มี	๐			
๔. มีเครื่องหมายและฉลากและสัญลักษณ์บนภาชนะบรรจุถุงมือเป็นไปตามมาตรฐาน ISO ๑๕๒๒๓				
มี	๑๐			
ไม่มี	๐			
๕. ผ่านการทดสอบการรั่วซึม เป็นไปตาม ASTM D ๕๑๕๑				
มี	๒๐			
ไม่มี	๐			
๖. มีเอกสารรับรองมาตรฐาน ISO ๑๐๙๙๓				
มี	๑๐			
ไม่มี	๐			
๗. ผลิตภัณฑ์มีเอกสารตรวจวิเคราะห์คุณภาพ (CoA Certificate of Analysis)				
มี	๒๐			
ไม่มี	๐			
รวมคะแนน	๑๐๐			
กำหนดน้ำหนักร้อยละ	๑๐			

.....
 นางอัญชนา เสมอภาค
 ประธานกรรมการฯ

.....
 นางชฎาพร เขตนิมิตร
 กรรมการ

.....
 นางพิชญามณัทน์ มุขม้วนเหมือน
 กรรมการ

ผู้ประเมิน.....ตำแหน่ง.....วันที่...../...../.....

๒.๒ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ต่อ) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๓. ถู่มืออย่างสำหรับการตรวจโรคชนิดปราศจากเชื้อ ใช้ครั้งเดียวแบบมีแบ่ง ปริมาณการจะซื้อ ๒๓๐,๐๐๐ คู่

ตัวแปร	น้ำหนักคะแนน	บริษัท ๑.....	บริษัท ๒.....	บริษัท ๓.....
๑. มีเอกสารรับรองมาตรฐาน มอก. ๑๐๕๖-๒๕๕๖ และ ISO ๑๓๔๘๕				
มี	๒๐			
ไม่มี	๐			
๒. มีเอกสารรับรองมาตรฐาน ISO ๒๒๐๐๐				
มี	๑๐			
ไม่มี	๐			
๓. มีเอกสารรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย ฮาลาล				
มี	๑๐			
ไม่มี	๐			
๔. มีเครื่องหมายและฉลากและสัญลักษณ์บนภาชนะบรรจุถุงมือเป็นไปตามมาตรฐาน ISO ๑๕๒๒๓				
มี	๑๐			
ไม่มี	๐			
๕. ผ่านการทดสอบการรั่วซึม เป็นไปตาม ASTM D ๕๑๕๑				
มี	๑๐			
ไม่มี	๐			
๖. มีเอกสารรับรองมาตรฐาน ISO ๑๐๙๙๓				
มี	๑๐			
ไม่มี	๐			
๗. ผลิตภัณฑ์มีเอกสารตรวจวิเคราะห์คุณภาพ (CoA Certificate of Analysis)				
มี	๑๐			
ไม่มี	๐			

.....
นางอัญญา เสมอภาค
ประธานกรรมการฯ

.....
นางชฎาพร เขตนิมิตร
กรรมการ

.....
นางพิชญามณฑน์ มุขม้วนเหมือน
กรรมการ

ผู้ประเมิน.....ตำแหน่ง.....วันที่...../...../.....

ตัวแปร	น้ำหนักคะแนน	บริษัท ๑.....	บริษัท ๒.....	บริษัท ๓.....
๔. รับรองการทำให้ปลอดเชื้อด้วยรังสี Gamma ตามมาตรฐาน ENISO ๑๑๑๓๗-๑				
มี	๒๐			
ไม่มี	๐			
รวมคะแนน	๑๐๐			
กำหนดน้ำหนักร้อยละ	๕			

๒.๓ คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๑. ถู่มืออย่างสำหรับการตรวจโรค ชนิดไม่ปราศจากเชื้อใช้ครั้งเดียวแบบมีแบ่ง ประมาณการจะซื้อ ๕๐,๐๐๐ กล่อง

ตัวแปร	น้ำหนักคะแนน	บริษัท ๑.....	บริษัท ๒.....	บริษัท ๓.....
ผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์จากคณะกรรมการพิจารณาผลฯ				
๑. สวมใส่ได้กระชับและไม่บีบรัดนิ้วมือ ไม่ลื่นหลุด ความยาวของนิ้วของถูงมือ สามารถสวมลงได้ถึงง่ามมือ	๒๐			
๒. ปลายข้อมือของถูงมือเป็นลักษณะมนขอบ ขอบถูงมือไม่มนกลับขณะใช้งาน	๒๐			
๓. ไม่มีรอยฉีกขาด ไม่รั่วซึม สีสม่ำเสมอ เนื้อบางและเหนียว สวมใส่กระชับมือ	๒๐			
๔. ถูงมือ ไม่มีรูรั่ว ฉีกขาด	๒๐			
๕. ปริมาณแบ่งในถูงมือมีความเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป	๒๐			
รวมคะแนน	๑๐๐			
กำหนดน้ำหนักร้อยละ	๑๕			

.....
นางอัญญา เสมอภาค
ประธานกรรมการฯ

.....
นางชฎาพร เขตนิมิตร
กรรมการ

.....
นางพิชญามณฑน์ มุขม้วนเหมือน
กรรมการ

ผู้ประเมิน.....ตำแหน่ง.....วันที่...../...../.....

๒. ถุงมือสำหรับการตรวจโรค ชนิดไม่ปราศจากเชื้อใช้ครั้งเดียวแบบไม่มีแบ่ง ประมาณการจะซื้อ ๖,๕๐๐ กล่อง

ตัวแปรรอง	น้ำหนักคะแนน	บริษัท ๑.....	บริษัท ๒.....	บริษัท ๓.....
ผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์จากคณะกรรมการพิจารณา ผลฯ				
๑. ไม่มีรอยฉีกขาด ไม่รั่วซึม สีสม่ำเสมอ เนื้อบางและ เหนียว	๒๐			
๒. ปลายข้อมือของถุงมือเป็นลักษณะม้วนขอบ ขอบถุง มือไม่ม้วนกลับขณะใช้งาน	๒๐			
๓. ปลายนิ้วถุงมือมีลักษณะหยาบ ขณะใช้งานหยิบจับ ได้ดี ไม่หลุดลื่นง่าย	๒๐			
๔. ความยาวของนิ้วมือพอดีกับปลายนิ้ว สวมใส่กระชับ มือ	๒๐			
๕. ลักษณะบรรจุภัณฑ์มีความง่ายและสะดวกต่อการ ใช้งาน	๒๐			
รวมคะแนน	๑๐๐			
กำหนดน้ำหนักร้อยละ	๑๐			

๓. ถุงมือสำหรับการตรวจโรค ชนิดปราศจากเชื้อใช้ครั้งเดียวแบบมีแบ่ง ประมาณการจะซื้อ ๒๓๐,๐๐๐ คู่

ตัวแปรรอง	น้ำหนักคะแนน	บริษัท ๑.....	บริษัท ๒.....	บริษัท ๓.....
ผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์จากคณะกรรมการพิจารณา ผลฯ				
๑. สวมใส่ได้กระชับและไม่บีบรัดนิ้วมือ ไม่หลุด ความยาวของนิ้วของถุงมือ สามารถสวมลงได้ถึงง่ามมือ	๒๐			
๒. ปลายข้อมือของถุงมือเป็นลักษณะม้วนขอบ ขอบถุง มือไม่ม้วนกลับขณะใช้งาน	๒๐			
๓. มีความยืดหยุ่นได้ดีในการสวมใส่ ไม่ขาดง่ายขณะ เวลาสวมใส่	๒๐			
๔. ไม่มีรอยฉีกขาด ไม่รั่วซึม สีสม่ำเสมอ เนื้อบางและ เหนียว สวมใส่กระชับมือ	๒๐			
๕. ผิวถุงมือมีแบ่งเคลือบ ปริมาณแบ่งในถุงมือมี ความเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป	๒๐			
รวมคะแนน	๑๐๐			
กำหนดน้ำหนักร้อยละ	๑๕			

นางอัญญา เสมอภาค
ประธานกรรมการฯ

นางชฎาพร เขตนิมิตร
กรรมการ

นางพิชญามณต์ มุขม้วนเหมือน
กรรมการ

ผู้ประเมิน.....ตำแหน่ง.....วันที่...../...../.....