

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ Ceiling Pendant
ร่วมกับงานย้ายเครื่องมือทางการแพทย์ห้องผ่าตัด Hybrid จำนวน ๑ ชุด
โรงพยาบาลชีรภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑. ความเป็นมา ด้วยโรงพยาบาลชีรภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ Ceiling Pendant ร่วมกับงานย้ายเครื่องมือทางการแพทย์ห้องผ่าตัด Hybrid จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์โรคหัวใจ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการวางอุปกรณ์ประกอบร่วมการทำงานในห้องผ่าตัดสำหรับศัลยแพทย์

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเดิมที่การ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงเวลา เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีการ

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งานและได้แจ้งไว้เช่นให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศ ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อขายไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารธิหรือความคุ้มกัน เช่นเดียวกัน

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลง ระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จำกผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ล้านบาท

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหักแล้ว วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้า โดยพิจารณาจากหนี้สือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๘๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่าคงบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกร้อยหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่าคงบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดไว้ในให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาธารณรัฐ(กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) – (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดเพดาน สำหรับศัลยแพทย์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑.๑.๑ เป็นศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมหัวจ่ายแก๊สทางการแพทย์, เต้ารับปลักเสียบไฟฟ้า และชุดชั้นวางเครื่องมือแพทย์ชนิดติดตั้งเพดาน ประกอบด้วยแขน ๒ ท่อน ภายในโครงแข็ง เป็นทางเดินของสายไฟฟ้า สายสัญญาณและหีบห่อบาข้อหุ้มปิดมิดชิด โครงสร้างทั่วไปเป็นโลหะเคลือบสีผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน

๔.๑.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๑.๒.๑ ชุดชั้นวางอุปกรณ์สำหรับศัลยแพทย์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๒.๑.๑ ประกอบด้วยแขน ๒ ท่อน แขนแต่ละท่อนมีความยาวไม่น้อยกว่า ๘๖๕ มม. และ ๑๐๐๐ มม. ข้อต่อแต่ละอันสามารถหมุนปรับได้สูงสุด ๓๓๐ องศา ปรับหมุนซ้ายขวาได้คล่องตัวด้วยตัวลับลูกปืนชนิดพิเศษ แบบปรับให้หยุดนิ่งได้อย่างมั่นคงด้วย Pneumatic Brake หรือ ระบบ Electromagnetic brakes

๔.๑.๒.๑.๒ ชั้นวางสามารถรองรับน้ำหนักรวมได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กิโลกรัม

๔.๑.๒.๑.๓ แขนท่อนที่ ๒ สามารถปรับระดับความสูงในแนวตั้งได้ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ มม.

๔.๑.๒.๑.๔ มีคันบังคับ (Handle) สำหรับปลดล็อกและปรับตำแหน่งแขน

๔.๑.๒.๑.๕ มีชัพพอร์ตเอเดทที่มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๗๕๐ มม. และมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๑๐x๓๑๐ มม. มีช่องหรือที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมการใช้งาน ดังนี้

๔.๑.๒.๑.๕.๑ มีเต้ารับปลักเสียบไฟฟ้ามาตรฐาน จำนวน ๑๒ ปลักเสียบ

๔.๑.๒.๑.๕.๒ หัวจ่ายแก๊ส ประกอบด้วย

๔.๑.๒.๑.๕.๒.๑ หัวจ่ายออกซิเจน (Oxygen Outlet) จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๒.๑.๕.๒.๒ หัวจ่ายสูญญากาศ (Vacuum Outlet) จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๒.๑.๕.๒.๓ หัวจ่ายอากาศอัดแรงดัน (Compress Air outlet)

จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๒.๑.๕.๒.๔ หัวจ่ายไนตรัสออกไซด์ (NO₂ Outlet) จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๒.๑.๖ สามารถลับตามแน่นห้องหรือเพิ่มเติม ในส่วนของเต้ารับปลักไฟ หัวจ่ายแก๊ส และสายสัญญาณต่าง ๆ ได้ตลอด โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวชัพพอร์ตเอเดท

๔.๑.๒.๑.๗ มีชั้นวางติดกับชัพพอร์ตเอเดท ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๓๐x๔๕๐ มม.

รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลกรัม พร้อมรางสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ ๒ ด้าน จำนวน ๒ ชั้นวาง

๔.๑.๒.๒ งานย้ายชุดเครื่องมือทางการแพทย์ประจำห้องผ่าตัด Hybrid

๔.๑.๒.๒.๑ งานย้ายคอมไฟผ่าตัด ประกอบด้วยงานโครง Plate เหล็ก สำหรับติดตั้งคอมไฟผ่าตัดพร้อมงานระบบไฟฟ้าเข้าคอมไฟผ่าตัด พร้อมเดินสายเข้า Control Panel และรวมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๓ คอม

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

๔.๑.๒.๒ งานย้ายชุดชิ้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดเพดาน ประกอบด้วยงานโครงสร้าง Plate เหล็ก สำหรับติดตั้งชุดชิ้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดเพดาน พร้อมงานระบบไฟฟ้าและงานระบบก๊าซทางการแพทย์ ที่จะเข้มต่อเข้ากับชุดชิ้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดเพดาน รวมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด

๔.๑.๒.๓ งานย้ายประตูบานเลื่อนชนิดอัตโนมัติแบบ Hermatic seal ประกอบด้วยงานโครงสร้างเหล็กของรับแรงและบานประตู พร้อมงานระบบไฟฟ้าเข้าประตู รวมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง จำนวน ๑ บาน

๔.๑.๔ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑.๔.๑ มีหลักฐานการนำเข้าและการรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ออกโดยองค์กรอาหารและยาประเทศไทย ยื่นในวันเสนอราคา

๔.๑.๔.๒ มีช่างบำรุงรักษา ซ่อมแซม ที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตและมีใบรับรองการผ่านการอบรมอย่างน้อย ๑ คน ยื่นในวันเสนอราคา

๔.๑.๔.๓ บริษัทผู้จำหน่าย จะต้องจัดอบรมการใช้เครื่องมือแพทย์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และอบรมการซ่อม/บำรุงรักษา/การสอบเทียบ ให้แก่ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๔.๑.๔.๔ มีการบำรุงรักษาตรวจสอบสภาพทุก ๔ เดือน ในระยะรับประกัน พร้อมจัดส่งรายงานให้แผนกที่ใช้เครื่องมือและศูนย์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลชีรากุเก็ต

๔.๑.๔.๕ มีการสอบเทียบเครื่องมือปีละ ๑ ครั้ง ตลอดอายุรับประกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๔.๑.๔.๖ มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างน้อย ๒ เล่ม

๔.๑.๔.๗ บริษัทผู้ขายจะต้องแสดงรายการอี้ดและลงนามเลขข้อในแคดเดล็อกให้ตรงตามรายละเอียด คุณลักษณะที่ทางราชการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๑.๔.๘ สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน EN ๖๐๖๐๑-๑, EN ๖๐๖๐๑-๑-๒, ISO ๓๙๔๕

๔.๑.๔.๙ ผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐาน ISO ๓๙๔๕

๔.๑.๔.๑๐ มีผลงานรับรองการติดตั้งอุปกรณ์ในห้องผ่าตัดไอบริดไม่น้อยกว่า ๕ โรงพยาบาล

๔.๑.๔.๑๑ เป็นของใหม่จากโรงงานผลิต ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการดราคากล่องนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ด้วยเงินงบประมาณจากองค์กรบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์โรคหัวใจจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วงเงินงบประมาณ ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

๙. งานด่วนและการจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยส่งมอบงานจำนวน ๑ งาน ให้ครบถ้วน และเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อ โรงพยาบาล วชิรภูมิเก็ตจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราเร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาน้ำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับถ้วนจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ซื้อขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลาจัดซื้อและรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๒ ปี และงานย้ายชุดเครื่องมือทางการแพทย์เป็นเวลา ๑ ปี นับถ้วนจากวันรับมอบสินค้าครบเป็นต้นไป ในระยะเวลาประกัน หากเกิดข้อหักข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไข ๓ ครั้งแล้ว ยังใช้การไม่ได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใด ๆ ภายใน ๓๐ วัน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ