

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ
งานเวชภัณฑ์มีโซ่ยา กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซ่ยา จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้มีเวชภัณฑ์มีโซ่ยา เพียงพอต่อการให้บริการ และเพื่อใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซ่ยา มีคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และมีแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซ่ยาดังนี้

๑.๑ NG TUBE No. ๑๒	ประมาณการจะซื้อ ๑,๐๐๐ เส้น
๑.๒ NG TUBE No. ๑๔	ประมาณการจะซื้อ ๕,๐๐๐ เส้น
๑.๓ NG TUBE No. ๑๖	ประมาณการจะซื้อ ๑๐,๐๐๐ เส้น
๑.๔ NG TUBE No. ๑๘	ประมาณการจะซื้อ ๑,๕๐๐ เส้น
๑.๕ Suction Tube No. ๕	ประมาณการจะซื้อ ๑๕,๐๐๐ เส้น
๑.๖ Suction Tube No. ๘	ประมาณการจะซื้อ ๓๐,๐๐๐ เส้น
๑.๗ Suction Tube No. ๑๐	ประมาณการจะซื้อ ๑๕,๐๐๐ เส้น
๑.๘ Suction Tube No. ๑๒	ประมาณการจะซื้อ ๑๐,๐๐๐ เส้น
๑.๙ Suction Tube No. ๑๔	ประมาณการจะซื้อ ๔๑๐,๐๐๐ เส้น
๑.๑๐ Suction Tube No. ๑๖	ประมาณการจะซื้อ ๑๐,๐๐๐ เส้น
๑.๑๑ Extension Tube No. ๑๒	ประมาณการจะซื้อ ๑๐,๐๐๐ เส้น
๑.๑๒ Extension Tube No. ๑๘	ประมาณการจะซื้อ ๑๐๐,๐๐๐ เส้น
๑.๑๓ Extension Tube No. ๓๖	ประมาณการจะซื้อ ๓๕,๐๐๐ เส้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เป็นสายสำหรับให้อาหารผู้ใหญ่ ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
- ๒.๒ สายดูดเสมหะใช้ครั้งเดียวทิ้ง
- ๒.๓ เป็นสายเอนกประสงค์ ใช้ต่อกับชุดให้น้ำเกลือ ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

นางสาวพจนา วิภามาศ
ประธานกรรมการฯ

นางสุนันทา ระวีวรรณ
กรรมการ

นางชฎาพร เขตนิมิตร
กรรมการ

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ายรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้ายทุกราย จะต้องมีความสมัครใจครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะของเวชภัณฑ์มีไข้ยาที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๑. NG TUBE No. ๑๒ ประमाणการจะซื้อ ๑,๐๐๐ เส้น

๒. NG TUBE No. ๑๔ ประमाणการจะซื้อ ๕,๐๐๐ เส้น

๓. NG TUBE No. ๑๖ ประमाणการจะซื้อ ๑๐,๐๐๐ เส้น

๔. NG TUBE No. ๑๘ ประमाणการจะซื้อ ๑,๕๐๐ เส้น

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. มี ๔ ขนาด คือ ๑๒ , ๑๔, ๑๖ , ๑๘ ความยาวสายประมาณ ๑๒๕ ซม. มีขีดบอกระยะ ๔๕ , ๕๕, ๖๕, ๗๕ ซม.

๒. ลักษณะสาย

๒.๑ ปลาสายมน หัวเปิด มีรูสำหรับให้อาหาร ๔ รู ที่ปลายสาย

๒.๒ เมื่อสายอยู่ในร่างกายของผู้ป่วยจะยืดหยุ่นได้ตามอุณหภูมิของร่างกาย

๒.๓ ที่สายจะมีเครื่องหมายบอกระยะ

๒.๔ การใช้ไม่ควรเกิน ๒ วัน

๓. ได้ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย Ethylene Oxide Gas ระบุวิธีการฆ่าเชือดังกล่าว

๔. วัตถุดิบที่ใช้ Pvc Compound Medical Grade Natural Color เป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติ ไม่มีพิษต่อร่างกายที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ เป็นสัณฐานชาติ ไม่มีสารพิษใดๆเจือปน โดยสั่งซื้อจากบริษัทที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ จึงทำให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์


นางสาวพจนา วิภามาศ
ประธานกรรมการฯ


นางสุนันทา ระวีวรรณ
กรรมการ


นางชฎาพร เขตนิมิตร
กรรมการ

๕. ซองที่ใช้ บรรจุด้วย HIDE หรือ HDPE ซึ่งมีความเหนียวเป็นพิเศษ ไม่ฉีกขาดง่าย ป้องกันความชื้นได้ดี ทนความร้อนสูง ของระบุนวัน/เดือน/ปีที่ผลิต วันหมดอายุ รุ่นที่ผลิตและกรรมวิธีการฆ่าเชื้อ บนซองบรรจุทุกซองของสายไม่หลุดลอกได้ง่าย โดยไม่ใช้เป็นสติ๊กเกอร์ติดบนซองสินค้า

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. โรงงานผู้ผลิตได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๓๔๘๕, ISO ๑๔๐๐๑ ISO ๔๕๐๐๑ และมาตรฐาน GHPs โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา

๒. ผลิตภัณท์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยาแห่งประเทศไทยหรือไบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ และไบจดแจ้งผลิตเครื่องมือแพทย์ โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา

๓. ผลิตภัณท์ได้ผ่านการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา

๔. ผลิตภัณท์ต้องมีหนังสือรับรอง MIT สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา

๕. เวชภัณท์ที่ส่งมอบมีอายุการใช้งาน ๕ ปี นับจากวันที่ผลิต

๖. ผู้จะขายจะต้องรับประกันคุณภาพของผลิตภัณท์ หากมีการเสื่อมสภาพ หรือหมดอายุการใช้งาน ผู้จะขายจะต้องนำผลิตภัณท์มาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีที่ได้รับแจ้ง จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๗. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณท์อย่างน้อย ๒ เส้น มาพร้อมเอกสารที่ยืนยันซึ่งเป็นตัวแทนแสดงรายละเอียดผลิตภัณท์ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพได้ (ตัวอย่างที่นำมาพิจารณา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะยึดไว้)

๘. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำเครื่องหมายในแต่ละหัวข้อของคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณท์ให้ชัดเจนว่าผลิตภัณท์ที่นำเสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงกับรายละเอียดและคุณลักษณะของทางราชการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ

๕. Suction Tube No. ๕ ประมาณการจะซื้อ ๑๕,๐๐๐ เส้น

๖. Suction Tube No. ๘ ประมาณการจะซื้อ ๓๐,๐๐๐ เส้น

๗. Suction Tube No. ๑๐ ประมาณการจะซื้อ ๑๕,๐๐๐ เส้น

๘. Suction Tube No. ๑๒ ประมาณการจะซื้อ ๑๐,๐๐๐ เส้น

๙. Suction Tube No. ๑๔ ประมาณการจะซื้อ ๔๑๐,๐๐๐ เส้น

๑๐. Suction Tube No. ๑๖ ประมาณการจะซื้อ ๑๐,๐๐๐ เส้น

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. มีความยาวตั้งแต่ส่วนหัวจนถึงส่วนปลายสาย ยาวไม่ต่ำกว่า ๕๐ ซม. มีเบอร์ ๕ , ๖ , ๘ , ๑๐ , ๑๒ , ๑๔ , ๑๖ , ๑๘

๒. ลักษณะสาย

๒.๑ ปลายสายมนเรียบมีรูเปิด ๑ รู และรูด้านข้างเยื้องกัน ๒ รู เพื่อป้องกันการอุดตัน

๒.๒ ปลายสายมนเรียบ เพื่อสอดสายเข้าลำคอของผู้ป่วยจะได้ไม่ระคายเคือง

๒.๓ เมื่อสายอยู่ในร่างกายของผู้ป่วยจะยึดหยุ่นได้ตามอุณหภูมิของร่างกาย

เคื่อง

นางสาวพจนา วิภามาศ
ประธานกรรมการฯ

นางสุนันทา ระวีวรรณ
กรรมการ

นางชฎาพร เขตนิมิตร
กรรมการ

๒.๔ ได้ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย Ethylene Oxide Gas ระบุวิธีการฆ่าเชือดังกล่าว

๒.๕ วัตถุดิบที่ใช้ Pvc Compound Medical Grade Natural Color เป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติไม่มีพิษต่อร่างกายที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ เป็นสีธรรมชาติ ไม่มีสารพิษใดๆ เจือปน โดยสั่งซื้อจากบริษัท ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ จึงทำให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

๒.๖ ขອງที่ใช้ บรรจุด้วยของ PP หรือ HDPE ซึ่งมีความเหนียวเป็นพิเศษ ไม่ฉีกขาดง่าย ป้องกันความชื้นได้ดี ทนความร้อนสูง ของระบุนวัน/เดือน/ปีที่ผลิต วันหมดอายุ รุ่นที่ผลิตและกรรมวิธีการฆ่าเชื้อ บนของบรรจุทุกของของสายไม่หลุดลอกได้ง่าย โดยไม่ใช้เป็นสติกเกอร์ติดบนของสินค้า

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. โรงงานผู้ผลิตได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๓๔๘๕, ISO ๑๔๐๐๑ และมาตรฐาน GMPs โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา

๒. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยาแห่งประเทศไทยหรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ และใบจดแจ้งผลิตเครื่องมือแพทย์ โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา

๓. มีเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๓๙๔-๒๕๖๑ โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา

๔. ผลิตภัณฑ์ต้องมีหนังสือรับรอง MIT สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา

๕. เวชภัณฑ์ที่ส่งมามีอายุการใช้งาน ๕ ปี นับจากวันที่ผลิต

๖. ผู้จะขายจะต้องรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หากมีการเสื่อมสภาพ หรือหมดอายุการใช้งาน ผู้จะขายจะต้องนำผลิตภัณฑ์มาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีที่ได้รับแจ้ง จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๗. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๒ เส้น มาพร้อมเอกสารที่ยื่นซึ่งเป็นตัวแทนแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพได้ (ตัวอย่างที่นำมาพิจารณา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะยึดไว้)

๘. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำเครื่องหมายในแต่ละหัวข้อของคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงกับรายละเอียดและคุณลักษณะของทางราชการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ

๑๑. Extension Tube No. ๑๒ ประมาณการจะซื้อ ๑๐,๐๐๐ เส้น

๑๒. Extension Tube No. ๑๘ ประมาณการจะซื้อ ๑๐๐,๐๐๐ เส้น

๑๓. Extension Tube No. ๓๖ ประมาณการจะซื้อ ๓๕,๐๐๐ เส้น

คุณลักษณะทั่วไป

๑. มี ๕ ขนาด คือ ๖, ๑๒, ๑๘, ๓๖, ๔๒

๒. สายส่งมีความยืดหยุ่น ไม่หัก พับ งอง่าย มีความใส สามารถมองเห็นสารละลายได้ชัดเจน

๓. ปลายข้อต่อด้านหนึ่งเป็นข้อต่อเอนกประสงค์สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้พอดี ไม่หลุดง่าย ไม่รั่วซึม และมีฝาปิดเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อน

๔. ปลายด้านหนึ่งเป็นข้อต่อ สามารถใช้ได้กับ IV Catheter ทุกขนาดหรือเข็มสำหรับผู้ป่วย มีฝารอบเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อน มียางหุ้มข้อต่อ เพื่อสะดวกในการจับหมุน IV Catheter หรือเข็มสำหรับผู้ป่วย

นางสาวพจนา วิภามาศ
ประธานกรรมการฯ

นางสุนันทา ระวีวรรณ
กรรมการ

นางชฎาพร เขตนิมิตร
กรรมการ

๕. สาย Extension Tube ได้ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว โดยการอบแก๊ส Ethylene Oxide

๖. วัตถุดิบที่ใช้ Pvc Compound Medical Grade Natural Color เป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติไม่มีพิษต่อร่างกายที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ เป็นสีธรรมชาติ ไม่มีสารพิษใดๆเจือปน โดยสั่งซื้อจากบริษัทที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ จึงทำให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

๗. ขອງที่ใช้ บรรจุทำด้วย HIDE หรือ HDPE ซึ่งมีความเหนียวเป็นพิเศษ ไม่ฉีกขาดง่าย ป้องกันความชื้นได้ดี ทนความร้อนสูง ของระบุนวัน/เดือน/ปีที่ผลิต วันหมดอายุ รุ่นที่ผลิตและกรรมวิธีการฆ่าเชื้อ บนของบรรจุทุกซองของสายไม่หลุดลอกได้ง่าย โดยไม่ใช้เป็นสติ๊กเกอร์ติดบนของสินค้า

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. โรงงานผู้ผลิตได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๓๔๘๕, ISO ๑๔๐๐๑ ISO ๔๕๐๐๑ และมาตรฐาน GMPs โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา

๒. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยาแห่งประเทศไทยหรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ และใบจดทะเบียนผลิตเครื่องมือแพทย์ โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา

๓. ผลิตภัณฑ์ต้องมีหนังสือรับรอง MIT สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา

๔. ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา

๕. เวชภัณฑ์ที่ส่งมอบมีอายุการใช้งาน ๕ ปี นับจากวันที่ผลิต

๖. ผู้จะขายจะต้องรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หากมีการเสื่อมสภาพ หรือหมดอายุการใช้งาน ผู้จะขายจะต้องนำผลิตภัณฑ์มาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีที่ได้รับแจ้ง จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๗. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๒ เส้น มาพร้อมเอกสารที่ยืนยันซึ่งเป็นตัวแทนแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพได้ (ตัวอย่างที่นำมาพิจารณา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะยึดไว้)

๘. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำเครื่องหมายในแต่ละหัวข้อของคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงกับรายละเอียดและคุณลักษณะของทางราชการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดระยะในการดำเนินการ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายฯ และส่งมอบตามใบสั่งซื้อแต่ละคราว ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาจากราคารวม โดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๑,๖๗๑,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)


นางสาวพจนา วิภามาศ
ประธานกรรมการฯ


นางสุนันทา ระวีวรรณ
กรรมการ


นางชฎาพร เขตนิมิตร
กรรมการ

๘. งานงานและการเบิกจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับสั่งซื้อ ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖๐ วัน นับจากวันส่งมอบของครบ โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุด บกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


.....
นางสาวพจนา วิภามาศ
ประธานกรรมการฯ


.....
นางสุนันทา ระวีวรรณ
กรรมการ


.....
นางชฎาพร เขตนิมิตร
กรรมการ