

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
คอมพิวเตอร์ชนิดมิกล้อง ๓ แขนติดเพดาน ซึ่งรองรับระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ชุด
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

๑. ความเป็นมา ด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดมิกล้อง ๓ แขน ติดเพดาน ซึ่งรองรับระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ส่องสว่างสำหรับทำการผ่าตัด เพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัดให้ดียิ่งขึ้น

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดภูเก็ต ณ วันประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือ มูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมคำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก กิจกรรมร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมคำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมคำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมคำ การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมคำ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนองดต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนองดต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑)กรณีผู้ยื่นข้อเสนองดเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนองด

(๒)กรณีผู้ยื่นข้อเสนองดเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนองดจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนองด ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓)สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนองดเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนองด โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนองดในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔)กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนองดไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนองด ผู้ยื่นข้อเสนองดสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนองดในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนองด นับถึงวันยื่นข้อเสนองดไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕)กรณีตาม (๑) – (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนองดเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ โคมไฟผ่าตัดชนิดมีกล้อง

๔.๑.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑.๑ เป็นโคมไฟผ่าตัดชนิด ๓ แขนติดเพดาน ซึ่งรองรับระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพที่โคมไฟหลักและสามารถปรับระดับท่าต่าง ๆ ได้เป็นอิสระ และสามารถหยุดได้ทุกระดับ

๔.๑.๑.๒ หัวโคมใช้หลอดแอลอีดีเป็นแหล่งกำเนิดแสงโดยลำแสงจะส่องผ่าน HECOL Lens ซึ่งเป็นเลนส์ที่จัดระเบียบและเป็นตัวนำทางให้กับลำแสงแอลอีดี เพื่อการจัดการในเรื่องการลดเงา

๔.๑.๑.๓ หัวโคมออกแบบให้รองรับกับระบบไหลเวียนของอากาศภายในห้องผ่าตัด (Laminar flow) ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรค และง่ายต่อการทำความสะอาด

๔.๑.๑.๔ มีโปรแกรมรักษาความเสถียรภาพของการส่องสว่างของหลอดแอลอีดีไม่ให้เกิดลงโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องผ่าตัดเป็นเวลานาน ๆ ทำให้ได้แสงสว่างคงที่ (FSP : Flux Stability Program)

๔.๑.๑.๕ มีระบบตรวจจับวัตถุที่มากีดขวางลำแสง Automatic illumination management (AIM) โดยจะทำให้แสงสว่างบริเวณนั้นลดลงแล้วไปชดเชยความสว่างเพิ่มขึ้นในบริเวณที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง เพื่อคงความสว่างในการมองเห็น

๔.๑.๑.๖ อุณหภูมิของแสงสี (Color Temperature) ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ เคลวิน และมีดัชนีการตอบสนองของสี (CRI) Ra ที่ไม่น้อยกว่า ๙๓

๔.๑.๑.๗ สามารถปรับขนาดลำแสงได้จากชุดควบคุมบริเวณหัวโคมไฟหรือที่แผงควบคุมติดตั้งระบบสัมผัส

๔.๑.๑.๘ มีไฟ Ambient light (โคมไฟสลัว) หรือ Endo mode เพื่อความสะดวกใช้งานขณะทำการผ่าตัดที่ต้องการแสงน้อย

๔.๑.๑.๙ มีชุดควบคุมติดตั้งระบบสัมผัส (Touch screen control panel) สามารถควบคุมการทำงานของระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพได้ และมีระบบการปรับค่าการทำงานพร้อมกันทั้ง ๒ หัวโคม (Synchronization)

๔.๑.๑.๑๐ ตำแหน่งจุดกึ่งกลางโคมหลักและโคมไฟรอง มีพอด (port) สำหรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อทำการ service ตรวจสอบระบบการทำงานและตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของโคมไฟผ่าตัด

๔.๑.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค

๔.๑.๒.๑ โคมไฟหลัก

๔.๑.๒.๑.๑ โคมไฟใช้หลอดแอลอีดีเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งมีจำนวนหลอดไม่น้อยกว่า ๙๕ หลอด

๔.๑.๒.๑.๒ สามารถนำกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพชนิด Full HD Camera มาติดตั้งที่ตำแหน่งกลางโคมไฟได้

๔.๑.๒.๑.๓ ความเข้มข้นของแสงไม่น้อยกว่า ๑๖๐,๐๐๐ ลักซ์ ที่ระยะ ๑ เมตร

๔.๑.๒.๑.๔ สามารถปรับเลือกลำแสงของโคมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ค่า คือ ๑๓ เซนติเมตร , ๒๐ เซนติเมตร และ ๒๗ เซนติเมตร

๔.๑.๒.๑.๕ สามารถปรับระดับความเข้มแสงได้ในช่วง ๑๐ - ๑๐๐ เปอร์เซนต์

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

- ๔.๑.๒.๑.๖ มีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อโคมไม่เกิน ๑๖๐ วัตต์
- ๔.๑.๒.๑.๗ มีด้ามจับซึ่งอยู่ตำแหน่งจุดกึ่งกลางของหัวโคมไฟ สำหรับปรับโคมไฟให้อยู่ในท่าต่าง ๆ ที่สามารถถอดออกนึ่งเข้าเชื่อได้
- ๔.๑.๒.๑.๘ หลอดแอลอีดีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๖๐ วัตต์
- ๔.๑.๒.๒ โคมไฟรองที่ ๑ และโคมไฟรองที่ ๒
- ๔.๑.๒.๒.๑ โคมไฟใช้หลอดแอลอีดีเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งมีจำนวนหลอดไม่น้อยกว่า ๕๕ หลอด
- ๔.๑.๒.๒.๒ ความเข้มของแสงไม่น้อยกว่า ๑๖๐,๐๐๐ ลักซ์ ที่ระยะ ๑ เมตร
- ๔.๑.๒.๒.๓ สามารถปรับเลือกขนาดลำแสงของโคมได้ไม่น้อยกว่า ๒ ค่า คือ ๑๓ เซนติเมตร และ ๒๐ เซนติเมตร
- ๔.๑.๒.๒.๔ สามารถปรับระดับความเข้มแสงได้ในช่วง ๑๐ - ๑๐๐ เปอร์เซนต์
- ๔.๑.๒.๒.๕ มีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อโคมไม่เกิน ๑๖๐ วัตต์
- ๔.๑.๒.๒.๖ มีด้ามจับซึ่งอยู่ตำแหน่งจุดกึ่งกลางของหัวโคมไฟ สำหรับปรับโคมไฟให้อยู่ในท่าต่าง ๆ ที่สามารถถอดออกนึ่งเข้าเชื่อได้
- ๔.๑.๒.๒.๗ หลอดแอลอีดีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ชั่วโมง

๔.๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะ

- ๔.๑.๓.๑ กล้องถ่ายภาพสัญญาณภาพความละเอียดสูง (Full HD camera)
- ๔.๑.๓.๑.๑ เป็นกล้องแบบ HD Cmos sensor ขนาด ๑๖ : ๙ ซึ่งสามารถนำไปติดตั้งบริเวณกลางโคมหลัก
- ๔.๑.๓.๑.๒ สามารถปรับหมุนภาพได้ด้วยการปรับที่ด้ามจับกล้อง
- ๔.๑.๓.๑.๓ มีระบบสัญญาณภาพเป็นแบบ ๑๐๘๐P
- ๔.๑.๓.๑.๔ ความละเอียดของกล้องไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ พิกเซลล์

๔.๑.๔ อุปกรณ์ประกอบ

- | | |
|---|-----------------|
| ๔.๑.๔.๑ ด้ามจับแบบ Sterilizable Handle สำหรับโคมไฟ | จำนวน ๑๕ ชิ้น |
| ๔.๑.๔.๒ ด้ามจับแบบ Sterilizable Handle สำหรับชุดกล้อง | จำนวน ๕ ชิ้น |
| ๔.๑.๔.๓ จอแสดงภาพแอลอีดีขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ นิ้ว
(จัดหาภายในประเทศ) | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔.๑.๔.๔ ชุดบันทึกสัญญาณภาพ
(จัดหาภายในประเทศ) | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔.๑.๔.๕ เครื่องสำรองไฟขนาดไม่น้อยกว่า ๒ KVA
(จัดหาภายในประเทศ) | จำนวน ๑ เครื่อง |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

๔.๑.๔ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑.๔.๑ มีหลักฐานการนำเข้าและการรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ออกโดยองค์การอาหารและยาประเทศไทย ยื่นในวันเสนอราคา

๔.๑.๔.๒ มีช่างบำรุงรักษา ซ่อมแซม ที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตและมีใบรับรองการผ่านการอบรมอย่างน้อย ๑ คน ยื่นในวันเสนอราคา

๔.๑.๔.๓ บริษัทผู้จำหน่าย จะต้องจัดอบรมการใช้เครื่องมือแพทย์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และอบรมการซ่อม/บำรุงรักษา/การสอบเทียบ ให้แก่ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๔.๑.๔.๔ มีการบำรุงรักษาตรวจสอบสภาพทุก ๔ เดือน ในระยะรับประกัน พร้อมจัดส่งรายงานให้แผนกที่ใช้เครื่องมือและศูนย์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๔.๑.๔.๕ มีการสอบเทียบเครื่องมือปีละ ๑ ครั้ง ตลอดอายุรับประกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๔.๑.๔.๖ มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างน้อย ๒ เล่ม

๔.๑.๔.๗ บริษัทผู้ขายจะต้องแสดงรายละเอียดและลงหมายเลขข้อในแคตตาล็อกให้ตรงตามรายละเอียด คุณสมบัติที่ทางราชการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๑.๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารยืนยันการสำรองอะไหล่อย่างน้อย ๕ ปี จากโรงงานผู้ผลิต โดยยื่นในวันเสนอราคา

๔.๑.๔.๙ เป็นสินค้าใหม่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนหรือผ่านการสาธิตมาก่อน

๔.๑.๔.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารการได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยยื่นในวันเสนอราคา

๔.๑.๔.๑๑ มีหลักฐานว่ามีช่างหรือวิศวกรที่ได้รับการฝึกอบรม ในการให้บริการหลังการขาย โดยยื่นในวันเสนอราคา

๔.๑.๔.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๑๓๔๘๕ โดยยื่นในวันเสนอราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ วงเงินงบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๘. งานตรวจและการจ่ายเงิน


ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยส่งมอบงานจำนวน ๑ ชุด ให้ครบถ้วน และเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับแล้ว ปรากฏว่า ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้จะขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๓ ปี นับถัดจากวันรับมอบสินค้าครบเป็นต้นไป ในระยะรับประกัน หากเกิดขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดี ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไข ๓ ครั้งแล้วยังใช้การไม่ได้ดีตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆภายใน ๓๐ วัน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ