

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สายลวดนำสายสวนขนาดเล็กพิเศษ
งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ เพื่อให้มีเวชภัณฑ์มิใช่ยา เพียงพอต่อการให้บริการ และเพื่อใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา มีคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และมีแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อเป็นไปในแนวทางเดียวกันดั่งนั้น ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาดังกล่าว

สายลวดนำสายสวนขนาดเล็กพิเศษ

จำนวนประมาณการจะซื้อ ๓๐ เส้น

๒. วัตถุประสงค์

สายลวดนำสายสวนขนาดเล็กและยาวพิเศษ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กพอเหมาะกับ Microcatheter ซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งขนาด สายลวดนำสายสวนไปยังหลอดเลือดเป้าหมายเพื่อการรักษาโรค (Intervention Vascular Microcatheter)

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

.....
นายวรรณพจน์ แทนชัยกุล

ประธานกรรมการ

.....
นางสาวณัฐมล หอบุตร

กรรมการ

.....
นายนพคุณ แซ่อ่อง

กรรมการ

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วน
หน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้าราย
อื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.รายละเอียดคุณลักษณะของเวชภัณฑ์มีโซยาที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะ


๔.๑.๑ ส่วนปลายสายลวดนำสายสวนขนาดเล็กพิเศษทำด้วย Nitinol Supple part (Radio-opaque) โปร่ง
แสง แต่ไม่โปร่งใส เป็นส่วนที่บ่งแสงรังสีเอ็กซ์ มีความยาว ๘๐ มิลลิเมตร มีส่วนปลายสามารถตัดได้ดี ตามความโค้งของ
หลอดเลือด


๔.๑.๒ สายลวดนำสายสวนขนาดเล็กพิเศษ มีความอ่อนนุ่มสามารถนำพาสายสวน เข้าไปตามหลอดเลือดที่มีความ
ความโค้งได้เป็นอย่างดี


๔.๑.๓ มีขนาดของสายลวดนำสายสวนขนาดเล็กและยาวพิเศษ แตกต่างกันดังนี้

- สายลวดตัวนำสายสวนเคลื่อนไปตามกระแสเลือด มีเส้นผ่านศูนย์กลางของปลายสายลวดนำสาย
สวนมีขนาด .๐๐๗” (๐.๑๘ มิลลิเมตร) และมีความยาวทั้งสิ้น ๒๒๐ เซนติเมตร
- สายลวดตัวนำสายสวนเคลื่อนไปตามกระแสเลือด มีเส้นผ่านศูนย์กลางของปลายสายลวดนำสาย
สวนมีขนาด .๐๐๘” (๐.๒๐ มิลลิเมตร) และมีความยาวทั้งสิ้น ๒๒๐ เซนติเมตร
- สายลวดตัวนำสายสวนเคลื่อนไปตามกระแสเลือด มีเส้นผ่านศูนย์กลางของปลายสายลวดนำสาย
สวนมีขนาด .๐๑๒” (๐.๓๐ มิลลิเมตร) และมีความยาวทั้งสิ้น ๒๐๐ เซนติเมตร
- สายลวดตัวนำสายสวนเคลื่อนไปตามกระแสเลือด มีเส้นผ่านศูนย์กลางของปลายสายลวดนำสาย
สวนมีขนาด .๐๑๔” (๐.๓๕ มิลลิเมตร) และมีความยาวทั้งสิ้น ๒๐๐ เซนติเมตร

๔.๑.๔ สายลวดนำสายสวนหลอดเลือดสำหรับรักษาโรคในสมอง ลวดตัวนำสายสวนเคลื่อนไปตามกระแส
เลือดมีขนาดแตกต่างกันดังนี้ .๐๐๗”, .๐๐๘”, .๐๑๒”, .๐๑๔” ส่วนปลายทำด้วย Nitinol มีความอ่อนนุ่มสามารถ
นำพาสายสวน เข้าไปตามหลอดเลือดที่มีความโค้งได้ ส่วนปลายสามารถตัดได้


นายวรรณพงษ์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ


นางสาวนฤมล หอบุตร
กรรมการ


นายณพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

๔.๑.๕ สายลวดนำสายสวนหลอดเลือดความยาวที่แตกต่างกัน โดยมีความยาวทั้งสิ้น ๒๑๐ เซนติเมตร มีขนาดสายสวน .๐๑๒” และมีความยาว ๒๐๐ เซนติเมตรมีขนาดปลายสายลวดนำ .๐๑๔” ตามลำดับ โดยลวดตัวนำสายสวน เคลื่อนไปตามกระแสน้ำสายสวนหลอดเลือดขึ้นไปตำแหน่งที่แพทย์ต้องการรักษาได้ดีสำหรับรักษาโรคเส้นเลือดอุดตันในสมองโดยการอุดกาว

๔.๒ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๒.๑ ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาประเทศไทยและไม่หมดอายุ โดยยื่นเอกสารแนบพร้อมในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๒ ต้องมีหนังสือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยยื่นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๓ ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ โดยยื่นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๔ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี หากสินค้ามีการหมดอายุจะมีการเปลี่ยนคืน ก่อนหมดอายุ ๑ ปี

๔.๒.๕ บรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีสภาพชำรุด เสียหายหรือฉีกขาด เมื่อส่งมอบให้โรงพยาบาล

๔.๒.๖ มีอายุการใช้งาน ๑ ปีขึ้นไป ในวันส่งของและเป็นสินค้าใหม่

๔.๒.๗ บรรจุห่อละ ๑ ชิ้น และทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

๔.๒.๘ มีมาตรฐานของคลังเก็บสินค้า และการจัดส่งสินค้า

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๑ นับถัดจากวันนัดทำสัญญาจะซื้อจะขายฯ และส่งมอบตามใบสั่งซื้อแต่ละคราวภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาจากราคารวม โดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๑๒,๑๒๗,๒๙๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๘. งานตรวจและการเบิกจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับสั่งซื้อ ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๓๐ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของครบ โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุด บกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

.....
วรวรรณพจน์

นายวรวรรณพจน์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ

.....
นางสาว

นางสาวณฤมล ทอบุตร
กรรมการ

.....
นาย

นายพรพจน์ แซ่ช่วง
กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สายสวนหลอดเลือดนำทางชนิดนุ่มและยาวพิเศษ
งานเวชภัณฑ์มีโซ่ยา กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซ่ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ เพื่อให้มีเวชภัณฑ์มีโซ่ยา เพียงพอต่อการให้บริการ และเพื่อใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซ่ยา มีคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และมีแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อเป็นไปในแนวทางเดียวกันดังนั้น ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซ่ยาดังกล่าว

สายสวนหลอดเลือดนำทางชนิดนุ่มและยาวพิเศษ

จำนวนประมาณการจะซื้อ ๘๐ เส้น

๒. วัตถุประสงค์

ใช้เป็นสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อนำสายสวนขนาดเล็ก, วัสดุอุด, ท่อค้ำยันขนาดเล็ก (Intracranial stent) หรืออุปกรณ์ในการลากลิ้มเลือดของหลอดเลือดสมอง เพื่อรักษาโรคของหลอดเลือดสมองตามข้อบ่งชี้เดียวกับสายสวนหลอดเลือดเพื่อการรักษา (Intervention Vascular Guiding Catheter) สามารถใช้ในกรณีเป็นผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดโค้งงอมาก

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

.....
จรรยาพร

นายวรรณพจน์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ

.....
จรรยาพร

นางสาวณัฐมล หอบุดร
กรรมการ

.....
จรรยาพร

นายนพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.รายละเอียดคุณลักษณะของเวชภัณฑ์มีใยยาที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑.๑ เป็นสายสวนหลอดเลือดตัวนำชนิดพิเศษที่มีความแข็งแรง ขนาดเล็ก แต่นุ่มและสั้นกว่าสายสวนหลอดเลือดเพื่อการรักษา (Interventional Vascular Guiding Catheter) มีความยาว ๑๑๕ เซนติเมตร

๔.๑.๒ โดยสามารถวางได้ใกล้ตำแหน่งรอยโรคของหลอดเลือดในสมอง จะช่วยให้อุปกรณ์อื่นๆ ในการรักษามีความแม่นยำและสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด

๔.๑.๓ มีคุณสมบัติเคลือบ Hydrophilic coating ถึงส่วนปลายสายสวนหลอดเลือดตัวนำเพื่อให้มีความลื่นที่จะสามารถนำไปในหลอดเลือดได้ง่าย

๔.๑.๔ ส่วนปลายปลายสายสวนหลอดเลือดตัวนำทำด้วย Nitinol (Radio-opaque) โปร่งแสง แต่ไม่โปร่งใส เป็นส่วนที่บัสแสงรังสีเอ็กซ์ สามารถเห็นได้ชัดเจนผ่านภาพคอมพิวเตอร์ Digital Subtraction Angiography (D.S.A.) ขณะทำการรักษา

๔.๑.๕ ส่วนปลายสุดอ่อนนุ่ม ๘ เซนติเมตร ผ่านเส้นโค้งของหลอดเลือด carotid syphon หรือขึ้นไปถึง basilar artery

๔.๑.๖ สายสวนหลอดเลือดนำทางชนิดนุ่มและยาวพิเศษ มีความแตกต่าง ดังนี้

- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกของปลายสายสวนหลอดเลือดตัวนำ (Distal O.D.) ๔.๙ F (เฟรนช์) หรือ ๑.๖๓ มิลลิเมตร และ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกของปลายสายสวนหลอดเลือดตัวนำ ด้านที่ใกล้แพทย์ผู้รักษา (Proximal O.D.) ๖.๐ F (เฟรนช์) หรือ ๒ มิลลิเมตร

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของปลายสายสวนหลอดเลือดตัวนำ ๑.๔๖ มิลลิเมตร (๐.๕๘”) หรือ ๔.๔ F (เฟรนช์)

นายวรรณพจน์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ

นางสาวณัฐม หอบุตร
กรรมการ

นายนพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

๔.๑.๗ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกของปลายสายสวนหลอดเลือดตัวนำ (Distal O.D.) ๖.๐ F (เฟรนช์) หรือ ๒ มิลลิเมตร และ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกของปลายสายสวนหลอดเลือดตัวนำ ด้านที่ใกล้ แพทย์ผู้รักษา (Proximal O.D.) ๖.๐ F (เฟรนช์)

๔.๑.๘ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของปลายสายสวนหลอดเลือดตัวนำ ๑.๗๘ มิลลิเมตร (๐.๗๐")

๔.๑.๙ เป็นสายสวนหลอดเลือดตัวนำชนิดพิเศษที่มีความแข็งแรง แต่นุ่มและยาวกว่าสายสวนหลอดเลือดเพื่อการรักษา (Interventional Vascular Guiding Catheter) มีความยาวไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ cm. โดยสามารถวางได้ใกล้ตำแหน่งรอยโรคของหลอดเลือดในสมอง มากกว่าสายสวนหลอดเลือดเพื่อการรักษา จะช่วยให้อุปกรณ์อื่นๆในการรักษามีความแม่นยำและสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด

๔.๑.๑๐ เป็นสายสวนหลอดเลือดตัวนำชนิดพิเศษใช้เป็นช่องทางการนำสายสวนขนาดเล็ก, วัสดุอุด, ท่อค้ำยันขนาดเล็ก (Intracranial stent) หรืออุปกรณ์ในการลากลิ้มเลือดของหลอดเลือดสมอง เพื่อรักษาโรคของหลอดเลือดสมองตามข้อบ่งชี้เดียวกับสายสวนหลอดเลือดเพื่อการรักษา (Interventional Vascular Guiding Catheter) มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ในกรณีเป็นผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดโค้งงอมากได้ดี

๔.๒ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๒.๑ ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาประเทศไทยและไม่หมดอายุ โดยยื่นเอกสารแนบพร้อมในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๒ ต้องมีหนังสือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยยื่นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๓ ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ โดยยื่นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๔ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี หากสินค้ามีการหมดอายุจะมีการเปลี่ยนคืน ก่อนหมดอายุ ๑ ปี

๔.๒.๕ บรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีสภาพชำรุด เสียหายหรือฉีกขาด เมื่อส่งมอบให้โรงพยาบาล

๔.๒.๖ มีอายุการใช้งาน ๑ ปีขึ้นไป ในวันส่งของและเป็นสินค้าใหม่

๔.๒.๗ บรรจุห่อละ ๑ ชิ้น และทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

๔.๒.๘ มีมาตรฐานของคลังเก็บสินค้า และการจัดส่งสินค้า

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นับถัดจากวันนัดทำสัญญาจะซื้อจะขายฯ และส่งมอบตามใบสั่งซื้อแต่ละคราวภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาจากราคารวม โดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๑๒,๑๒๗,๒๙๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

.....
นายวรรณพจน์ แทนชัยกุล

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

.....
นางสาวณฤมล หอบุตร

กรรมการ
กรรมการ

.....
นายอนุคุณ แซ่อ่อง

กรรมการ
กรรมการ

๘. เงื่อนไขงานและการเบิกจ่ายเงิน


ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับสั่งซื้อ ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๓๐ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)


ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของครบ โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุด บกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น



นายวรรณพจน์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ



นางสาวนฤมล หอบุตร
กรรมการ



นายนพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวซ้ำ
งานเวชภัณฑ์มีโซยา กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ เพื่อให้มีเวชภัณฑ์มีโซยา เพียงพอต่อการให้บริการ และเพื่อใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา มีคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และมีแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อเป็นไปในแนวทางเดียวกันดั่งนั้น ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยาดังกล่าว

วัสดุอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวซ้ำ

จำนวนประมาณการจะซื้อ ๕๐ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์

วัสดุอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวซ้ำ เพื่อรักษา โรคหลอดเลือดผิดปกติของหลอดเลือดสมอง ศีรษะ ใบหน้า และลำคอ (Brain AVM , Head & Neck AVM) ชนิดที่ไม่มีรอยต่อโดยตรงขนาดใหญ่ระหว่างหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ (Direct Arterovenous Fistula) โดยการใช้สายสวนฉีดวัสดุอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวซ้ำ เพื่อไปยังตำแหน่งของรอยโรค

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ


๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว


๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้



นายวรรณพงษ์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ



นางสาวนฤมล หอบุดร
กรรมการ



นายณพคุณ แซ่ซ่ง
กรรมการ

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.รายละเอียดคุณลักษณะของเวชภัณฑ์มีโซยาที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑.๑ วัสดุฉีดอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลว (Non-Adhesive Liquid Embolic Agent) ในชุดประกอบด้วย Ethylene Vinyl Alcohol copolymers (EVOH) และ Dimethylsulfoxide (DMSO) มีคุณสมบัติแข็งตัวช้า และควบคุมการกระจายตัวได้ ใช้ฉีดผ่านสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กที่มีความจำเพาะ (DMSO compatible delivery microcatheter) เพื่อไปยังตำแหน่งของรอยโรค


๔.๑.๒ วัสดุฉีดอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลว SQUID ประกอบด้วย Ethylene Vinyl Alcohol copolymers (EVOH) ที่ใช้กระบวนการผลิตเฉพาะเจาะจงเพื่อลดขนาดเม็ดผงแทนทาลัม (Tantalum) ทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน มีคุณประโยชน์ดังนี้


- เห็นภาพโปร่งแสง แต่ไม่โปร่งใส เป็นส่วนที่บดแสงรังสีเอ็กซ์ สามารถเห็นได้ชัดเจนผ่านภาพคอมพิวเตอร์ Digital Subtraction Angiography (D.S.A.) ขณะทำการรักษา ได้ชัดเจนมากขึ้น


- ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาในเวลามากขึ้น
- สามารถใช้เวลาในการฉีดได้มากขึ้น

๔.๑.๓ ในหนึ่งชุด วัสดุอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้า

- ขนาด ๑.๕ มิลลิลิตร ๑ ขวด
- Dimethylsulfoxide (DMSO) ขนาด ๑.๕ มิลลิลิตร ๑ ขวด
- กระจกฉีดยาสำหรับ ใช้กับ Dimethylsulfoxide (DMSO) ๑ อัน
- กระจกฉีดยาสำหรับ ใช้กับ วัสดุอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้า ๑ อัน


.....
นายวรรณพจน์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ


.....
นางสาวณมล หอบุดตร
กรรมการ


.....
นายณพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

๔.๑.๔ วัสดุอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้า มีความเข้มข้นและความหนืด แตกต่างกันดังนี้

- ๑๘ มีความหนืด (Viscosity) ๑๘ เซนติพอยส์ (Centipoise: CP)

- ๑๘ LD มีความหนืด (Viscosity) ๑๘ เซนติพอยส์ (Centipoise: CP) ซึ่งมีความหนาแน่น น้อยกว่า SQUID ๑๘ ประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์

- ๑๒ มีความหนืด (Viscosity) ๑๒ เซนติพอยส์ (Centipoise: CP)

- ๑๒ LD มีความหนืด (Viscosity) ๑๒ เซนติพอยส์ (Centipoise: CP) ซึ่งมีความหนาแน่น น้อยกว่า SQUID ๑๒ ประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์

๔.๑.๕ วัสดุฉีดอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลว (Non-Adhesive Liquid Embolic Agent) ในชุดประกอบด้วย Ethylene Vinyl Alcohol copolymers (EVOH) และ Dimethyl Sulfoxide (DMSO) มีคุณสมบัติแข็งตัวช้า และควบคุมการกระจายตัวได้ ใช้ฉีดผ่านสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กที่มีความจำเพาะ ใช้กับสารละลาย (DMSO compatible delivery microcatheter) ได้เท่านั้น เพื่อฉีด วัสดุฉีดอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลว ไปยังตำแหน่งของรอยโรคเพื่อรักษา โรคหลอดเลือดผิดปกติของหลอดเลือดสมอง ศีรษะ ใบหน้าและลำคอ (Brain AVM , Head & Neck AVM) ชนิดที่ไม่มีรอยต่อโดยตรงขนาดใหญ่ระหว่างหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ (Direct Arterovenous Fistula)

๔.๒ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๒.๑ ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาประเทศไทยและไม่หมดอายุ โดยยื่นเอกสารแนบพร้อมในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๒ ต้องมีหนังสือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยยื่นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๓ ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ โดยยื่นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๔ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี หากสินค้ามีการหมดอายุจะมีการเปลี่ยนคืน ก่อนหมดอายุ ๑ ปี

๔.๒.๕ บรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีสภาพชำรุด เสียหายหรือฉีกขาด เมื่อส่งมอบให้โรงพยาบาล

๔.๒.๖ มีอายุการใช้งาน ๑ ปีขึ้นไป ในวันส่งของและเป็นสินค้าใหม่

๔.๒.๗ บรรจุห่อละ ๑ ชิ้น และทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

๔.๒.๘ มีมาตรฐานของคลังเก็บสินค้า และการจัดส่งสินค้า

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ


กำหนดระยะเวลาการดำเนินการภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๑ นับถัดจากวันนัดทำสัญญาจะซื้อจะขายฯ และส่งมอบตามใบสั่งซื้อแต่ละคราวภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาจากราคารวม โดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร


ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๑๒,๑๒๗,๒๙๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)



นายวรรณพจน์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ



นางสาวนฤมล หอบุดร
กรรมการ



นายณพคุณ แชน้อง
กรรมการ

๘. งดงานและการเบิกจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับสั่งซื้อ ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๓๐ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของครบ โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุด บกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

.....
วรวรรณพงษ์

นายวรวรรณพงษ์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ

.....
นางสาวนฤมล หอบบุตร

นางสาวนฤมล หอบบุตร
กรรมการ

.....
นายมงคล คุ้มอ่อง

นายมงคล คุ้มอ่อง
กรรมการ

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี คำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วน หน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้าราย อื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของ ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมี คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง


๔.รายละเอียดคุณลักษณะของเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่จะดำเนินการจัดซื้อ


๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะ


๔.๑.๑ ขนาด ๑.๒ FM เป็น Microcatheters ที่มีส่วนประกอบที่เป็น PURSIL เป็นพอลิเมอร์ที่มีความ ยืดหยุ่นสูงและมีความสามารถในการเข้ากันได้ทางชีวภาพที่พิสูจน์แล้ว ได้รับประโยชน์จากทั้งยางซิลิโคนและยูรีเทน polyether และมีความเสถียรในการสวนหลอดเลือด

๔.๑.๒ ความยาวจำเพาะส่วน ขนาด ๑.๒ FM มีส่วนปลายสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษ TURQUOISE PURSIL มีเส้นผ่านศูนย์กลางของปลายสายสวนขนาด ๑.๒ F (เฟรนช์) มีความยาวจำเพาะส่วนนี้ ๓ เซนติเมตร

๔.๑.๓ ความยาวจำเพาะส่วน ๑.๒ FM มีส่วนประกอบสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษ WHITE PURSIL มีเส้นผ่านศูนย์กลางของสายสวนในส่วนนี้ขนาด ๑.๘ F (เฟรนช์) มีความยาวจำเพาะส่วนนี้ ๑๒ เซนติเมตร


.....
นายวรรณพจน์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ


.....
นางสาวนฤมล หอบุดร
กรรมการ


.....
นายณพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

๔.๑.๔ สายสวนหลอดเลือดสำหรับรักษาโรคเส้นเลือดอุดตันในสมองโดยการดูดทวาร สายสวนเคลื่อนไปตามกระแสเลือด ปลายสายมีขนาด ๑.๒F สายสวนหลอดเลือดมีขนาด รัศมี และ ความยาวเหมาะสมกับหลอดเลือด

๔.๑.๕ มีความอ่อนนุ่ม สามารถใช้ได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อหลอดเลือด ความดันสูงสุด ที่ใช้ได้ ๗bar (๑๐๐psi) หรือ กระบอกฉีดขนาด ๒.๕ cc สายสวนหลอดเลือดใช้สำหรับรักษาโรคเส้นเลือดอุดตันในสมองโดยการดูดทวาร กรณีการไหลของกระแสเลือดที่มีความดันเลือดปกติ ขนาดความยาวรวมทั้งเส้น ๑๖๕ เซนติเมตร

๔.๒ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๒.๑ ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาประเทศไทยและไม่หมดอายุ โดยยื่นเอกสารแนบพร้อมในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๒ ต้องมีหนังสือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยยื่นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๓ ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ โดยยื่นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๔ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี หากสินค้ามีการหมดอายุจะมีการเปลี่ยนคืน ก่อนหมดอายุ ๑ ปี

๔.๒.๕ บรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีสภาพชำรุด เสียหายหรือฉีกขาด เมื่อส่งมอบให้โรงพยาบาล

๔.๒.๖ มีอายุการใช้งาน ๑ ปีขึ้นไป ในวันส่งของและเป็นสินค้าใหม่

๔.๒.๗ บรรจุห่อละ ๑ ชิ้น และทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

๔.๒.๘ มีมาตรฐานของคลังเก็บสินค้า และการจัดส่งสินค้า

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดระยะเวลาการดำเนินการภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๑ นับถัดจากวันนัดทำสัญญาจะซื้อจะขายฯ และส่งมอบตามใบสั่งซื้อแต่ละคราวภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาจากราคารวม โดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๑๒,๑๒๗,๒๙๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๘. งานตรวจและการเบิกจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับสั่งซื้อ ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๓๐ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

วรวรรณพงษ์

นายวรวรรณพงษ์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ

ทพญ

นางสาวณฤมล หอบุดร
กรรมการ

นพคุณ

นายณพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของครบ โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญาเกิดชำรุด บกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

.....
วรวรรณพงษ์

นายวรวรรณพงษ์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ

.....
นง

นางสาวนฤมล หอบุตร
กรรมการ

.....
นพคุณ

นายนพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษ
งานเวชภัณฑ์มีโซยา กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ เพื่อให้มีเวชภัณฑ์มีโซยา เพียงพอต่อการให้บริการ และเพื่อใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา มีคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และมีแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อเป็นไปในแนวทางเดียวกันดั่งนั้น ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยาดังกล่าว

สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษ

จำนวนประมาณการจะซื้อ ๒๐ เส้น

๒. วัตถุประสงค์

สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษ ใช้เพื่อเป็นทางนำวัสดุอุด หรือยาให้เข้าถึงตำแหน่งของรอยโรค ได้โดยตรงสำหรับการรักษาโรคดังต่อไปนี้

- หลอดเลือดรั่วหรือฉีกขาดซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุ หรือโรคของผนังหลอดเลือดเองเพื่อทดแทนการผ่าตัด ซึ่งเป็นการรักษาที่จำเพาะกับหลอดเลือดที่รอยโรคโดยตรง โดยการนำวัสดุอุดที่เหมาะสมกับขนาดและตำแหน่งของการฉีกขาดผ่านทางสายสวนหลอดเลือดไปยังตำแหน่งนั้นๆ
- โรคหลอดเลือดแดงเชื่อมต่อกับหลอดเลือดดำอย่างผิดปกติ โดยการนำวัสดุอุดที่เหมาะสมผ่านเข้าไปในตำแหน่งของหลอดเลือดที่ผิดปกติโดยตรงเป็นวิธีการรักษาที่จำเพาะ หรือใช้ร่วมกับการผ่าตัด หรือการฉายแสงรักษา (Radiosurgery) ขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของรอยโรคนั้นๆ
- เพื่ออุดหลอดเลือดก่อนการผ่าตัด (Preoperative embolization) โดยการนำวัสดุอุดกั้นที่เหมาะสมกับขนาดของหลอดเลือดผ่านทางสายสวนหลอดเลือดเข้าไปอุดหลอดเลือดที่มาเลี้ยงก้อนเนื้องอกนั้นๆ โดยควรอุดหลอดเลือดก่อนการผ่าตัดไม่น้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์
- เพื่ออุดหลอดเลือดหรือการฉีดสารเคมีบำบัดผ่านหลอดเลือดที่มาเลี้ยงเนื้องอกบางชนิดให้มีขนาดเล็กลง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

.....
วรรณพงษ์

นายวรรณพงษ์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ

.....
กมล

นางสาวกมล หอบุดร
กรรมการ

.....
พคุณ

นายพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี คำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วน หน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้ำหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ำราย อื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลักกิจการร่วมค้ำนั้นต้องใช้ผลงานของ ผู้เข้าร่วมค้ำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องมี คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.รายละเอียดคุณลักษณะของเวชภัณฑ์มีใช้ยาที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑.๑ สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา Magic เป็น Microcatheters ที่มี ส่วนประกอบที่เป็น PURSIL เป็นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีความสามารถในการเข้ากันได้ทางชีวภาพที่ดีที่สุด แล้ว ได้รับประโยชน์จากทั้งยางซิลิโคนและยูรีเทน polyether และมีความเสถียรในการสวนหลอดเลือด

๔.๑.๒ มีขนาดของสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กแตกต่างกันดังนี้

- สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็ก ขนาด ๑.๕F มีส่วนประกอบสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาว พิเศษ WHITE PURSIL มีเส้นผ่านศูนย์กลางของปลายสายสวนในส่วนนี้ขนาด ๑.๕ F (เฟรนซ์) มีความยาวจำเพาะส่วนนี้ ๑๕ เซนติเมตร มีความยาวรวมทั้งเส้น ๑๖๐ เซนติเมตร

วรวรรณ

นายวรวรรณพจน์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ

ทพญ

นางสาวณฤมล หอบุตร
กรรมการ

ทพญ

นายสมพงศ์ แซ่อ่อง
กรรมการ

- ความยาวจำเพาะส่วน มีส่วนประกอบปลายสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษ WHITE PURSIL มีเส้นผ่านศูนย์กลางของสายสวนในส่วนนี้ขนาด ๑.๘ F (เฟรนซ์) มีความยาวจำเพาะส่วนนี้ ๒๐ เซนติเมตร มีความยาวรวมทั้งเส้น ๑๖๕ เซนติเมตร

- ความยาวจำเพาะส่วน MAGICMP มีส่วนประกอบปลายสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็ก และยาวพิเศษ WHITE PURSIL มีเส้นผ่านศูนย์กลางของสายสวนในส่วนนี้ขนาด ๑.๘ F (เฟรนซ์) มีความยาวจำเพาะส่วนนี้ ๑๐ เซนติเมตร มีความยาวรวมทั้งเส้น ๑๕๕ เซนติเมตร

๔.๑.๓ สายสวนหลอดเลือดสำหรับรักษาโรคเส้นเลือดอุดตันในสมองโดยการดูดกาวสายสวนเคลื่อนไปตามกระแสเลือดปลายสายมีขนาด ๑.๕F และ ๑.๘F สายสวนหลอดเลือดมีขนาด รัศมี และ ความยาวเหมาะสมกับหลอดเลือด

๔.๑.๔ มีความอ่อนนุ่ม สามารถใช้ได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อหลอดเลือด ความดันสูงสุด ที่ใช้ได้ ๗bar (๑๐๐psi) หรือ กระบอกฉีดยาขนาด ๒.๕ cc สายสวนหลอดเลือดสำหรับรักษาโรคเส้นเลือดอุดตันในสมองโดยการดูดกาว กรณีการไหลของกระแสเลือดที่มีความดันเลือดปกติ

๔.๒ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๒.๑ ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาประเทศไทยและไม่หมดอายุ โดยยื่นเอกสารแนบพร้อมในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๒ ต้องมีหนังสือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยยื่นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๓ ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ โดยยื่นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๔ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี หากสินค้ามีการหมดอายุจะมีการเปลี่ยนคืน ก่อนหมดอายุ ๑ ปี

๔.๒.๕ บรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีสภาพชำรุด เสียหายหรือฉีกขาด เมื่อส่งมอบให้โรงพยาบาล

๔.๒.๖ มีอายุการใช้งาน ๑ ปีขึ้นไป ในวันส่งของและเป็นสินค้าใหม่

๔.๒.๗ บรรจุห่อละ ๑ ชิ้น และทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

๔.๒.๘ มีมาตรฐานของคลังเก็บสินค้า และการจัดส่งสินค้า

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ


กำหนดระยะเวลาการดำเนินการภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๑ นับถัดจากวันนัดทำสัญญาจะซื้อจะขายฯ และส่งมอบตามใบสั่งซื้อแต่ละคราวภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ


๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ


ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาจากราคารวม โดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๑๒,๑๒๗,๒๙๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)


นายวรรณพจน์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ


นางสาวนวมล หอบุดร
กรรมการ


นายณพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

๘. งวดงานและการเบิกจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับสั่งซื้อ ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๓๐ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของครบ โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุด บกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

.....
อรรถพงษ์

นายวรรณพจน์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ

.....
กมล

นางสาวนฤมล ทอบุตร
กรรมการ

.....
พชกร

นายพชกร แต่เอื้อง
กรรมการ

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.รายละเอียดคุณลักษณะของเวชภัณฑ์มีใช้ยาที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑.๑ ใช้เพื่อป้องกัน Detachable coils เคลื่อนย้อนกลับมาในหลอดเลือดสมอง ในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองชนิดที่มีคอกว้าง หรือ ขนาดใหญ่

๔.๑.๒ ขดลวดค้ำยันสำหรับถ่างขยาย ได้ด้วยตนเองโดย SILK VISTA STENT ออกแบบมาสำหรับการรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในกะโหลกศีรษะ (intracranial aneurysm)

๔.๑.๓ สำหรับปิดหลอดเลือดสมองที่มีการรั่วของผนัง (Dissection) หรือปิดฐาน (Neck) ของหลอดเลือดสมองโป่งพอง (Aneurysm)

๔.๑.๔ SILK VISTA STENT ขดลวดค้ำยันโครงลวดชนิดพิเศษ " flow-diverting stent " เมื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้กาง STENT ถึง ๙๐% ของความยาว (STENT'S LENGTH) แล้วก็ตาม แพทย์ยังสามารถเปลี่ยนตำแหน่งการวาง STENT ได้ สามารถเก็บและทำการวาง STENT ในตำแหน่งใหม่ได้ง่าย

๔.๑.๕ SILK+ เป็นการถักของสายลวด Nitinol และ Platinum ทุกเส้น "sliding cell technology" คือคุณสมบัติพิเศษที่ SLIDING CELLS เป็นเทคโนโลยีการถักสายลวด จะสามารถปรับปรุงวาง STENT มีความยืดหยุ่นในเส้นโค้งได้อย่างดีและแรงเสียดทานน้อยลง แนบไปกับรูปลักษณ์ของผนังหลอดเลือดได้ดีเป็นเนื้อเดียวกัน พื้นผิวของขดลวดค้ำยัน ที่หล่อลื่นมากขึ้น ง่ายต่อการนำผ่านสายสวน เพื่อไปตำแหน่งรอยโรค

๔.๑.๖ สายลวด Nitinol และ Platinum เห็นความยาวของสายลวดถักทอทั้งเส้นอย่างชัดเจน สามารถเห็นได้ชัดเจนมีความเด่นชัดจากภาพ คอมพิวเตอร์ Digital Subtraction Angiography (D.S.A.) ขณะทำการรักษาเพื่อความแม่นยำ และการควบคุมที่ดีในการปล่อยขดลวดในตำแหน่งรอยโรคในการรักษาได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ

.....
วรรณพงษ์

นายวรรณพงษ์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ

.....
จก

นางสาวนฤมล หอบุตร
กรรมการ

.....
จก

นายนพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

๔.๑.๗ มีการออกแบบขนาดขดลวดค้ำยัน (SILK VISTA STENT) เลือกใช้ได้โดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง หลอดเลือด โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวด ๒.๒๕, ๒.๕๐, ๒.๗๕, ๓.๐๐, ๓.๒๕ เป็น flow diverter stents ที่ใช้กับสายสวนขนาดเล็ก ส่วนปลายสายสวนขนาด ID เพียง .๐๑๗" (inches) และ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวด ๓.๕๐, ๓.๗๕, ๔.๐๐, ๔.๒๕, ๔.๕๐, ๔.๗๕ มิลลิเมตร ใช้กับสายสวนขนาดเล็ก ส่วนปลายสายสวนขนาด ID เพียง .๐๒๑" (inches) และมีความยาวของขดลวดค้ำยัน ดังนี้ มีขนาดตั้งแต่ ๑๐, ๑๕, ๒๐, ๒๕, ๓๐, ๔๐ มิลลิเมตร ตามลำดับ

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๔.๒.๑ ใช้โครงลวดถ่างขยาย (Intracranial self-expandable Stents) เพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพอง ในกะโหลกศีรษะ (Intracranial aneurysm) โดยการพันการไหล หรือ เบี่ยงเบนทางไหลของกระแสเลือด เพื่อการรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในสมองที่ยังไม่แตก ซึ่งมีความเสี่ยงของการแตกของหลอดเลือดโป่งพอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๓.๑ ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาประเทศไทยและไม่หมดอายุ โดยยื่นเอกสารแนบพร้อมในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๓.๒ ต้องมีหนังสือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยยื่นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๓.๓ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี หากสินค้ามีการหมดอายุจะมีการเปลี่ยนคืน ก่อนหมดอายุ ๑ ปี

๔.๓.๔ บรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีสภาพชำรุด เสียหายหรือฉีกขาด เมื่อส่งมอบให้โรงพยาบาล

๔.๓.๕ มีอายุการใช้งาน ๑ ปีขึ้นไป ในวันที่ส่งของและเป็นสินค้าใหม่

๔.๓.๖ วัน เดือน ปี ระบุอยู่บนกล่อง และหีบห่อผลิตภัณฑ์

๔.๓.๗ ของบรรจุ ๑ ชิ้น เป็นซองเดี่ยวปลอดเชื้อ ผลิตภัณฑ์บรรจุ ๑ ชิ้น ต่อ ๑ กล่อง

๔.๓.๘ ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO๑๓๔๘๕ โดยยื่นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๓.๙ สามารถแลกเปลี่ยนขนาดและความยาวของอุปกรณ์ตามความต้องการของแพทย์ พิจารณาใช้ในการรักษา

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ


กำหนดระยะเวลาดำเนินการภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๑ นับถัดจากวันนัดทำสัญญาจะซื้อจะขายฯ และส่งมอบตามใบสั่งซื้อแต่ละคราวภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ


๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ


ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาจากราคารวม โดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๑๒,๑๒๗,๒๙๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)


.....
นายวรรณพจน์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ


.....
นางสาวนฤมล หอบุตร
กรรมการ


.....
นายณพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

๘. เงื่อนไขและการเบิกจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับสั่งซื้อ ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๓๐ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖๐ วัน นับจากวันส่งมอบของครบ โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุด บกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

.....
นายวรรณพจน์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ

.....
นางสาวนฤมล หอบุตร
กรรมการ

.....
นายณพคุณ แซ่อึ้ง
กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๐๘๘ Long Sheath (ท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือดชนิดยาวพิเศษ)
งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ เพื่อให้มีเวชภัณฑ์มิใช่ยา เพียงพอต่อการให้บริการ และเพื่อใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา มีคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และมีแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาดังกล่าว

ท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือดชนิดยาวพิเศษ (BALLAST)

จำนวนประมาณการจะซื้อ ๖๐ เส้น

๒. วัตถุประสงค์

เป็นสายสวนนำที่มีขนาดยาวและแข็งแรงกว่าสายสวนนำเข้าหลอดเลือด (Introducer sheath) ที่ใช้แบบปกติ โดยการนำขึ้นไปวางที่รูเปิดของหลอดเลือดที่ต้องการผ่านทางลวดนำ (Guidewire)

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ฅ วันประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

.....
นายวรรณพจน์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ

.....
นางสาวณมล หอบุตร
กรรมการ

.....
นายพนคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.รายละเอียดคุณลักษณะของเวชภัณฑ์มีใยยาที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑.๑ สายสวนนำเข้าหลอดเลือดชนิดยาวพิเศษที่มีโครงสร้างที่ปราศจากข้อต่อเป็นช่องทางนำสายสวนขนาดเล็ก, ท่อค้ำยัน และวัสดุอุดอื่นๆ เข้าไปในหลอดเลือดถึงตำแหน่งรอยโรคได้ดี

๔.๑.๒ เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกสายสวนนำเข้าหลอดเลือดชนิดยาวพิเศษมีขนาดเล็ก ปลายสายสวนอ่อนนุ่มเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ป่วยในระหว่างการทำหัตถการ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในขนาดใหญ่ ๐.๐๘๘ นิ้ว เคลือบสารไฮโดรฟิลิก (hydrophilic coating) ที่ปลายสาย ๒๐ เซนติเมตร ช่วยลดแรงเสียดทานขณะสอดนำผ่านหลอดเลือด ทำให้การใช้งานลื่นไหลมากขึ้น


๔.๑.๓ สายสวนนำเข้าหลอดเลือดชนิดยาวพิเศษความยาวมีขนาด ตั้งแต่ ๘๐, ๙๐, ๑๐๐, ๑๐๕ เพื่อแพทย์สะดวกในการเลือกใช้ กับหัตถการรังสีร่วมรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


๔.๑.๔ สายสวนนำเข้าหลอดเลือดชนิดยาวพิเศษส่วนปลายที่เสริมความแข็งแรงด้วยขดลวดที่ถักเป็นขด ช่วยพยุงส่วนปลายของสายสวน มีความต้านทานต่อการหักงอเพิ่มความมั่นคงและการควบคุมได้ดี


๔.๑.๕ สายสวนนำเข้าหลอดเลือดชนิดยาวพิเศษมี ข้อต่อเชื่อมต่อวาล์วปิดเปิด ใส่ไม่มีสี ทำให้เห็นฟองอากาศได้ทันทีเพื่อช่วยการทำงานของแพทย์ให้สะดวกและมีประสิทธิภาพ

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๔.๒.๑ ปลายสายสวนแบบนุ่มและเรียวเล็ก ปลายสายมีโครงสร้างแบบขดลวดที่นุ่มและมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ช่วยลดการบาดเจ็บต่อผนังหลอดเลือด ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ เป็นสายนำใส่อุปกรณ์สายสวนอื่นๆ เข้าไปในหลอดเลือด โดยจะอำนวยความสะดวก ต่อการทำหัตถการรังสีร่วมรักษา


นายวรรณพงษ์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ


นางสาวนวม หอบุดร
กรรมการ


นายนวม แซ่ซ่ง
กรรมการ

๔.๒.๒ เพื่อช่วยการทำงานของแพทย์ให้สะดวกและมีประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ป่วยในระหว่างการทำหัตถการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้ดี เช่น dilator, introducer sheath, และ haemostasis valve adapter ซึ่งช่วยให้การสอดนำเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

๔.๓ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๓.๑ ผลิตรักษาต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาประเทศไทยและไม่หมดอายุ โดยยื่นเอกสารแนบพร้อมในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๓.๒ ต้องมีหนังสือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยยื่นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๓.๓ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี หากสินค้ามีการหมดอายุจะมีการเปลี่ยนคืน ก่อนหมดอายุ ๑ ปี

๔.๓.๔ บรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีสภาพชำรุด เสียหายหรือฉีกขาด เมื่อส่งมอบให้โรงพยาบาล

๔.๓.๕ มีอายุการใช้งาน ๑ ปีขึ้นไป ในวันที่ส่งของและเป็นสินค้าใหม่

๔.๓.๖ วัน เดือน ปี ระบุอยู่บนกล่อง และหีบห่อผลิตรักษา

๔.๓.๗ ของบรรจุ ๑ ชั้น เป็นซองเดี่ยวปลอดเชื้อ ผลิตรักษาบรรจุ ๑ ชั้น ต่อ ๑ กล่อง

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นับถัดจากวันนัดทำสัญญาจะซื้อจะขายฯ และส่งมอบตามใบสั่งซื้อแต่ละคราวภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาจากราคารวม โดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๑๒,๑๒๗,๒๙๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๘. งานดูงานและการเบิกจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับสั่งซื้อ ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๓๐ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖๐ วัน นับจากวันส่งมอบของครบ โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุด บกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

.....
นายวรรณพจน์ แท่นชัยกุล
ประธานกรรมการ

.....
นางสาวนฤมล หอบุดร
กรรมการ

.....
นายณพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ