

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

เตียงผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือดและทรวงอกชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ร่วมกับงานรื้อถอนและติดตั้งเตียงผ่าตัด
Magnus Hybrid โดยทำการรื้อถอนเตียงผ่าตัดออกมาจากห้องผ่าตัด จำนวน ๑ เครื่อง
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑. **ความเป็นมา** ด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินอุดหนุน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือดและ
ทรวงอกชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ร่วมกับงานรื้อถอนและติดตั้งเตียงผ่าตัด Magnus Hybrid โดยทำการรื้อถอนเตียงผ่าตัดออกมา
จากห้องผ่าตัด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์โรคหัวใจ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. **วัตถุประสงค์** เป็นเตียงผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือดและทรวงอกชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ ควบคุมการทำงานผ่านรีโมท
คอนโทรล (Remote Control) แบบมีสาย พื้นเตียงเป็นวัสดุโปร่งแสงเอกซเรย์ และร่วมกับการรื้อถอนเตียงผ่าตัดชนิดฝังพื้น
(Magnus Hybrid) ออกจากห้องผ่าตัด นำไปติดตั้ง ณ ห้องผ่าตัด Hybrid ใหม่

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีการ

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลง
ระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ายรายอื่นทุกราย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมคำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก
กิจกรรมร่วมกันนั้นต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมคำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมคำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำ
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีกรรมมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมคำ การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วม
คำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมคำ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่า
สุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่
มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงิน
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียก
ชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคล
ธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชี
ธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนาม
ในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่น
ข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือ
รายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงาน
ใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง(กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่น
ข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ เตียงผ้าตัดคัลยกรรมหลอดเลือดและทรวงอกชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ ร่วมกับงานรื้อถอนและติดตั้งเตียงผ้าตัด Magnus Hybrid โดยทำการรื้อถอนเตียงผ้าตัดออกมาจากห้องผ่าตัด จำนวน ๑ เตียง

๔.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑.๑.๑ เป็นเตียงผ้าตัดทำงานด้วยระบบไฟฟ้าจากแบตเตอรี่แบบประจุไฟได้อยู่ภายในฐานเตียง ใช้ไฟฟ้า ขนาด ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ต

๔.๑.๑.๒ เคลื่อนย้ายเตียงได้โดยล้อหมุนทั้ง ๔ ล้อ มีระบบล็อกเตียงโดยการยกล้อขึ้นแล้ววางฐานเตียงลงกับพื้น เพื่อความมั่นคงในการรับน้ำหนักซึ่งควบคุมการล็อกเตียงด้วยรีโมทคอนโทรล

๔.๑.๑.๓ ฝาครอบฐานเตียงและราวข้างเตียงทำด้วยโลหะปลอดสนิมชนิด CrNi Steel หรือ Stainless steel โดยฝาครอบฐานเตียงเป็นแบบแบนราบขึ้นเดียวไม่มีรอยต่อ

๔.๑.๑.๔ พื้นเตียงพร้อมเบาะที่แสงเอกซเรย์สามารถฉายผ่านได้ แบ่งออกได้ ไม่น้อยกว่า ๓ ส่วน

๔.๑.๑.๕ เบาะเป็นชนิดพิเศษที่สามารถป้องกันการกดทับเนื่องจากการทำผ่าตัดระยะเวลานานมีความหนา ๘๐ มิลลิเมตร

๔.๑.๑.๖ มีชุดควบคุมฉุกเฉิน (Override panel) อยู่บริเวณด้านข้างของตอเตียงส่วนบนใช้ในกรณีที่รีโมทคอนโทรลขัดข้อง ซึ่งการปรับฟังก์ชันต่าง ๆ ต้องกดพร้อมกับปุ่มเปิดเสมอ

๔.๑.๑.๗ บริเวณตอเตียงส่วนบนมีสัญลักษณ์ไฟแอลอีดีบอกสถานะการประจุไฟแบตเตอรี่ช่วยให้ทราบถึงการกำลังประจุไฟและการประจุไฟเต็มสมบูรณ์

๔.๑.๑.๘ บริเวณตอเตียงส่วนบนด้านหัวเตียงและด้านปลายเท้ามีช่องสำหรับเสียบรีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย

๔.๑.๑.๙ บริเวณตอเตียงส่วนบนด้านปลายเท้ามีช่องสำหรับเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการ SERVICE ตรวจเช็คระบบภายใน

๔.๑.๑.๑๐ ส่วนรองรับขาเป็นแบบขาขึ้นเดียวและถอดออกจากตัวเตียงได้

๔.๑.๑.๑๑ สามารถตั้งล็อกไม่ให้มีการปรับเตียงชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยระหว่างผ่าตัดด้วยรีโมทคอนโทรล

๔.๑.๑.๑๒ เตียงผ้าตัดสามารถรองรับกับชุดต่อแผ่นหลังแบบคาร์บอนไฟเบอร์ที่สามารถเอกซเรย์แบบ ๓D ได้ ๓๖๐ องศา โดย

๔.๑.๑.๑๒.๑ ชุดต่อแผ่นหลังทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon-Fiber) มีขนาดกว้าง ๕๒๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ มิลลิเมตร

๔.๑.๑.๑๒.๒ เมื่อต่อเข้ากับเตียงผ้าตัดสามารถเอกซเรย์แบบ ๓D ได้ ๓๖๐ องศาในระยะไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร

๔.๑.๑.๑๓ เตียงสามารถรับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ กิโลกรัม

๔.๑.๑.๑๔ รีโมทคอนโทรลสามารถทำงานได้อย่างน้อย ดังนี้

๔.๑.๑.๑๔.๑ มีหน้าจอแสดงตัวเลขของศาและรูปภาพขณะทำการปรับท่าต่าง ๆ

๔.๑.๑.๑๔.๒ มีปุ่มปรับล็อก-ปลดล็อกเตียง

๔.๑.๑.๑๔.๓ มีปุ่มสำหรับปรับเตียงกลับสู่แนวระนาบ (Level)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

- ๔.๑.๑.๑๔.๔ สามารถบันทึกการจัดท่า (Memory position) ได้ ๑๐ ท่าทาง
๔.๑.๑.๑๔.๕ สามารถแสดงข้อความเตือนต่าง ๆ ได้ (Notifications)
๔.๑.๑.๑๔.๖ สามารถกดเปิดหรือปิดการทำงานได้ที่รีโมทคอนโทรลโดยไม่ต้องกด
ปุ่มเปิดหรือปิดที่ตัวเตียง และรีโมทคอนโทรลสามารถปิดการทำงานเองได้โดยอัตโนมัติ

๔.๑.๑.๑๕ การปรับท่าโดยรีโมทคอนโทรลทำได้ดังนี้

- ๔.๑.๑.๑๕.๑ ปรับระดับสูงสุดได้ ๑,๐๕๐ มิลลิเมตร (ไม่รวมเบาะ)
๔.๑.๑.๑๕.๒ ปรับระดับต่ำสุดได้ต่ำกว่า ๖๒๐ มิลลิเมตร (ไม่รวมเบาะ)
๔.๑.๑.๑๕.๓ ปรับศีรษะต่ำ (Trendelenburg) ได้ ๒๕ องศา
๔.๑.๑.๑๕.๔ ปรับเท้าต่ำ (Reverse Trendelenburg) ได้ ๓๕ องศา
๔.๑.๑.๑๕.๕ ปรับเอียงซ้าย-ขวา (Lateral Tilt) ได้ ๒๐ องศา
๔.๑.๑.๑๕.๖ ปรับส่วนรองรับแผ่นหลังขึ้น (Back Up) ได้ ๗๐ องศา
๔.๑.๑.๑๕.๗ ปรับส่วนรองรับแผ่นหลังลง (Back Down) ได้ ๔๐ องศา
๔.๑.๑.๑๕.๘ ปรับส่วนรองรับขาขึ้น (Leg UP) ได้ ๘๐ องศา
๔.๑.๑.๑๕.๙ ปรับส่วนรองรับขาลง (Leg Down) ได้ ๙๐ องศา
๔.๑.๑.๑๕.๑๐ ปรับสไลด์พื้นเตียงในแนวระนาบ (Longitudinal Shift) ได้ ๓๑๐ มิลลิเมตร
๔.๑.๑.๑๕.๑๑ ปรับการทำงานของเตียงได้ทั้งแบบ Normal Mode และ Reverse Mode

๔.๑.๒ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | |
|--|--------------|
| ๔.๑.๒.๑ ที่รองรับแขนพร้อมที่ยึดจับ (Arm Board with clamp) | จำนวน ๒ ชิ้น |
| ๔.๑.๒.๒ สายรัดตัว (Body Strap) | จำนวน ๒ ชิ้น |
| ๔.๑.๒.๓ ฉากกันวิสัญญี (Anesthesia screen) | จำนวน ๑ ชิ้น |
| ๔.๑.๒.๔ ที่ยึดจับอุปกรณ์ (Radial setting clamp) | จำนวน ๒ ชิ้น |
| ๔.๑.๒.๕ ชุดต่อขยายแผ่นหลังแบบคาร์บอนไฟเบอร์
(Carbon fiber back plate) | จำนวน ๑ ชิ้น |
| ๔.๑.๒.๖ ชุดต่อสำหรับที่ยึดอุปกรณ์ (Accessory adapter) | จำนวน ๑ ชิ้น |

๔.๑.๓ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑.๓.๑ มีหลักฐานการนำเข้าและการรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ออกโดยองค์การ
อาหารและยาประเทศไทย ยื่นในวันเสนอราคา

๔.๑.๓.๒ มีช่างบำรุงรักษา ซ่อมแซม ที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตและมีใบรับรองการ
ผ่านการอบรมอย่างน้อย ๑ คน ยื่นในวันเสนอราคา

๔.๑.๓.๓ บริษัทผู้จำหน่าย จะต้องจัดอบรมการใช้เครื่องมือแพทย์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
และอบรมการซ่อม/บำรุงรักษา/การสอบเทียบ ให้แก่ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๔.๑.๓.๔ มีการบำรุงรักษาตรวจสอบสภาพทุก ๔ เดือน ในระยะรับประกัน ตลอดระยะเวลา
รับประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมจัดส่งรายงานให้แผนกที่ใช้เครื่องมือและศูนย์เครื่องมือแพทย์ของ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

๔.๑.๓.๕ มีการสอบเทียบเครื่องมือปีละ ๑ ครั้ง ตลอดอายุรับประกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๔.๑.๓.๖ มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างน้อย ๒ เล่ม

๔.๑.๓.๗ บริษัทผู้ขายจะต้องแสดงรายละเอียดและลงหมายเลขข้อในแคตตาล็อกให้ตรงตามรายละเอียด คุณสมบัติที่ทางราชการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๑.๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารยืนยันการสำรองอะไหล่อย่างน้อย ๕ ปี จากโรงงานผู้ผลิต โดยยื่นเอกสารในวันเสนอราคา

๔.๑.๓.๙ เป็นสินค้าใหม่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน หรือผ่านการสาธิตมาก่อน

๔.๑.๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารการได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศ โดยยื่นเอกสารในวันเสนอราคา

๔.๑.๓.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองคุณภาพ ISO ๑๓๔๘๕ โดยยื่นในวันเสนอราคา

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ด้วยเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์โรคหัวใจ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วงเงินงบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยส่งมอบงานจำนวน ๑ งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับแล้ว ปรากฏว่า ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้จะขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๒ ปี นับถัดจากวันรับมอบสินค้าครบเป็นต้นไป ในระยะรับประกัน หากเกิดขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไข ๓ ครั้งแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใด ๆ ภายใน ๓๐ วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ