

รายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน ๓๕ เครื่อง

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อบำรุงรักษาชุดกล้องส่องตรวจพร้อมอุปกรณ์ให้อยู่ในสถานะที่พร้อมใช้ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานของเครื่อง

๑.๒ เพื่อการซ่อมแซมเครื่องตามรายการข้างต้นในกรณีที่ชำรุด พร้อมทั้งลดความเสี่ยงในการจัดการงบประมาณด้านค่าจ้างและค่าอะไหล่ เพื่อเตรียมความพร้อมใช้งานของเครื่องตลอดและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้เวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย


๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ามายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้าค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้าทุกรายจะต้องคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงการการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้งและหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ามายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือสำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(ลงชื่อ).....กรรมการ

๓. ข้อกำหนดการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน ๓๕ เครื่อง

รายละเอียดอุปกรณ์สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมชุดกล้องส่องตรวจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๗ เครื่อง (แบบรวมอะไหล่) ดังต่อไปนี้

๑. กล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารระบบวิดีโอทัศน รุ่น GIF-H๑๘๐
จำนวน ๑ เครื่อง
๒. กล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารระบบวิดีโอทัศน รุ่น GIF-H๑๘๐J
จำนวน ๒ เครื่อง
๓. กล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารระบบวิดีโอทัศน รุ่น GIF-XP๑๗๐N
จำนวน ๑ เครื่อง
๔. กล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารระบบวิดีโอทัศน รุ่น GIF-HQ๑๙๐
จำนวน ๑ เครื่อง
๕. กล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารระบบวิดีโอทัศน รุ่น GIF-๑TH๑๙๐
จำนวน ๑ เครื่อง
๖. กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ระบบวิดีโอทัศน รุ่น CF-HQ๑๙๐L จำนวน ๑ เครื่อง
๗. กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ระบบวิดีโอทัศน รุ่น PCF-H๑๙๐DL จำนวน ๑ เครื่อง
๘. กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ระบบวิดีโอทัศน รุ่น PCF-Q๑๘๐AL จำนวน ๑ เครื่อง
๙. กล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีระบบวิดีโอทัศน รุ่น TJF-Q๑๘๐V จำนวน ๒ เครื่อง
๑๐. เครื่องประมวลผลภาพ รุ่น CV-๑๙๐ จำนวน ๔ เครื่อง
๑๑. เครื่องกำเนิดแสง รุ่น CLV-๑๙๐ จำนวน ๔ เครื่อง
๑๒. เครื่องจ่ายน้ำ รุ่น OFP-๒ จำนวน ๓ เครื่อง
๑๓. กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวิดีโอทัศน รุ่น BF-๑T๑๕๐ จำนวน ๒ เครื่อง
๑๔. กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวิดีโอทัศน รุ่น BF-P๑๘๐ จำนวน ๑ เครื่อง
๑๕. กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวิดีโอทัศน รุ่น BF-๑T๑๘๐ จำนวน ๑ เครื่อง
๑๖. กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบอัลตราซาวด์ รุ่น BF-UC๑๘๐F จำนวน ๑ เครื่อง
๑๗. กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวิดีโอทัศน รุ่น BF-H๒๙๐ จำนวน ๑ เครื่อง
๑๘. กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวิดีโอทัศน รุ่น BF-F๒๖๐ จำนวน ๑ เครื่อง
๑๙. กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบอัลตราซาวด์ รุ่น BF-UC๒๖๐FW จำนวน ๑ เครื่อง
๒๐. เครื่องประมวลผลภาพ รุ่น CV-๑๗๐ จำนวน ๑ เครื่อง
๒๑. เครื่องประมวลผลภาพ รุ่น CV-๒๙๐SL จำนวน ๑ เครื่อง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

- ๒๒. เครื่องกำเนิดแสง รุ่น CLV-๒๙๐SL จำนวน ๑ เครื่อง
- ๒๓. เครื่องกำเนิดสัญญาณอัลตราซาวด์ รุ่น EU-ME๒ จำนวน ๑ เครื่อง
- ๒๔. เครื่องควบคุมหัวตรวจอัลตราซาวด์ รุ่น MAJ-๑๗๒๐ จำนวน ๑ เครื่อง
- ๒๕. เครื่องล้างกล้องอัลตราซาวด์ รุ่น OER-AW จำนวน ๑ เครื่อง
- ๒๖. เครื่องล้างกล้องอัลตราซาวด์ รุ่น OER-๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๓.๑ ผู้ให้บริการต้องให้บริการตรวจสอบการทำงาน และบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) และต้องส่งรายงานโดยละเอียดทุกครั้งหลังการตรวจสอบ โดยรายการที่ตรวจสอบมีดังนี้

๓.๑.๑ กล้องส่องตรวจ ผู้ให้บริการจะบำรุงรักษาอุปกรณ์ เป็นประจำทุกๆ ๓ เดือน รวม ๔ ครั้งต่อปี
ดังนี้

- ๓.๑.๑.๑. ตรวจสอบค่าการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า (Current Leakage Test) ๒ ครั้ง/ปี
- ๓.๑.๑.๒. ทดสอบการรั่วซึม (Leakage Testing) ของเครื่องมือ
- ๓.๑.๑.๓. ตรวจสอบสภาพ และการทำงานบริเวณปลายกล้อง (Distal end)
 - ตรวจสอบสภาพของเลนส์รับภาพ (CCD Lens) และเลนส์นำแสง (LG Lens)
 - ตรวจสอบสภาพและการทำงานของหัวฉีดน้ำ/ลม (Nozzle)
 - ตรวจสอบสภาพของปากท่อใส่อุปกรณ์ (Channel)
 - ตรวจสอบสภาพของพลาสติกหุ้มปลายกล้อง (C-Cover)
- ๓.๑.๑.๔. ตรวจสอบสภาพภายนอกของอุปกรณ์ (Appearance)
 - ตรวจสอบสภาพและการทำงานของส่วนเชื่อมต่อสัญญาณภาพ (Scope Connector)
 - ตรวจสอบสภาพและการทำงานของขั้วไฟฟ้า (Electrical Connector)
 - ตรวจสอบสภาพและการทำงานของท่อใส่อุปกรณ์ (Forceps Channel)
 - ตรวจสอบสภาพและการทำงานของท่อน้ำ/ลม (Air/Water Cylinder)
 - ตรวจสอบสภาพและการทำงานของท่อดูด (Suction Cylinder)
 - ตรวจสอบสภาพของสายส่องตรวจและสายรวมสัญญาณภาพ (Insertion tube/Universal

Cord)

- ตรวจสอบสภาพและการทำงานของยางหุ้มปลายกล้อง (A-Rubber)
- ตรวจสอบสภาพและการทำงานของส่วนควบคุมกล้อง (Control Body)
- ตรวจสอบสภาพและการทำงานของลูกบิดปรับมุม (Control Knob)
- ตรวจสอบสภาพและการทำงานของสวิตช์ (Remote Switch)
- ตรวจสอบระยะเวลาในการใช้งานของเครื่อง (Usage Times)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

๓.๑.๑.๕. ตรวจสอบสภาพ การทำงานและการแสดงผลของฟังก์ชัน

- ตรวจสอบการแสดงผลของสัญญาณภาพ (Image)
- ตรวจสอบการแสดงผลของระบบเอ็นบีไอ (Narrow Band Imaging)
- ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานของไฟเบอร์นำแสง (LG Bundle Breakage)

๓.๑.๑.๖. ตรวจสอบสภาพ และการทำงานของฟังก์ชันเสริม

- ทดสอบการหมุน บน/ล่าง (U/D) , ซ้าย/ขวา (L/R) ตามค่ามาตรฐาน
- ตรวจสอบสภาพและการทำงานของส่วนปรับความแข็งอ่อนของสายส่องตรวจ (Variable

Stiffness)

- ตรวจสอบสภาพและการทำงานของท่อฉีดน้ำเสริม (Auxiliary Tube)

๓.๑.๒ อุปกรณ์ต่อพ่วง ผู้ให้บริการจะบำรุงรักษาอุปกรณ์เป็นประจำทุกๆ ๓ เดือนรวม ๔ ครั้ง

ต่อปี ดังนี้

๓.๑.๒.๑. ตรวจสอบค่าการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า (Current Leakage Test) ๒ ครั้ง/ปี

๓.๑.๒.๒. ตรวจสอบสภาพภายนอกของอุปกรณ์ (Appearance)

- ตรวจสอบสภาพและการทำงานของปุ่มกด (Main Switch/Front Panel Switch)
- ตรวจสอบสภาพและการทำงานของพัดลมระบายความร้อน (Cooling Fan)
- ตรวจสอบการทำงานของฟังก์ชัน (Function)
- ตรวจสอบการแสดงผลของระบบปรับแสงอัตโนมัติ (Auto Brightness Control)
- ตรวจสอบเชื้ออายุการใช้งานของหลอดไฟ (Lamp Life)
- ตรวจสอบเช็คระบบอินเตอร์ล๊อค (Interlock)
- ตรวจสอบการทำงานของปั๊มลม (Air Pump)
- ทดสอบระบบการเตือนเมื่ออุปกรณ์ทำงานผิดพลาด (Alarm)
- ตรวจสอบสภาพและการทำงานของช่องเชื่อมต่อสายสัญญาณภาพ (Video Connector Socket)
- ตรวจสอบสภาพและการทำงานของส่วนเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น (Connector)
- ตรวจสอบเช็คความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ที่ใช้ต่อพ่วงกับเครื่อง (Accessories)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

๓.๑.๒.๓. ตรวจสอบการแสดงผลของสัญญาณภาพ (Image)

- ตรวจสอบการแสดงผลของสี (Color)
- ทดสอบการเทียบสีขาว (White Balance)
- ตรวจสอบการแสดงผลของระบบเอ็นบีไอ (Narrow Band Imaging)
- ตรวจสอบการแสดงผลของการปรับแสงอัตโนมัติ (Auto Brightness Control)
- ตรวจสอบการทำงานของฟังก์ชันการปรับแสง (Brightness Control)

๓.๑.๓ บำรุงรักษา ๔ ครั้ง/ปี แต่ละครึ่งห่างกัน ๓ เดือน ระยะเวลา ๑ ปี

๔. เงื่อนไขอื่นๆ


๔.๑ ผู้ให้บริการตกลงให้บริการซ่อมแซมและ/หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายที่ ๑ เมื่อผู้รับบริการร้องขอ รวมถึงเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่จำกัดวงเงิน การซ่อมแซมและ/หรือบำรุงรักษาและ/หรือเปลี่ยนอะไหล่ให้แก่อุปกรณ์จะครอบคลุมเฉพาะกรณีความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ (accidental damage) จากการใช้งานภายในหน่วยงานที่ได้ตกลงไว้กับผู้ให้บริการเท่านั้น ทั้งนี้ การซ่อมแซมและ/หรือบำรุงรักษาและ/หรือเปลี่ยนอะไหล่ให้แก่อุปกรณ์ดังกล่าวตามวรรคแรกจะไม่ครอบคลุมถึงกรณีที่ความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นจากการจงใจทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหายโดยผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกสัญญา

๔.๒ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจตกลงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมและ/หรือลดรายการอุปกรณ์ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายที่ ๑ ได้ในกรณีที่อะไหล่ของอุปกรณ์ดังกล่าวยกเลิกการผลิตเป็นเหตุให้ไม่มีอะไหล่ซ่อมทดแทนและ/หรือผู้รับบริการเพิ่มรายการอุปกรณ์โดยการซื้อบริการเพิ่มเติม โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อคำนวณและ/หรือแก้ไขค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับบริการแล้วแต่กรณี

๔.๓ ผู้ให้บริการตกลงซ่อมแซมและ/หรือบำรุงรักษาเฉพาะอุปกรณ์หรือวัสดุที่อยู่ภายใต้การดูแลของแผนกบริการหลังการขายของบริษัท Olympus ที่ระบุตามสัญญาบริการฉบับนี้เท่านั้น

๔.๔ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนตัวรับภาพ (Image Guide – IG and CCD unit) ให้แก่ผู้รับบริการกรณีเกิดจุดดำ (Black dot) หรือจุดขาว (White dot) บนตัวรับภาพ (Image Guide – IG and CCD unit) หากการเกิดจุดดังกล่าวไม่กระทบกับประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์และ/หรือการใช้งานอุปกรณ์โดยเจ้าหน้าที่ของผู้รับบริการ ทั้งนี้ตามมาตรฐานของทางบริษัทตัวรับภาพสามารถเกิด Black Dot หรือ White Dot ได้ไม่เกิน ๓ จุด

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

๔.๕ ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบในส่วนของหลอดไฟ Xenon Lamp ในกรณีตัวหลอดไฟเกิดหมดอายุการใช้งาน ในระหว่างระยะเวลาการทำสัญญา

๔.๖ ผู้ให้บริการตกลงมอบหมายให้วิศวกรฝ่ายบริการปฏิบัติงานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๓๐ น. ผู้รับบริการติดต่อเข้ารับบริการได้ที่แผนกบริการหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๐๐๐-๗๗๐๐ ต่อ ๘๕๓๒, ๘๕๓๓, ๘๕๓๔

๔.๗ ผู้ให้บริการตกลงดำเนินการซ่อมแซมและ/หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับบริการร้องขอให้แล้วเสร็จ สำหรับ ภายใน ๖๐ วัน หรือกรณีที่อุปกรณ์ดังกล่าวถูกส่งไปซ่อมแซมและ/หรือบำรุงรักษาและ/หรือเปลี่ยนอะไหล่ ณ ต่างประเทศ ผู้ให้บริการตกลงดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน โดยระยะเวลาดังกล่าวทั้งหมดนั้น ผู้ให้บริการตกลงนับจากวันที่ผู้ให้บริการรับอุปกรณ์จากผู้รับบริการเพื่อดำเนินการซ่อมแซมและ/หรือบำรุงรักษาและ/หรือเปลี่ยนอะไหล่ ณ ศูนย์บริการของผู้ให้บริการ

ทั้งนี้ กรณีเหตุแห่งความล่าช้าเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น สงคราม การจลาจล ไฟไหม้ น้ำท่วม รวมถึงภัยพิบัติธรรมชาติอื่นๆ อันไม่อาจคาดหมายได้ ผู้ให้บริการอาจขอขยายระยะเวลาดำเนินการดังกล่าวได้โดยผู้เสนอราคาจะต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้ให้บริการทราบเหตุนี้และผู้ให้บริการตกลงขอขยายระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่สูญเสียไปเพราะเหตุสุดวิสัยดังกล่าว

๔.๘ ผู้ให้บริการตกลงจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้แก่ผู้รับบริการเพื่อพิจารณาและรับทราบ

๔.๙ การอบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล (Training)

ผู้ให้บริการตกลงดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้รับบริการ จำนวน ๒ ครั้งต่อปี ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

๔.๙.๑ หัวข้อการอบรมที่ ๑ การล้างทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อชั้นสูงของอุปกรณ์

๔.๙.๒ หัวข้อการอบรมที่ ๒ การใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือประกอบอื่นๆ

๔.๑๐ การเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมและบริการ (Service center)

ผู้ให้บริการตกลงดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้รับบริการ ณ ศูนย์บริการของผู้ให้บริการปีละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวันและเวลาในการจัดฝึกอบรมดังกล่าวรวมถึงจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสม

๔.๑๑ การรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี (Annual review)

ผู้ให้บริการตกลงดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่างๆจากการให้บริการแก่ผู้รับบริการตามระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ เพื่อจัดทำเป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี (Annual review) รวมถึงแนวทางป้องกันและแก้ไข (ถ้ามี) ให้แก่ผู้รับบริการเพื่อรับทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

๔.๑๒ การรับประกัน (Repair Warranty)

ผู้ให้บริการตกลงรับประกันการซ่อมแซมอุปกรณ์เป็นระยะเวลา ๖ เดือน เฉพาะกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากความบกพร่องของอะไหล่และการประกอบอะไหล่ใหม่ หากตรวจสอบพบ ผู้ให้บริการตกลงดำเนินการซ่อมแซมและ/หรือเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ทั้งนี้ การรับประกันดังกล่าวจะไม่ครอบคลุมกรณีความเสียหายของอุปกรณ์และ/หรืออะไหล่ที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดประเภท ความประมาทเลินเล่อ รวมถึงการจัดแงะและ/หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ดังกล่าวโดยผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม การรับประกันดังกล่าว จะไม่ถือว่าเป็นการขยายระยะเวลาในสัญญาอย่างไร

๕. เงื่อนไขอื่นๆ

๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องให้ช่างที่มีความรู้ ความชำนาญด้านวิศวกรเป็นผู้ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ดังกล่าว

๕.๒ หากเครื่องขัดข้อง ผู้ว่าจ้างสามารถเรียกให้ผู้รับจ้างเข้ามาทำการตรวจเช็คและซ่อมได้ทันทีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าอะไหล่ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขสัญญาจ้าง

๕.๓ เมื่อดำเนินการตรวจเช็คบำรุงรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วในแต่ละครั้ง ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายการงานผลการตรวจเช็คดังกล่าวให้แก่ช่างของโรงพยาบาล จำนวน ๑ ชุด และงานพัสดุ จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ประกอบการทำรายงานตรวจรับและเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป

๕.๔ เมื่อเครื่องมีปัญหาทางบริษัท จะเข้ามาทำการแก้ไขภายใน ๔๘ ชั่วโมง

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

วงเงินงบประมาณที่จะจ้าง ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

๘. งดงานและการเบิกจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน ๓๕ เครื่อง ให้กับผู้ว่าจ้างภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้ส่งมอบงาน จำนวน ๔ งวด ให้ครบถ้วนและเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างภายใน ๕ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

* อัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ