

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ  
ชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardioplegia Set)  
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑. ความต้องการ

ชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardioplegia Set)

๒. วัตถุประสงค์

เป็นชุดสายยางที่ใช้สำหรับให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อให้หัวใจหยุดเต้นขณะผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็น PVC ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และปลอดภัยต่อผู้ป่วยเมื่อใช้งาน

๓.๒ มี coil สำหรับทำความเย็น ขณะให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ

๓.๓ มีกระเปาะทำหน้าที่ควบคุมการไหลของน้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจและดักฟองอากาศ

๓.๔ มีสายสำหรับต่อกับเครื่องวัดความดัน เพื่อวัดแรงดันขณะให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ

๔. คุณลักษณะทางเทคนิค

๔.๑ ชุดสายยางมีอัตราการไหลของ Blood : Cardioplegia = ๔ : ๑

๔.๒ สายยาง PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓/๑๖ x ๑/๑๖ นิ้ว หรือ ๓/๑๖ x ๓/๖๔ นิ้ว มีความยาวไม่น้อยกว่า ๘๔ นิ้ว พร้อมข้อต่อหัวท้าย จำนวน ๑ เส้น (แยกบรรจุพร้อมใช้งาน)

๔.๓ มีสายสำหรับต่อประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ (Y type coronary perfusion adapters) จำนวน ๑ เส้น (แยกบรรจุพร้อมใช้งาน)

๔.๔ มีข้อต่อตรงขนาด ๑/๔ x ๑ x ๔ นิ้ว มี luer lock จำนวน ๒ ชิ้น (แยกบรรจุพร้อมใช้งานหรือต่อกับชุดสายยางในข้อ ๔.๑)

๔.๕ มีข้อต่อปลาย male-male จำนวน ๑ ชิ้น (แยกบรรจุพร้อมใช้งานหรือต่อกับชุดสายยางในข้อ ๔.๑)

๔.๖ มีสายสำหรับต่อ Quick prime ประกอบด้วยสายยาง PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓/๑๖ นิ้ว หรือ ๓/๑๖ x ๓/๖๔ นิ้ว มีความยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ นิ้ว ด้านหนึ่งต่อกับ Vent spike อีกด้านต่อกับข้อต่อปลาย male มี clamp พลาสติก เพื่อไว้สำหรับ clamp สายยางติดมาด้วย ๑ ชิ้น (แยกบรรจุพร้อมใช้งานหรือต่อกับชุดสายยางในข้อ ๔.๑)

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบได้รับการทำให้ปราศจากเชื้อพร้อมใช้งาน

๕.๒ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องไม่มีรอยฉีกขาดหรือชำรุด

๕.๓ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย ๑ ปี นับถัดจากวันส่งของ

๕.๔ หากสินค้าไม่สามารถใช้งานได้หรือสินค้าหมดอายุการใช้งานก่อนการใช้งาน ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่และต้องเป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ