

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ ใช้ครั้งเดียวแบบมีแป้ง
(Glove Disposable) Non-Sterile
ฝ่ายเวชภัณฑ์มีโซยา กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๑. ความต้องการ

ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิดไม่ปราศจากเชื้อ ใช้ครั้งเดียว แบบมีแป้ง (Glove Disposable) Non-Sterile มี ๔ ขนาด XS, S, M, L ประมาณการจะซื้อ ๓๐,๐๐๐ ก่อง

๒. วัตถุประสงค์

ถุงมือยางใช้สำหรับสวมใส่ในการตรวจโรคทั่วไป ชนิดไม่ปราศจากเชื้อใช้ครั้งเดียว ใส่เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆ ต่อผู้ปฏิบัติงาน

๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ ถุงมือทำจากยางธรรมชาติ
- ๓.๒ ถุงมือยางไม่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ
- ๓.๓ ถุงมือมีผิวไม่เรียบบางส่วนหรือทั้งหมด
- ๓.๔ ถุงมือมีลักษณะนิ้วมือตรง
- ๓.๕ ถุงมือยางมีแป้งเคลือบ
- ๓.๖ ปลายข้อมือของถุงมือเป็นลักษณะม้วนขอบ ขอบถุงมือไม่ม้วนกลับขณะใช้งาน
- ๓.๗ ไม่มีรอยฉีกขาด ไม่รั่วซึม สีสม่ำเสมอ เนื้อบางและเหนียว สวมใส่กระชับมือ
- ๓.๘ ถุงมือยางบรรจุ ๑๐๐ ข้าง ต่อ ๑ ก่อง สามารถใส่ได้ทั้งมือขวาและมือซ้าย
- ๓.๙ ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค ชนิดไม่ปราศจากเชื้อ มีขนาดดังต่อไปนี้
- ๓.๑๐ ถุงมือมีลักษณะหยาบที่ปลายนิ้ว เพื่อป้องกันการหยิบจับที่อาจหลุดลื่นง่าย

ขนาด	ความกว้างฝ่ามือต่ำสุด (มิลลิเมตร)	ความกว้างฝ่ามือสูงสุด (มิลลิเมตร)	ความยาวของถุงมือ (มิลลิเมตร)	ความหนา(ชั้นเดียว)ต่ำสุด ชนิดผิวหยาบที่ปลายนิ้ว (มิลลิเมตร)
XS	ไม่น้อยกว่า ๖๐ มม.	ไม่เกิน ๘๐ มม.	ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ มม.	ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๔ มิลลิเมตร
S	ไม่น้อยกว่า ๗๐ มม.	ไม่เกิน ๙๐ มม.	ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ มม.	
M	ไม่น้อยกว่า ๘๕ มม.	ไม่เกิน ๑๐๕ มม.	ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ มม.	
L	ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มม.	ไม่เกิน ๑๒๐ มม.	ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ มม.	

(.....) นางปิยดา จันทรกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการฯ
 (.....) นางสาวอัญชญา เสมอภาค ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการฯ
 (.....) นางสาวสมฤดี ชัชเวช ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการฯ

ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด โดยแสดงเอกสารรับรองการทดสอบ

ก่อนการบ่มแรง		หลังการบ่มแรง	
ความต้านแรงดึง (เมกะพาสคัล)	ความยืดเมื่อขาด (ร้อยละ)	ความต้านแรงดึง (เมกะพาสคัล)	ความยืดเมื่อขาด (ร้อยละ)
ไม่น้อยกว่า ๒๑	ไม่น้อยกว่า ๖๕๐	ไม่น้อยกว่า ๑๖	ไม่น้อยกว่า ๕๐๐

๕.เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่าง ถุงมืออย่างสำหรับการตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียว ขนาด Size S จำนวน ๕๐ คู่ ขนาด Size M จำนวน ๕๐ คู่ นำมาเพื่อให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณา ให้คะแนนการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ตามที่ได้กำหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

๕.๒ ผู้เสนอราคา ต้องได้รับคะแนนจาก ผลการประเมิน ค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ไม่ต่ำกว่า ๖๐ คะแนน กรณีผู้เสนอราคาได้รับผลการประเมินได้คะแนนต่ำกว่า ๖๐ คะแนน คณะกรรมการไม่รับพิจารณา และไม่ให้ผ่านเงื่อนไขในข้อนี้

๕.๓ โรงพยาบาลจะพิจารณาประเมินประสิทธิภาพราคา (Price Performance) ตามเกณฑ์สัดส่วนราคา ร้อยละ ๔๐ และด้านประสิทธิภาพ ร้อยละ ๖๐

๕.๔ ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

๕.๕ ภาชนะบรรจุรวมต้องมีความปลอดภัยในการขนส่ง และการเก็บรักษา

๕.๖ สามารถแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ได้ก่อนหมดอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘๐ วัน

๕.๗ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งาน ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบ

๕.๘ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผู้จำหน่าย หากพบความบกพร่องและบริการ ซึ่งมีผลต่อการทำงาน และการให้บริการผู้ป่วย จะทำการยกเลิกสัญญา หากผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแก้ไขความบกพร่องที่เกิดขึ้นได้

(.....) นางปิยดา จันทรกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

(.....) นางสาวอัญชนา เสมอภาค ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ

* (.....) นางสาวสมฤดี ชัชเวช ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ