

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

น้ำยาล้างไตสำเร็จรูปชนิดไบคาร์บอเนต (Dialysis Solution with Bicarbonate)

ฝ่ายเวชภัณฑ์มีโซดา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๑. ความต้องการ

น้ำยาล้างไตสำเร็จรูปชนิดไบคาร์บอเนต (Dialysis Solution with Bicarbonate) จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

น้ำยาล้างไตสำเร็จรูปชนิดไบคาร์บอเนต (Dialysis Solution with Bicarbonate) สำหรับใช้การรักษาผู้ป่วยภาวะไตวายเฉียบพลัน (Acute renal therapy)

๓. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นน้ำยาล้างไตสำเร็จรูปชนิดไบคาร์บอเนต (Dialysis Solution with Bicarbonate) สำหรับใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วยภาวะไตวายเฉียบพลัน (Acute renal therapy)

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ น้ำยาล้างไตสำเร็จรูปชนิดไบคาร์บอเนต (Dialysis Solution with Bicarbonate) ที่มีขนาดบรรจุ ๕,๐๐๐ มิลลิลิตร ในถุงลักษณะพิเศษ ๒ ช่อง

๔.๒ ช่องด้านบนบรรจุสารละลายดังนี้

Upper chamber (mmol/L)	
Sodium	๑๒๙
Potassium	๐
Calcium	๒.๓๓
Magnesium	๐.๖๖๗
chloride	๑๔๕.๗
Glucose	๐

(.....) นายสุธีร์ กิตติธรรกุล ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการฯ
(.....) นางสาวสุพัตรา ธรรมธิธราน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการฯ
(.....) นางสาวเอวดี สามารถ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการฯ

๔.๓ ช่องด้านล่างบรรจุสารละลายดังนี้

Lower chamber	
Sodium	๑๗๓
Bicarbonate	๑๖๐

๔.๔ เมื่อนำสารละลาย ๒ ช่องผสมรวมกันแล้ว จะได้สารละลายพร้อมใช้ดังนี้

Ready to use solution (mmol/L)	
Sodium	๑๔๐
Potassium	๐
Calcium	๑.๗๕
Magnesium	๐.๕
Chloride	๑๐๙.๓
Bicarbonate	๓๕
Glucose	๐
Osmolarity (mOsm/L)	๒๘๗

๔.๕ น้ำยาล้างไตสำเร็จรูปชนิดไบคาร์บอเนต (Dialysis Solution with Bicarbonate) ที่ผสมแล้ว จะไม่มีส่วนผสมของสารละลายแลคเตท (Lactate free) และไม่มีกลูโคส (Glucose free)

๔.๖ ถุงที่บรรจุน้ำยา ๒ ช่องมีลักษณะพิเศษที่แยกจากกันทั้งหมด สามารถทำให้น้ำยาจากช่องด้านบน และด้านล่างผสมกันได้ทันทีก่อนใช้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้จะขายต้องรับประกันคุณภาพของน้ำยาล้างไตสำเร็จรูปชนิดไบคาร์บอเนต (Dialysis Solution with Bicarbonate) นับตั้งแต่สั่งซื้องวดที่ ๑ จนถึงที่สุดภาระผูกพันตามสัญญา หากมีการเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งาน ผู้ขายต้องนำมาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ผู้จะขายต้องเสนอราคาต่อชุด ของสายนำเลือด ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีสิทธิยกเลิกสัญญาในกรณีที่น้ำยาล้างไตสำเร็จรูปชนิดไบคาร์บอเนต (Dialysis Solution with Bicarbonate) ที่ใช้เกิดปัญหาและทางผู้จะขาย แก้ไขให้ไม่ได้ ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะชำระเงินเฉพาะน้ำยาล้างไตสำเร็จรูปชนิดไบคาร์บอเนต

(.....) นายสุธรรักษ์ กิตติธรรกุล ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการฯ
(.....) นางสาวสุพัตรา ธรรมธิษฐาน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการฯ
(.....) นางสาวเยาวดี สามารถ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการฯ