

Performance ชุดเจาะเก็บเลือดโลหิตเข้มข้น ชนิดเก็บเกล็ดโลหิตได้ ๓ ยูนิต

คุณลักษณะใช้งาน	% weight				คำจำกัดความ	วัตถุประสงค์
๑. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ๑.๑. ต้องเป็นชุดเจาะเก็บเลือดโลหิตที่เคยใช้งานในโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยหรือ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หรือโรงพยาบาลศูนย์ ติดตั้งไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันยื่น พร้อมแนบสำเนาสัญญาหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานข้างต้น	๑๕%				หนังสือรับรอง หรือสำเนาสัญญาซื้อขาย จากหน่วยงานที่อ้างอิง ≥ ๑๐ แห่ง = ๑๕ คะแนน $๕-๙$ แห่ง = ๑๐ คะแนน < ๕ แห่ง = ๕ คะแนน	
๑.๒ มี Bacterial filter พ่วงติดกับชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต	๕%				มีแผ่นกรองแบคทีเรีย (Membrane filter) ซึ่งแผ่นกรองเหล่านี้มีรูขนาดเล็ก (๐.๒-๐.๔๕ μm) แบคทีเรียไม่สามารถผ่านได้ (แสดงเอกสาร)	เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค
๑.๓ ปริมาณ Extra Corporeal Volume (ECV)	๑๐%				ECV คือ ปริมาณโลหิตที่ออกนอกร่างกายของผู้บริจาคเกล็ดโลหิต ในระหว่างบริจาคด้วยเครื่องเจาะเก็บเกล็ดโลหิตอัตโนมัติ ECV ๑๙๐-๒๐๐ ม.ล. = ๑๐ คะแนน ECV ๒๐๐-๒๑๐ ม.ล. = ๕ คะแนน	เพื่อลดอาการไม่พึงประสงค์ขณะบริจาคเกล็ดโลหิต
๑.๔ ระยะเวลาในการเจาะเก็บ	๑๐%				ใช้ระยะเวลาในการเจาะเก็บเกล็ดโลหิตน้อยที่สุด	เพื่อลดระยะเวลาและการเกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ในการบริจาคเกล็ดโลหิต และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้บริจาคเกล็ดโลหิต

ลงชื่อ..... ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... ..... กรรมการ

ผู้ประเมินตำแหน่ง..... วันที่

Performance ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตได้ ๓ ยูนิต

คุณลักษณะใช้งาน	% weight	คำจำกัดความ	วัตถุประสงค์
๑.๕ มีปริมาณโลหิตคั่งค้างภายในชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต	๑๐%	ปริมาณโลหิตคั่งค้างคือ ปริมาณโลหิตที่คั่งเหลืออยู่ในชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตทั้งหมด ปริมาณโลหิตคั่งค้าง ๑๐-๒๐ ม.ล. = ๑๐ คะแนน ปริมาณโลหิตคั่งค้าง ๒๑-๓๐ ม.ล. = ๙ คะแนน ปริมาณโลหิตคั่งค้าง ๓๑-๔๐ ม.ล. = ๘ คะแนน	เพื่อลดการสูญเสียโลหิตของผู้บริจาคเกล็ดโลหิต
๒ บริการหลังการขาย			
๒.๑ บริษัทส่งของผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ของ GSP-GDP/ จัดส่งชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี หลังจากวันรับของ	๑๐%	GSP (Good Storage Practice) และ GDP (Good Delivery Practice) (แสดงเอกสาร)	เพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
๒.๒ ทีมบุคลากรประจำพื้นที่ของบริษัทผ่านการ training การใช้เครื่องเจาะเก็บเกล็ดโลหิตอัตโนมัติ จากบริษัทผู้ผลิต มีความเข้าใจในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และมีประสบการณ์ ความชำนาญในการดูแล เครื่องอย่างน้อย ๑ ปี	๑๐%	ใบ certificate การใช้เครื่องเจาะเก็บเกล็ดโลหิตอัตโนมัติ ของช่างประจำพื้นที่	
๒.๓ ปรับปรุงพื้นที่และระบบการให้บริการที่ทันสมัย	๑๐%	ปรับปรุงพื้นที่เป็นสัดส่วนเหมาะสมต่อการให้บริการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (แสดงLayout)	ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

ผู้ประเมินตำแหน่ง..... ตำบลแห่ง..... อำเภอ..... จังหวัด..... วันที่.....

Performance ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้น ชนิดเก็บเกล็ดโลหิตได้ ๓ ยูนิต

คุณลักษณะใช้งาน	% weight	คำจำกัดความ	วัตถุประสงค์
๓			
๓.๑	๑๐%	แสดงเอกสาร ๓ รายการ = ๑๐ คะแนน ๒ รายการ = ๙ คะแนน ๑ รายการ = ๘ คะแนน	เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเกล็ดโลหิต
๓.๒	๑๐%	มี Data management ภายในเครื่อง	เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และพัฒนาการเจาะเก็บเกล็ดโลหิต

คะแนน

๑๐๐%

หมายเหตุ หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพ (performance) ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ๘๕% ขึ้นไป ถึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

ผู้ประเมินตำแหน่ง..... วันที่