

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Intrafix P Primelene Classic (ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ)
งานเวชภัณฑ์มีโซยา กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้มีเวชภัณฑ์มีโซยา เพียงพอต่อการให้บริการ และเพื่อใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซยา มีคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และมีแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อเป็นไปในแนวทางเดียวกันดังนั้น ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยาดังกล่าว

Intrafix P Primelene Classic

ประมาณการจะซื้อ ๑๘,๐๐๐ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับให้สารละลายทางหลอดเลือดดำกับผู้ป่วย เพื่อใช้งานกับเครื่องให้สารละลายอัตโนมัติ หรือควบคุมหยดของสารละลายด้วยตัวผู้ใช้เอง แบบไหลตามแรงโน้มถ่วง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง


๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย


๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา


๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น


นางสาวจรุงศรี ประทุม
ประธานกรรมการฯ


นางมาลี ทองมี
กรรมการ


นางสาวพจนา วิภามาต
กรรมการ

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้อง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะของเวชภัณฑ์มีใช้ยาที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นอุปกรณ์ให้นำสารละลายเข้าสู่หลอดเลือดดำของผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ใช้สำหรับเครื่อง ควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติ (Infusion Pump) หรือควบคุมหยดของสารละลายด้วยตัวผู้ใช้เอง แบบไหล ตามแรงโน้มถ่วง

๔.๑.๒ ส่วนปลายบนสุดสำหรับแทงภาชนะบรรจุสารละลายทำด้วยพลาสติกชนิดแข็ง มีรูให้สารละลาย ไหลผ่านมีปลอกพลาสติกแข็งปิดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ มีช่องสำหรับให้อากาศผ่าน มีฝาพับพลาสติกเปิด-ปิดได้ ภายในช่องให้อากาศผ่านมีเยื่อกรองความละเอียด ๐.๒ ไมครอน ป้องกันการปนเปื้อนจากแบคทีเรีย

๔.๑.๓ ส่วนหยดสายละลาย ทำด้วยพลาสติกใสรูปทรงกระบอกกลวง ภายในมีท่อหยดสารละลาย ปริมาตร หยดของสารละลายมีขนาด ๒๐ หยดต่อมิลลิลิตร บริเวณด้านล่างของกระเปาะมีตัวกรองขนาด ๑๕ ไมครอน เพื่อกรองสิ่งแปลกปลอมที่อาจปนเปื้อนมากับสารละลายก่อนเข้าสู่ตัวผู้ป่วย


๔.๑.๔ ส่วนสายท่อนำสารละลาย ทำด้วยพลาสติกพีวีซี (PVC) ชนิดปราศจากดีอีเอชพี (DEHP-Free) ไสและนิ่ม เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขนาด ๓ มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด ๔.๑ มิลลิเมตร มีความยาว ๑๘๐ เซนติเมตร


๔.๑.๕ มีช่องสำหรับใช้เข็มฉีดยา ฉีดยาเข้าสู่สายได้ (Grip plate) อยู่บริเวณใกล้ส่วนปลายของสาย


๔.๑.๖ ส่วนควบคุมการไหลของสารละลาย (Roller Clamp) เป็นพลาสติก มีล้อเลื่อน (Roller Clamp) สำหรับปรับอัตราการไหลของสารละลาย มีช่องเก็บปลายสายด้านปลายแหลมที่ใช้แทงขวดน้ำเกลือ หลังใช้งาน และมีร่องสำหรับแขวนปลายสายด้านที่ต่อเข้ากับผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน

๔.๑.๗ ปลายสายมีเกลียวสำหรับหมุนล็อคติดกับอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อต่อเข้าสู่หลอดเลือดของผู้ป่วย และมีฝาปิดสี่เหลี่ยม คุณสมบัติป้องกันไม่ให้สารละลายหรือยาออกมาขณะใส่สาย (Prime Stop) แต่ให้อากาศผ่านได้ (Hydrophobe) ทำหน้าที่หยุดสารละลายอย่างอัตโนมัติ

๔.๑.๘ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเอทิลีนออกไซด์ (Ethylene Oxide)


.....
นางสาวจรัสศรี ประทุม
ประธานกรรมการฯ


.....
นางมาลี ทองมี
กรรมการ


.....
นางสาวพจนา วิภามาศ
กรรมการ

๔.๒ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๒.๑ อายุของผลิตภัณฑ์ต้องเหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี ในวันที่รับมอบผลิตภัณฑ์

๔.๒.๒ ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายต้องแสดงหนังสือที่ได้รับการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และมีใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา

๔.๒.๓ ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา

๔.๒.๔ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยา โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา

๔.๒.๕ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หากมีการเสื่อมสภาพ หรือหมดอายุการใช้งาน ผู้ขายจะต้องนำผลิตภัณฑ์มาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีที่ได้รับแจ้ง จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จะซื้อจะขายฯ และส่งมอบตามใบสั่งซื้อแต่ละคราว ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๑,๕๔๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

๘. งานงวดงานและการเบิกจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับสั่งซื้อ ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำส่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖๐ วัน นับจากวันส่งมอบของครบ โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุด บกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น



นางสาวจรุงศรี ประทุม
ประธานกรรมการฯ



นางมาลี ทองมี
กรรมการ



นางสาวพณา วิภามาต
กรรมการ