

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ**  
**ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง**  
**โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต**

---

๑. **ความเป็นมา** ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบให้มีการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงิน จากโครงการสลากการกุศลตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน ๑๙๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสองแสนบาทถ้วน) นั้น

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินจากโครงการสลากการกุศล โครงการพัฒนาศักยภาพการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ มะเร็ง และอุบัติเหตุ

๒. **วัตถุประสงค์** เพื่อใช้สำหรับผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลังระดับเอว

๓. **คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดภูเก็ต ณ วันประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือ มูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการ ร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุก รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชานินทร์ บุญตั้งใจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมพบ รักษาสกุลวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพัชรี ประทีปไพศาลกุล)

กรณีนี้ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

##### ๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เครื่องมือทำด้วยสแตนเลสคุณภาพดีปลอดสนิม ชนิดใช้กับร่างกายได้ สามารถนำไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วย Autoclave หรือแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้โดยไม่เสื่อมสภาพ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชานินทร์ บุญตั้งใจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมทบ รักษาสกุลวงศ์)

(นางพัชรี ประทีปไพศาลกุล)

## ๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

### ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง ประกอบด้วย

- ๔.๒.๑ ชุดขบกระดูกแบบ Kerrison ขนาดปาก ๒ มิลลิเมตร มุมหงาย ๔๐ องศา จำนวน ๑ ชิ้น  
มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร
- ๔.๒.๒ ชุดขบกระดูกแบบ Kerrison ขนาดปาก ๓ มิลลิเมตร มุมหงาย ๔๐ องศา จำนวน ๑ ชิ้น  
มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร
- ๔.๒.๓ ชุดขบกระดูกแบบ Kerrison ขนาดปาก ๕ มิลลิเมตร มุมหงาย ๔๐ องศา จำนวน ๑ ชิ้น  
มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร
- ๔.๒.๔ ชุดขบชิ้นเนื้อขนาดปลายปากกว้าง ๒ มิลลิเมตร มีขนาดความยาว จำนวน ๑ ชิ้น  
ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ปลายปากชนิดมุมหงาย
- ๔.๒.๕ ชุดขบชิ้นเนื้อขนาดปลายปากกว้าง ๒ มิลลิเมตร มีขนาดความยาว จำนวน ๑ ชิ้น  
ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ปลายปากชนิดมุมคว่ำ
- ๔.๒.๖ ชุดขบชิ้นเนื้อขนาดปลายปากกว้าง ๒ มิลลิเมตร มีขนาดความยาว จำนวน ๑ ชิ้น  
ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ปลายปากตรง
- ๔.๒.๗ เครื่องมือสำหรับขบกระดูกปลายปากโค้งชนิด Stille-Luer จำนวน ๑ ชิ้น  
มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒๐ มิลลิเมตร
- ๔.๒.๘ เครื่องมือขบกระดูกชนิดปลายปากโค้งชนิด Leksell-Stille จำนวน ๑ ชิ้น  
มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๐ มิลลิเมตร
- ๔.๒.๙ เครื่องมือขบกระดูกชนิด Ruskin ปลายปากโค้ง มีขนาดความยาว จำนวน ๑ ชิ้น  
ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร
- ๔.๒.๑๐ เครื่องมือตัดกระดูกชนิด Liston-Key ปลายปากโค้ง มีขนาดความยาว จำนวน ๑ ชิ้น  
ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ มิลลิเมตร
- ๔.๒.๑๑ เครื่องมือตัดกระดูกชนิด Stille-Liston ปลายปากตรง จำนวน ๑ ชิ้น  
มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๗๐ มิลลิเมตร
- ๔.๒.๑๒ เครื่องมือตัดกระดูกชนิด Hohmann ปลายแหลม จำนวน ๒ ชิ้น  
มีขนาดช่วงปลายกว้าง ๑๘ มิลลิเมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๐ มิลลิเมตร
- ๔.๒.๑๓ เครื่องมือถ่างดึงเนื้อเยื่อชนิด Kocher-Langenbeck ชนิดปลายงอ จำนวน ๒ ชิ้น  
ขนาด ๖๐x๒๐ มิลลิเมตร มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๐ มิลลิเมตร
- ๔.๒.๑๔ เครื่องมือถ่างดึงเนื้อเยื่อชนิด Hibbs ชนิดปลายโค้งงอแหลม ๓ เขี้ยว จำนวน ๒ ชิ้น  
ปลายด้ามงอ มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๔ เซนติเมตร
- ๔.๒.๑๕ เครื่องมือสำหรับใช้ตอกกระดูกชนิด Hajek มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง จำนวน ๑ ชิ้น  
๒๗ มิลลิเมตร มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒ เซนติเมตร มีน้ำหนัก ๑๔๐ กรัม
- ๔.๒.๑๖ เครื่องมือสำหรับใช้ถ่างเนื้อเยื่อแบบ Gelpi-Loktite จำนวน ๒ ชิ้น  
ชนิดปลายโค้งแหลมมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร
- ๔.๒.๑๗ เครื่องมือช่วยถ่างแบบ Anderson-Adson ขนาด ๔ x ๔ เขี้ยว จำนวน ๑ ชิ้น  
มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ปลายแหลม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชานินทร์ บุญตั้งใจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมพบ รักษาสกุลวงศ์)

(นางพัชรี ประทีปไพศาลกุล)

- ๔.๒.๑๘ ตัวแฉะเนื้อเยื่อชนิด Cobb ขนาด ๑๓ มิลลิเมตร มีความยาว  
ไม่น้อยกว่า ๒๙๐ มิลลิเมตร ชนิดปลายโค้ง จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๑๙ ตัวแฉะเนื้อเยื่อชนิด Cobb ขนาด ๑๙ มิลลิเมตร มีความยาว  
ไม่น้อยกว่า ๒๙๐ มิลลิเมตร ชนิดปลายโค้ง จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๒๐ ปากคีบสำหรับจับเนื้อเยื่อแบบ Potts-Smith ชนิดมีเขี้ยว  
มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๒๑ ปากคีบสำหรับจับเนื้อเยื่อแบบ Potts-Smith ชนิดไม่มีเขี้ยว  
มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๒๒ ด้ามขูดกระดูกชนิด Bruns ปากขูดเป็นรูปวงรี มีขนาดความยาว  
ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ มิลลิเมตร FIG.๐๐ ปลายหักมุม จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๒๓ ด้ามขูดกระดูกชนิด Bruns ปากขูดเป็นรูปวงรี มีขนาดความยาว  
ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ มิลลิเมตร FIG.๐๐๐ ปลายหักมุม จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๒๔ ด้ามขูดกระดูกชนิด Bruns ปากขูดเป็นรูปวงรี มีขนาดความยาว  
ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ มิลลิเมตร FIG.๐ ปลายหักมุม จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๒๕ ด้ามขูดกระดูกชนิด Bruns ปากขูดเป็นรูปวงรี มีขนาดความยาว  
ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ มิลลิเมตร FIG.๑ ปลายหักมุม จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๒๖ ด้ามขูดกระดูกชนิด Bruns ปากขูดเป็นรูปวงรี มีขนาดความยาว  
ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ มิลลิเมตร FIG.๔ ปลายหักมุม จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๒๗ ตัวแฉะเนื้อเยื่อแบบปลายแหลม/โค้ง แบบ Freer-Yasargil  
ชนิด ๒ ปลาย มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น
- ๔.๒.๒๘ ตัวเกี่ยวเส้นประสาทแบบ Cushing มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า  
๒๓๐ มิลลิเมตรชนิดด้ามตรงปลายโค้ง จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๒๙ ด้ามมีดผ่าตัดเบอร์ ๗ จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๓๐ ท่อโลหะสำหรับดูดเลือดและน้ำเหลืองแบบ Frazier  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Charr.๘ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๓๑ ท่อโลหะสำหรับดูดเลือดและน้ำเหลืองแบบ Frazier  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Charr.๙ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๓๒ ท่อโลหะสำหรับดูดเลือดและน้ำเหลืองแบบ Frazier  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Charr.๑๐ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๓๓ ท่อโลหะสำหรับดูดเลือดและน้ำเหลืองแบบ Frazier  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Charr.๑๒ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๓๔ เข็มเจาะสำหรับใช้ดูดเลือดและของเหลวแบบ Guide Redon  
ปลายแหลม หักมุม Charr.๑๐ มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙.๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๓๕ เครื่องมือจับเข็มเย็บแผล มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๐ มิลลิเมตร  
ชนิด De bakey ปากเป็นทั้งสแตนคาร์ไบด์ ชนิดด้ามทอง จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒.๓๖ กล่องอลูมิเนียมสำหรับใส่เครื่องมือ ขนาดไม่น้อยกว่า  
๔๖๕x๒๘๐x๑๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชานินทร์ บุญตั้งใจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมพบ รักษาสกุลวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพัชรี ประทีปไพศาลกุล)

๔.๒.๓๗ ตะแกรงสแตนเลสสำหรับวางเครื่องมือ ขนาดไม่น้อยกว่า  
๔๐๕x๒๕๕x๑๐๐ มิลลิเมตร

จำนวน ๑ ชิ้น

#### ๔.๓ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๓.๑ มีหลักฐานการนำเข้าและการรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ออกโดยองค์การอาหารและยา  
ประเทศไทย ยื่นในวันเสนอราคา

๔.๓.๒ ได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล ISO๑๓๔๘๕

๔.๓.๓ บริษัทต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๔ สินค้าผ่านการประเมินคุณภาพ จากผู้ใช้งานในห้องผ่าตัด โดยมีเอกสารมายืนยัน

๔.๓.๕ บริษัทผู้ขายจะต้องแสดงรายละเอียดและลงหมายเลขข้อในแคตตาล็อกให้ตรงตามรายละเอียด  
คุณลักษณะที่ทางราชการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา

#### ๔ กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

#### ๕ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้  
หลักเกณฑ์ ราคาต่ำสุด

#### ๖ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ด้วยเงินจากโครงการสลากรากกระดูก โครงการพัฒนาศักยภาพการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ มะเร็ง และอุบัติเหตุ  
วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

#### ๘. งานดูงานและการจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยส่งมอบงานจำนวน  
๑ งาน ให้ครบถ้วน และเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับแล้ว ปรากฏว่า ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อ โรงพยาบาล  
วชิระภูเก็ตจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ

#### ๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา  
จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

#### ๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๓ ปี นับถัดจากวันรับมอบสินค้าครบเป็นต้นไป ในระยะ  
รับประกัน หากเกิดข้อขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดี  
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไข ๓ ครั้งแล้วยังใช้การไม่ได้ดีตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมา  
เปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆภายใน ๓๐ วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชานินทร์ บุญตั้งใจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมพบ รักษาสกุลวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพัชรี ประทีปไพศาลกุล)