

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
งานเวชภัณฑ์มีโซ่ยา กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซ่ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้มีเวชภัณฑ์มีโซ่ยา เพียงพอต่อการให้บริการ และเพื่อใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซ่ยา มีคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และมีแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อเป็นไปในแนวทางเดียวกันดังนั้น ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซ่ยาดังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟอกเลือด เช่น Hemodialysis, Plasmapheresis

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

นางสาวปลื้มจิตร ตันเกี
ประธานกรรมการ

นางสาวนิตยา ชำนินา
กรรมการ

นางอรุมา กิรติวัฒนานาศาสตร์
กรรมการ

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะของเวชภัณฑ์มีโซยาที่จะดำเนินการจัดซื้อ

- สายสวนสองช่องสำหรับฟอกเลือดล้างไต

จำนวนประมาณการจะซื้อ ๑๑๐ ชิ้น

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ทำจาก Polyurethane แบบ Thermosensitive Flexi-Smooth™ จะอ่อนนุ่มเมื่อเจออุณหภูมิอยู่ในร่างกาย

๒. มีการวางท่อแบบคู่ (“D” Designs/Side by Side)

๓. มี Side Holes จำนวนมากทั้ง arterial uptake ports และ venous return ports เพื่อให้ Blood Flow Rate สูงขึ้น ทำให้มีประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้นและมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น

๔. ส่วนปลาย (Tip) ออกแบบมาให้มีเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเกิด Vessel Trauma และเป็นแบบ Highly Radiopaque

๕. มี Priming Volume กำหนดไว้ที่ Extension Pieces อย่างชัดเจน เพิ่มความสะดวกในการดูแล ช่วยให้สามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น

๖. มี Suture Wing ชนิดหมุนได้

๗. เป็นชุดสายสวนหลอดเลือดดำชนิดสองท่อ (Dual Lumen) ชนิดชั่วคราว พร้อมอุปกรณ์ช่วยในการวางสายเข้าสู่หลอดเลือดดำ สายสวนประกอบด้วยท่อ Arterial Lumen เพื่อนำเลือดออกจากร่างกายไปฟอก และนำกลับเข้าสู่ร่างกายด้าน Venous Lumen สามารถใช้งานได้ทันทีหลังวางสายและมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ เดือน

๘. สายสวนสองช่องสำหรับฟอกเลือดล้างไต ความยาวของท่อนำสายสวนมีขนาด ๑๑ FR. สายสวนจะต้องมีความยาว ๑๒ และ ๒๐ CM.

นางสาวปล้มจิตร์ ตันเก้

ประธานกรรมการ

นางสาวนิตยา ชำนินา

กรรมการ

นางอรุมา กิรติวัฒนาศาสตร์

กรรมการ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อ (Sterilized) ด้วย Ethylene Oxide (โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา)
๒. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๓. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาประเทศไทย (โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา)
๔. ได้รับ ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๐๓ & EN ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๑๒ (โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา)
๕. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพของสินค้าและยินยอมให้แลกเปลี่ยนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
๖. มี Lot. ที่ผลิต และ วันหมดอายุระบุอยู่บนผลิตภัณฑ์
๗. อายุของผลิตภัณฑ์ต้องเหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี ในวันที่รับมอบผลิตภัณฑ์
๘. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หากมีการเสื่อม หรือหมดอายุการใช้งานผู้ขายจะต้องนำผลิตภัณฑ์มาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีที่ได้รับแจ้ง จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
๙. หลังส่งมอบผลิตภัณฑ์หากมีความชำรุดเสียหายในบางชิ้นส่วนหรือบางส่วน บริษัทยินยอมให้แลกเปลี่ยนหรือชดเชยผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้โดยไม่คิดราคาและมีอายุของผลิตภัณฑ์เกิน ๑ ปีขึ้นไป
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๒ ชุด มาพร้อมเอกสารที่ยื่นซึ่งเป็นตัวแทนแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพได้ (ตัวอย่างที่นำมาพิจารณา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะยึดไว้)
๑๑. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

- สายสวนสองช่องแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต จำนวนประมาณการจะซื้อ ๒๖๗ ชิ้น

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ทำจาก Polyurethane แบบ Thermosensitive Flexi-Smooth™ จะอ่อนนุ่มเมื่อเข้าสู่ร่างกาย
๒. มีการวางท่อแบบซ้อน (Co-Axial) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและทำให้มีอายุการใช้งานที่นานกว่าการวางท่อแบบคู่ทั่วไป “D” Designs/Side by Side เนื่องจากมีทั้ง ๓๖๐๐ arterial uptake ports และ ๓๖๐๐ venous return ports จึงให้ Blood Flow Rate ที่สูงขึ้น ตลอดจนช่วยลดการเกิด Thrombus Formation ซึ่งเป็นสาเหตุของการอุดตันของ catheter
๓. ส่วนปลาย (Tip) ออกแบบมาให้มีเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเกิด Vessel Trauma และเป็นแบบ Highly Radiopaque
๔. มี Priming Volume กำหนดไว้ที่ Extension Pieces อย่างชัดเจน เพิ่มความสะดวกในการดูแล ช่วยให้อายุการใช้งานได้นานมากขึ้น
๕. มี Suture Wing ชนิดหมุนได้

นางสาวปล้มจิตร ตันกั

ประธานกรรมการ

นางสาวนิตยา ชำนินา

กรรมการ

นางอรชума กิรติวัฒนานาศาสตร์

กรรมการ


๖. เป็นชุดสายสวนหลอดเลือดดำชนิดสองท่อ (Dual Lumen) ชนิดชั่วคราว พร้อมอุปกรณ์ช่วยในการวางสายเข้าสู่หลอดเลือดดำ สายสวนประกอบด้วยท่อ Arterial Lumen เพื่อนำเลือดออกจากร่างกายไปฟอก และนำกลับเข้าสู่ร่างกายด้าน Venous Lumen สามารถใช้งานได้ทันทีหลังวางสายและมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ เดือน


๗. เป็นสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง (Central Venous Catheter) เพื่อใช้เป็น Vascular Access สำหรับ การฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) การบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง (Continuous Renal Replacement Therapy) การกรองของเสียหรือสารก่อโรคที่สะสมอยู่ในกระแสเลือดให้ลดระดับลงอย่างรวดเร็ว (Apheresis)


๘. สายสวนสองช่องแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต ความยาวของท่อนำสายสวนมีขนาด ๑๑.๕ FR. สายสวนจะต้องมีความยาว ๑๒ และ ๒๔ CM.

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อ (Sterilized) ด้วย Ethylene Oxide (โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา)
๒. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๓. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาประเทศไทย (โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา)
๔. ได้รับ ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๐๓ & EN ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๑๒ (โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา)
๕. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพของสินค้าและยินยอมให้แลกเปลี่ยนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
๖. มี Lot. ที่ผลิต และ วันหมดอายุระบุอยู่บนผลิตภัณฑ์
๗. อายุของผลิตภัณฑ์ต้องเหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี ในวันที่รับมอบผลิตภัณฑ์
๘. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หากมีการเสื่อม หรือหมดอายุการใช้งานผู้ขายจะต้องนำผลิตภัณฑ์มาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีที่ได้รับแจ้ง จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
๙. หลังส่งมอบผลิตภัณฑ์หากมีความชำรุดเสียหายในบางชิ้นส่วนหรือบางส่วน บริษัทยินยอมให้แลกเปลี่ยนหรือชดเชยผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้โดยไม่คิดราคาและมีอายุของผลิตภัณฑ์เกิน ๑ ปีขึ้นไป
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๒ ชุด มาพร้อมเอกสารที่ยื่นซึ่งเป็นตัวแทนแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพได้ (ตัวอย่างที่นำมาพิจารณา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะยึดไว้)
๑๑. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้


.....
นางสาวปล้มจิตร์ ตันกั
ประธานกรรมการ


.....
นางสาวนิตยา ชำนินา
กรรมการ


.....
นางอรุมา กิรติวัฒนานาศาสน์
กรรมการ

- สายสวนสองช่องแบบกึ่ง ถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต

จำนวนประมาณการจะซื้อ ๗๖๒ ชิ้น

ปลายสายแยกออกจากกัน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ทำจาก Triniflex material ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุด ได้รับการพัฒนาให้มีอายุการใช้งานที่นานกว่า Silicone หรือ Polyurethane material เนื่องจากมีพื้นผิวที่เรียบและลื่นมากขึ้นทำให้มีความทนทานสูง ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับหลอดเลือดได้ดี ช่วยลด Thrombus Formation ซึ่งเป็นสาเหตุของการอุดตันของ Catheter

๒. Triniflex material สามารถใช้ได้ทั้ง Acetone และ Iodine Base Solution ขณะที่ Silicone material ไม่สามารถใช้ Iodine Base Solution และ Polyurethane material ไม่สามารถใช้ Acetone Base Solution ได้ ทำให้การดูแลรักษาง่ายมากขึ้น

๓. มีการวางท่อแบบคู่ “Double D” Designs/Side by Side)

๔. Catheter ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษให้ pre-curved ที่ catheter เพื่อใช้กับหลอดเลือดดำบริเวณ Lower Internal Jugular โดยเฉพาะ ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อมากกว่ารุ่นที่ pre-curved ที่ Extension Pieces ที่สามารถติดเชื้อมากขึ้น ทำให้มีอายุการใช้งานที่นานมากขึ้น และยังช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบายเนื่องจากการ pre-curved ที่ catheter ทำให้ไม่เกะกะที่บริเวณลำคอและใบหู จึงเหมาะสำหรับการใช้งานมากกว่า ๓ สัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ระหว่างรอ AV Fistula พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีช่วงลำคอสั้น

๕. ส่วนปลายของ Catheter ที่อยู่ในหลอดเลือดจะแยกเป็นสองท่อที่มีรูโดยรอบและลอยอยู่อย่างอิสระในหลอดเลือดลดการเกิด Fibrin Sheath ที่ปลาย Catheter ซึ่งจะทำการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

๖. มี Priming Volume กำหนดไว้ที่ Extension Pieces อย่างชัดเจน เพิ่มความสะดวกในการดูแล ช่วยให้สามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น

๗. เป็นชุดสายสวนหลอดเลือดดำชนิดสองท่อ (Dual Lumen) ชนิดชั่วคราว พร้อมอุปกรณ์ช่วยในการวางสายเข้าสู่หลอดเลือดดำ สายสวนประกอบด้วยท่อ Arterial Lumen เพื่อนำเลือดออกจากร่างกายไปฟอก และนำกลับเข้าสู่ร่างกายด้าน Venous Lumen สามารถใช้งานได้ทันทีหลังวางสายและมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ เดือน

๘. เป็นสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง (Central Venous Catheter) เพื่อใช้เป็น Vascular Access สำหรับ การฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) การบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง (Continuous Renal Replacement Therapy) การกรองของเสียหรือสารก่อโรคที่สะสมอยู่ในกระแสเลือดให้ลดระดับลงอย่างรวดเร็ว (Apheresis)

๙. สายสวนสองช่องแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต ความยาวของท่อนำสายสวนมีขนาด ๑๓ FR. สายสวนจะต้องมีความยาว ๑๒ , ๑๕ และ ๒๔ CM.

นางสาวปลื้มจิตร ตันเกี

ประธานกรรมการ

นางสาวนิตยา ชำนินา

กรรมการ

นางอรชума กิรติวัฒนานาศาสตร์

กรรมการ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อ (Sterilized) ด้วย Ethylene Oxide (โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา)
๒. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๓. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาประเทศไทย (โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา)
๔. ได้รับ ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๐๓ & EN ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๑๒ (โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา)
๕. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพของสินค้าและยินยอมให้แลกเปลี่ยนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
๖. มี Lot. ที่ผลิต และ วันหมดอายุระบุอยู่บนผลิตภัณฑ์
๗. อายุของผลิตภัณฑ์ต้องเหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี ในวันที่รับมอบผลิตภัณฑ์
๘. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หากมีการเสื่อม หรือหมดอายุการใช้งานผู้ขายจะต้องนำผลิตภัณฑ์มาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีที่ได้รับแจ้ง จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
๙. หลังส่งมอบผลิตภัณฑ์หากมีความชำรุดเสียหายในบางชิ้นส่วนหรือบางส่วน บริษัทยินยอมให้แลกเปลี่ยนหรือชดเชยผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้โดยไม่คิดราคาและมีอายุของผลิตภัณฑ์เกิน ๑ ปีขึ้นไป
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๒ ชุด มาพร้อมเอกสารที่ยื่นซึ่งเป็นตัวแทนแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพได้ (ตัวอย่างที่นำมาพิจารณา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะยึดไว้)
๑๑. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

- สายสวนสองช่องฟอกเลือดล้างไต แบบนิ่มพิเศษ

จำนวนประมาณการจะซื้อ ๑๕๒ ชิ้น

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ทำจาก Radiopaque Silicone มีความนิ่มเป็นพิเศษมากกว่า Polyurethane Catheter ทั่วไป ทำให้ไม่มีปัญหารอยหักพับที่เกิดจากการพับของ Catheter เหมือน Polyurethane Catheter
๒. Silicone Material สามารถปรับตัวเข้ากับหลอดเลือดได้ดี ช่วยลด Thrombus Formation ซึ่งเป็นสาเหตุของการอุดตันของ Catheter
๓. มีคิลิปสำหรับพับปลายสายเมื่อใช้ที่ตำแหน่ง Jugular Vein
๔. มี Priming Volume กำหนดไว้ที่ Arterial และ Venous Extension Pieces อย่างชัดเจน เพิ่มความสะดวกในการดูแล ทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น
๕. มี Suture Wing ชนิดหมุนได้
๖. เป็นชุดสายสวนหลอดเลือดดำชนิดสองท่อ (Dual Lumen) ชนิดชั่วคราว พร้อมอุปกรณ์ช่วยในการวางสายเข้าสู่หลอดเลือดดำ สายสวนประกอบด้วยท่อ Arterial Lumen เพื่อนำเลือดออกจากร่างกายไปฟอก และนำกลับเข้าสู่ร่างกายด้าน Venous Lumen สามารถใช้งานได้ทันทีหลังวางสายและมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ เดือน

นางสาวปลิมจิตร ตันเก
ประธานกรรมการ

นางสาวนิตยา ชำนินา
กรรมการ

นางอรชума กิรติวัฒนานาศาสตร์
กรรมการ

๗. เป็นสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง (Central Venous Catheter) เพื่อใช้เป็น Vascular Access สำหรับ การฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) การบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง (Continuous Renal Replacement Therapy) การกรองของเสียหรือสารก่อโรคที่สะสมอยู่ในกระแสเลือดให้ลดระดับลงอย่างรวดเร็ว (Apheresis)

๘. สายสวนสองช่องแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต ความยาวของท่อนำสายสวนมีขนาด ๑๓.๕ FR. สายสวนจะต้องมีความยาว ๒๔ CM.

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อ (Sterilized) ด้วย Ethylene Oxide (โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา)
๒. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๓. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาประเทศไทย (โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา)
๔. ได้รับ ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๐๓ & EN ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๑๒ (โดยยื่นเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา)
๕. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพของสินค้าและยินยอมให้แลกเปลี่ยนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
๖. มี Lot. ที่ผลิต และ วันหมดอายุระบุอยู่บนผลิตภัณฑ์
๗. อายุของผลิตภัณฑ์ต้องเหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี ในวันที่รับมอบผลิตภัณฑ์
๘. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หากมีการเสื่อม หรือหมดอายุการใช้งานผู้ขายจะต้องนำผลิตภัณฑ์มาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีที่ได้รับแจ้ง จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
๙. หลังส่งมอบผลิตภัณฑ์หากมีความชำรุดเสียหายในบางชิ้นส่วนหรือบางส่วน บริษัทยินยอมให้แลกเปลี่ยนหรือชดเชยผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้โดยไม่คิดราคาและมีอายุของผลิตภัณฑ์เกิน ๑ ปีขึ้นไป
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๒ ชุด มาพร้อมเอกสารที่ยื่นซึ่งเป็นตัวแทนแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพได้ (ตัวอย่างที่นำมาพิจารณา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะยึดไว้)
๑๑. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ภายใน ๓๖๕ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายฯ และส่งมอบตามใบสั่งซื้อแต่ละคราว ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาจากราคารวม โดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

นางสาวปลิมจิตร ต้นเกี
ประธานกรรมการ

นางสาวนิตยา ชำนินา
กรรมการ

นางอรุมา กิริติวัฒนานาศาสตร์
กรรมการ

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๗.๑ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๔,๑๗๖,๕๙๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๗.๒ ราคากลาง ๔,๑๗๖,๕๙๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๘. เงื่อนไขและการเบิกจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับสั่งซื้อ ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖๐ วัน นับจากวันส่งมอบของครบ โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุด บกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

นางสาวปลื้มจิตร ตันเกี

ประธานกรรมการ

นางสาวนิตยา ชำนินา

กรรมการ

นางอรชума กิรติวัฒนานาตาสร์

กรรมการ