

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
งานเวชภัณฑ์มีไข้ยา กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีไข้ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้มีเวชภัณฑ์มีไข้ยา เพียงพอต่อการให้บริการ และเพื่อใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์มีไข้ยา มีคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และมีแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีไข้ยาดังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เป็นอุปกรณ์สายสวนหลอดเลือดหัวใจชนิดที่มีลูกโป่งบริเวณส่วนปลายสาย โดยผ่านผิวหนังเข้าไปในหลอดเลือดหัวใจ ใช้สำหรับถ่างขยายส่วนที่ตีบตันของหลอดเลือดหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

๒.๒ เป็นสายสวนหัวใจขยายหลอดเลือดโคโรนารีชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ เพื่อค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี โดยร้อยปลายสายสวนไปบนลวดนำและออกจากสายสวนที่ด้านข้าง เพื่อใช้งานสะดวกในการใส่และถอดได้รวดเร็ว (Rapid Exchange)

๒.๓ เป็นอุปกรณ์สายสวนหลอดเลือดหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูน Semi Compliance

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ


๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย


๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้


นายเมธี สีสภาพุทธิ์
ประธานกรรมการ


นางสาวนงนุช วีระปรกรณ์
กรรมการ


นางสาวปัทมา ขาวสม
กรรมการ

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะของเวชภัณฑ์มีใช้ยาที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ สายสวนหัวใจเพื่อการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน ประมาณการจะซื้อ ๒๐๐ ชิ้น

แบบ Non-Compliant

คุณลักษณะเฉพาะ

๑ เป็นสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิด Rapid-Exchange system ที่ถูกออกแบบ เพื่อให้สามารถแทรกผ่านเข้าไปยังรอยโรคได้ดี สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

๒ ส่วนที่ใช้งาน (Working Length) มีความยาว ๑๔๐ เซนติเมตร

๓ Marker material เป็น Platinum Iridium อยู่ในตอนต้นและตอนท้ายของบอลลูน โดยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนผ่าน x-ray ทำให้กำหนดระยะของบอลลูนได้ถูกต้อง

๔ ส่วนปลายสัด มีขนาดเล็ก ๐.๐๑๖ นิ้ว (Tip entry profile) และปลายสายสวนฯ เป็นแบบ Tapered tip ยาว ๒ มม. ทำให้สามารถผ่านเข้าถึงรอยโรคได้ง่ายและลดการบาดเจ็บของผนังหลอดเลือด

๕ สายสวนฯ ส่วนของ Proximal shaft มีขนาด ๑.๙๕ Fr. และส่วนของ Distal shaft มีขนาด ๒.๖ Fr.

๖ บอลลูนเป็นแบบ ๓-fold memory ให้ Crossing profile ที่เล็กและสามารถ Re-cross ได้ง่าย สะดวก


๗ Hydrophilic coating แบบ Selective Hydrophilic coating ในส่วนของ Distal shaft ให้ Trackability (Track force) ได้ดี

๘ เป็น High pressure Balloon สามารถขยายได้ถึงความดันที่ Rated Burst pressure ๒๐ atm


๙ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ มม., ๒.๒๕ มม., ๒.๕ มม., ๓.๐ มม., ๔.๐ มม., ๔.๕ มม. และ ๕.๐ มม.

๑๐ มีความยาวบอลลูนแต่ละขนาด ๑๐ มม., ๑๒ มม., ๑๕ มม. และ ๒๐ มม.

๑๑ สามารถใช้งานร่วมกับ PTCA Guide Wire ๑.๐๑๔ นิ้ว และ Guiding catheter ๕ Fr. ได้


นายเมธี สิลภาพฤทธิ์
ประธานกรรมการ


นางสาวนงนุช วีรปรกรณ์
กรรมการ


นางสาวปัทมา ขาวสม
กรรมการ

นางสาวปัทมา ขาวสม
กรรมการ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีสภาพชำรุด เสียหายหรือฉีกขาด เมื่อส่งมอบให้โรงพยาบาล
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาประเทศไทยและไม่หมดอายุ
๓. ยินดีให้แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ หากใช้ไม่หมด และใกล้หมดอายุ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
๔. บรรจุและทำให้ปราศจากเชื้อโดยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ สามารถใช้งานได้ทันทีขนาดบรรจุ

๑ กล่อง มี ๑ ชิ้น

๕. ผู้ขายจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

๔.๓ สายบอลลูนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิด ประเมินการจะซื้อ ๔๐ ชิ้น
Semi-Compliant

คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑ เป็นสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิด Rapid-Exchange เพื่อให้สามารถแทรกผ่านเข้าไปยังรอยโรคได้ดี สะดวก รวดเร็ว
- ๒ ส่วนที่ใช้งาน (Working Length) มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เซนติเมตร
- ๓ มี marker อยู่ตอนต้นและตอนท้ายของบอลลูน โดยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนผ่าน x-ray ทำให้กำหนดระยะของบอลลูนได้
- ๔ ส่วนปลายสุด มีขนาดเล็กไม่เกิน ๐.๐๑๖ นิ้ว (Tip entry profile) ทำให้สามารถผ่านเข้าถึงรอยโรคได้ง่าย
- ๕ ส่วนปลายสายสวนฯ มีลักษณะเรียวและมองเห็นชัดเจนผ่าน x-ray (Taper Radio-opaque Tip) เป็นแบบ Two radio opaque platinum/iridium
- ๖ บอลลูนเป็นแบบ ๓-fold memory
- ๗ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของบอลลูนให้เลือกใช้ตามความต้องการตั้งแต่ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ มิลลิเมตร จนถึง ๔.๕๐ มิลลิเมตร
- ๘ ความยาวของบอลลูนมีให้เลือกตามความยาวตั้งแต่ ๙, ๑๓, ๑๕, ๒๐ มิลลิเมตรหรือมากกว่า
- ๙ สามารถใช้งานร่วมกับ PTCA Guide Wire ๐.๐๑๔ นิ้ว
- ๑๐ สามารถใช้งานร่วมกับ Guiding catheter ๕ Fr. ได้

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีสภาพชำรุด เสียหายหรือฉีกขาด เมื่อส่งมอบให้โรงพยาบาล
 ๒. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาประเทศไทยและไม่หมดอายุ
 ๓. ยินดีให้แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ หากใช้ไม่หมด และใกล้หมดอายุ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 ๔. บรรจุและทำให้ปราศจากเชื้อโดยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ สามารถใช้งานได้ทันทีขนาดบรรจุ
- ๑ กล่อง มี ๑ ชิ้น
๕. ผู้ขายจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย


นายเมธี สิลภาพุทธิ
ประธานกรรมการ


นางสาวนงนุช วีระปกรณ์
กรรมการ


นางสาวปัทมา ขาวสม
กรรมการ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาจากราคารวม โดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๗.๑ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๔,๒๔๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๗.๒ ราคาากลาง ๔,๒๔๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

๘. งานและการเบิกจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับสั่งซื้อ ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วันทำการ


๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖๐ วัน นับจากวันส่งมอบของครบ โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุด บกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


นายเมธี สิตาพทุธิ์
ประธานกรรมการ


นางสาวณัฐ วีระปรกรณ์
กรรมการ


นางสาวปัทมา ขาวสม
กรรมการ