



Micro bilirubin (Bilirubin. Direct)

TMLT CODE 320047

LOINC_NUM 1968-7

CGD_CODE 32207

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

-

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen – Container

Microhematocrit tube

เจาะเลือดปลายนิ้ว 2 tube และบรรจุภายในช่องกันแสง

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์หลักการ

Methodology-Principle

อาศัยหลักการวัดค่า Microbilirubin โดยใช้ 2 ความยาวคลื่นแสง (Dual-Wavelength) โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์ BR-5200P

ค่าอ้างอิง

Reference

Age

Preterm Newborn

Term Newborn

(mg/dL)

(mg/dL)

Up to 24 hr.

1.0-8.0

2.0-6.0

Up to 48 hr

6.0-12.0

6.0-10.0

Days 3-5

10.0-14.0

4.0-8.0

หน่วย

Unit

รายงานผลเป็นตัวเลข (มีหน่วยเป็น mg/dL)

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(Time limit for requesting additional test)

-

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

1. สิ่งส่งตรวจจะต้องบรรจุภายในช่องกันแสงเท่านั้น
2. หากตรวจวัดแล้วได้ค่า > 15 mg/dL อาจทำให้เกิดภาวะ jaundice ในทารกแรกเกิด

