



HIV viral load - Quantitative (Real time PCR)

TMLT CODE 350212

LOINC_NUM 70241-5

CGD_CODE 36362

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

ตัวอย่างส่งตรวจ

EDTA K3 Tube (ฝาม่วง) 6ml

Specimen - Container

ปริมาตร 4-6 ml

วันทำการ

ทุกวัน เวลา ราชการ

Testing Schedule

ประกันเวลา

5 วันทำการ

Turn Around Time

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Probe and target amplification

Methodology-Principle

Real time PCR

ค่าอ้างอิง

< 20 Copy/ml

Reference

(Linearity range 20-10.000.000 Copy/ml)

หน่วย

Copy/ml

Unit

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

-

(Time limit for requesting additional test)

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

