

Anti HBe (Hepatitis B virus e Ab)

TMLT CODE 350155

LOINC_NUM 22320-6

CGD_CODE 36315

การเตรียมผู้ป่วย	ไม่มี
Patient Preparation	
ตัวอย่างส่งตรวจ	Serum Clot Activator tube (ฟาสีแดง)
Specimen - Container	ปริมาตร 3-5 mL
วันทำการ	วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00 น.
Testing Schedule	
ประกันเวลา	7 วันทำการ
Turn Around Time	
วิธีวิเคราะห์-หลักการ	Chemiluminescent microparticle immunoassay
Methodology-Principle	เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Architect i1000SR
ค่าอ้างอิง	Negative
Reference	
หน่วย	-
Unit	
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้	ภายใน 7 วัน
(Time limit for requesting additional test)	
คำแนะนำเพิ่มเติม	-
Comment	

